

## CERERE DE PARTICIPARE

**Către: IMSP SCM Sf.Treime**

**adresa: 2068, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, Alecu Russo 11/1**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1776233705854 din 30.04.2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Consumabile medicale pentru blocul operator a.2026, AC noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 30.04.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L \_\_\_\_\_

*(semnătura autorizată)*

## **DECLARAȚIE**

### **privind valabilitatea ofertei**

**Către: IMSP SCM Sf.Treime**

**adresa: 2068, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, Alecu Russo 11/1**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Consumabile medicale pentru blocul operator a.2026, AC "

prin procedura de achiziție - Achiziții cu costuri mici Nr. ocds-b3wdp1-MD-1776233705854 din 30.04.2026

pentru o durată de 30 ( treizeci ) zile, respectiv până la data de 30.05.2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 30.04.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L \_\_\_\_\_

*(semnătura autorizată)*

### Specificații Tehnice

		Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1776233705854 din 30.04.2026</b>						
		Obiectul achiziției: <b>Consumabile medicale pentru blocul operator a.2026, AC</b>						
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	10.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 24 ± 2 mm	10.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 24 ± 2 mm	EEA25 EEA 25MM SGL USE STAPLER X3	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 24 ± 2 mm, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, care va asigura o închidere "B" a scoabei,cărțușul conține 20 ± 5 scoabe, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model de șah, înălțimea scoabei de 4.8 mm, materialul scoabei titan. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului.(Covidien cod EEA25 sau analogic)	"COV030403--20180908050225635.pdf" Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 24 ± 2 mm, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, care va asigura o închidere "B" a scoabei,cărțușul conține 20 ± 5 scoabe, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model de șah, înălțimea scoabei de 4.8 mm, materialul scoabei titan. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului.(Covidien cod EEA25 sau analogic)	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000633431
11	11.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 28 ± 2 mm	11.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 28 ± 2 mm	EEA28 EEA 28MM-4.8 SGL USE STAPLER X3	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 28 ± 2 mm, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, care va asigura o închidere "B" a scoabei,cărțușul conține 25 ± 5 scoabe, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model de șah, înălțimea scoabei de 4.8 mm, materialul scoabei titan. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului.(Covidien cod EEA28 sau analogic)	"COV030403--20180908050225635.pdf" Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 28 ± 2 mm, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, care va asigura o închidere "B" a scoabei,cărțușul conține 25 ± 5 scoabe, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model de șah, înălțimea scoabei de 4.8 mm, materialul scoabei titan. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului.(Covidien cod EEA28 sau analogic)	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000633433
12	12.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 31 ± 2 mm	12.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 31 ± 2 mm	EEA31 EEA 31MM-4.8 SGL USE STAPLER X3	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 31 ± 2 mm, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, care va asigura o închidere "B" a scoabei,cărțușul conține 30 ± 5 scoabe, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model de șah, înălțimea scoabei de 4.8 mm, materialul scoabei titan.Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (Covidien cod EEA31 sau analogic)	"COV030403--20180908050225635.pdf" Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 31 ± 2 mm, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, care va asigura o închidere "B" a scoabei,cărțușul conține 30 ± 5 scoabe, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model de șah, înălțimea scoabei de 4.8 mm, materialul scoabei titan.Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (Covidien cod EEA31 sau analogic)	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000633435

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Dmitrii Kojevnikov** în calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **S.C. OXIVIT-MED S.R.L** Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

## Specificații de Preț

Nr. Lot		Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificatie bugetara (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10	10.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 24 ± 2 mm	10.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 24 ± 2 mm	buc	5	3 802.24	4 562.69	19 011.20	22 813.45	În termen de maxim 20 zile de la comanda beneficiarului conform necesităților reale. Costurile de livrare la depozitul beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013)	33100000-1	-	-	
11	11.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 28 ± 2 mm	11.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 28 ± 2 mm	buc	10	3 802.24	4 562.69	38 022.40	45 626.90	În termen de maxim 20 zile de la comanda beneficiarului conform necesităților reale. Costurile de livrare la depozitul beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013)	33100000-1	-	-	
12	12.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 31 ± 2 mm	12.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 31 ± 2 mm	buc	10	3 802.24	4 562.69	38 022.40	45 626.90	În termen de maxim 20 zile de la comanda beneficiarului conform necesităților reale. Costurile de livrare la depozitul beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013)	33100000-1	-	-	
<b>TOTAL Oferta</b>								<b>95 056.00</b>	<b>114 067.25</b>				

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

IDNO: 1007600044280;  
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90  
tel. 022 808 002, 022 808 003  
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea  
Procedurii de achiziție Nr:  
ocds-b3wdp1-MD-1776233705854 din 30.04.2026  
din cadrul IMSP SCM Sf.Treime**

## **DECLARAȚIE**

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

- Produsele sunt inregistrate la AMDM, codul inregistrarii este indicat in formularul specificatiilor tehnice, coloana "Standarde de Referinta"

Data completării: 30.04.2026

Cu stimă,  
Dmitrii Kojevnikov  
Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. \_\_\_\_\_  
(semnătura )