

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1623402250808	Data: „12” iulie 2021	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP SCR „Timofei Moșneaga” pentru anul 2021	Lot: 45	Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3310 000-1	45	Sistem optic pentru vizualizarea fundului de ochi în operații de vitriectomie compatibil cu microscopul OPMi Lumera i și filtru laser.	Sistem optic pentru vizualizarea fundului de ochi în operații de vitriectomie compatibil cu microscopul OPMi Lumera i și filtru laser.	RESIGHT 500/ 40FPSFZM (filtru)	Carl Zeiss, Germania	Anul de producere: 2020 - 2021; compatibil cu microscopul OPMi Lumera i aflat în dotare; siguranța de autoînchidere la contact cu ochiul pacientului; set de lentile pentru : vizualizarea periferiei pan-fundus, vizualizarea centrului retinian; container pentru autoclavare; filtru de protecție lase pentru medic și asistent, compatibil cu microscopul OPMi Lumera i aflat în dotare. CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română.	Anul de producere: 2020 - 2021; compatibil cu microscopul OPMi Lumera i aflat în dotare; siguranța de autoînchidere la contact cu ochiul pacientului; set de lentile pentru : vizualizarea periferiei pan-fundus, vizualizarea centrului retinian; container pentru autoclavare; filtru de protecție lase pentru medic și asistent, compatibil cu microscopul OPMi Lumera i aflat în dotare. CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română.	ISO, EC

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: **Olesea Cucerenco** În calitate de: **Jurisconsult**

Ofertantul: **SC "Denolga Medical" SRL** Adresa: Mun. **Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 45, of. 115**