

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **IDENTIFICATOR** : **ocds-b3wdp1-MD-1630916119602**

Denumirea procedurii de achiziție: Licitatia Publica Echipament medical

Autoritatea contractantă : **Agentia Nationala pentru Sanatate Publica**

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33696500-0	7	Higrometru psihrometric	VIT-2	Ucraina	Steclopribor	Constă din 2 termometre uscat și umed și tabelul pentru evaluarea umidității relative a aerului. Diapazonul de măsurare a umidității relative a aerului 20-90%; temperaturii +15-40°C Buletin de verificare metrologică inițială. Perioada de garanție min 2 ani din momentul instalării echipamentului Buletin verificare metrologică	Constă din 2 termometre uscat și umed și tabelul pentru evaluarea umidității relative a aerului. Diapazonul de măsurare a umidității relative a aerului 20-90%; temperaturii +15-40°C Buletin de verificare metrologică inițială. Perioada de garanție min 2 ani din momentul instalării echipamentului Buletin verificare metrologică	ISO, Declaratie de conformitate
	8	Higrometru psihrometric	VIT-2	Ucraina	Steclopribor	Constă din 2 termometre uscat și umed și tabelul pentru evaluarea umidității relative a aerului. Diapazonul de măsurare a umidității relative a aerului 20-90%; temperaturii +0-25°C Buletin de verificare metrologică inițială.	Constă din 2 termometre uscat și umed și tabelul pentru evaluarea umidității relative a aerului. Diapazonul de măsurare a umidității relative a aerului 20-90%; temperaturii +0-25°C Buletin de verificare metrologică inițială.	
	10	Termometru	TC-7M	Ucraina	Steclopribor	Termometru cu alcool etilic (pentru frigider) diapazonul -30°C - +30°C, valoarea diviziunii ± 0,5°C Buletin de verificare metrologică	Termometru cu alcool etilic (pentru frigider) diapazonul -30°C - +30°C, valoarea diviziunii ± 0,5°C Buletin de verificare metrologică	

Semnat: Numele, Prenumele:

Stela POTINGA În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova

