

Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Destinatar:
Data:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chişinău
22 iulie 2025
Cociorvă Svetlana Telefonul de contact 079911097E-mail cevvc2018@gmail.com
ocds-b3wdp1-MD-1752239268129 din 22.07.2025

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Lot 1	38340000-0	Refractometru	Opti Digital Refractometer	UK	BELLINGHAM STANLEY	Pentru determinarea conținutului de zahăr (Brix). Ecran: LCD ușor de cititBibliotecă internă: cu peste 40 de scale de măsurare Domeniu de măsurare: 0 ... 95 °BrixPrecizie: ±0,2 °BrixRezoluție: 0,1 °BrixTemperatură minimă: 5 °CTemperatură maximă: 80 °C Interval de temperatură de funcționare: 5 ... 80 °CSursă de alimentare: Baterii	Pentru determinarea conținutului de zahăr (Brix). Ecran: LCD ușor de cititBibliotecă internă: cu peste 40 de scale de măsurare Domeniu de măsurare: 0 ... 95 °BrixPrecizie: ±0,2 °BrixRezoluție: 0,1 °BrixTemperatură minimă: 5 °CTemperatură maximă: 80 °C Interval de temperatură de funcționare: 5 ... 80 °CSursă de alimentare: Baterii	ISO, CE Marca
Lot 2	38340000-0	Conductometru	HI98192	Romania	Hanna Service	Pentru măsurarea conductivității soluțiilor alimentare:Conductivitate: 0,001 μS/cm ... 1000 mS/cmRezoluție conductivitate: 0,001 μS / 0,01 μS / 0,1 μS / 1 μS / 0,01 mS / 0,1 mS / 1 mSPrecizie conductivitate: ±0,5 %Interval TDS (Total Solid Dizolvat): 1 ... 1999 mg/lRezoluție TDS: 1 mg/lPrecizie TDS: ±0,5 %Salinitate: 0 ... 70Rezoluție salinitate: 0,1Temperatură: -25,0 ... 125,0 °CRezoluție temperatură: 0,1 °CPrecizie temperatură: ±0,1 °CSursă de alimentare: Baterii / conexiune la rețeaAlimentare: 100 ... 240 V, 50/60 HzBaterii: 4 x 1,5 V tip AAGrad de protecție (IP): IP 43	Pentru măsurarea conductivității soluțiilor alimentare:Conductivitate: 0,001 μS/cm ... 1000 mS/cmRezoluție conductivitate: 0,001 μS / 0,01 μS / 0,1 μS / 1 μS / 0,01 mS / 0,1 mS / 1 mSPrecizie conductivitate: ±0,5 %Interval TDS (Total Solid Dizolvat): 1 ... 1999 mg/lRezoluție TDS: 1 mg/lPrecizie TDS: ±0,5 %Salinitate: 0 ... 70Rezoluție salinitate: 0,1Temperatură: -25,0 ... 125,0 °CRezoluție temperatură: 0,1 °CPrecizie temperatură: ±0,1 °CSursă de alimentare: Baterii / conexiune la rețeaAlimentare: 100 ... 240 V, 50/60 HzBaterii: 4 x 1,5 V tip AAGrad de protecție (IP): IP 43	ISO, CE Marca
Lot 3	38340000-0	Analizor de umiditate	ATS 210/0.001g	Polonia	Axis	Pentru determinarea conținutului de apă din alimente:Sarcina maxima, g: cincizeci Înălțimea maximă a probei, mm: 20 Rezoluția cântăririi, g: 0,001 Sarcina minimă, g: 0,02 Discretitatea determinării umidității, %: 0,001 Precizia setării temperaturii: 1 °CInterval de temperatură de uscare: 50-160 °CTemperatură maxima de uscare: până la 250 °C (optional) Timp de măsurare: 1 s 59 s Timp maxim de uscare care poate fi setat: 1 oră 50 min.Afișajul arată: Timp de uscare, greutate, temperatura de uscareDimensiuni plăci de unică folosință: Ø 90 mm, h = 8 mmTemperatura de Operare: +10 ... 40 °CPlaca de încălzire: infraroșuMediator: cristal	Balanta digitala termica, Axis ATS 210/0.001g, (d)=1mg, (e)=0.1g, min 0.02g, Tmax 160C, platf. 90mm	ISO, CE Marca
Lot 4	38340000-0	Psihrometru	VIT-II	Ucraina	Seklopribor	Pentru măsurarea temperaturii și umidității relative a aerului:Temperatura min. de măsurare +15 °CTemperatură max. de măsurare +40 °CScara de măsurare 0.2 °CLichid termometric ToluenDimensiuni (mm),min: 120x50x290	Pentru măsurarea temperaturii și umidității relative a aerului:Temperatura min. de măsurare +15 °CTemperatură max. de măsurare +40 °C Scara de măsurare 0.2 °CL ichid termometric ToluenDimensiuni (mm),min: 120x50x290	ISO, CE Marca
Lot 5	38340000-0	Nitratomer	Greentest Eco 6	China	Greentest	Aparat de măsurat nivelul pesticidelor în produseDimensiuni, min: 122 x 52 x 14 mmCompatibilitate SO Android, iOSGreutate 90 gModel Eco6	Aparat de măsurat nivelul pesticidelor în produseDimensiuni, min: 122 x 52 x 14 mmCompatibilitate SO Android, iOSGreutate 90 gModel Eco6	ISO, CE Marca
Lot 7	38340000-0	Balanță analitică și de precizie	602.31.003	Germania	Isolab	Pentru cântărirea exactă a ingredientelor: Capacitate, min: 1000g Repetabilitate: 0,01g Funcții: tara, adaugare, cîntarire, etc.Dimensiuni tava, max: 170mmx170mmDimensiuni, min: 188mm x 280mm x 80mmGreutate, min: 2,4kgPutere: 220V	602.31.003 - balance - 1200 gr / 0,01 gr presicion - 1 - Piețe,Pentru cântărirea exactă a ingredientelor: Capacitate, 1200g Repetabilitate: +/- 20 mg Funcții: tara, adaugare, cîntarire, etc.Dimensiuni tava, max: 170mmx170mmDimensiuni, min: 188mm x 280mm x 80mmGreutate, min: 2,4kgPutere: 220V	ISO, CE Marca
Lot 11	38530000-9	Lampă bactericidă pe perete	Y2-H130+UVC-T8/G13	China	HXLT Co Ltd	Lampă cu dimensiuni specificate: Lampa + Carcas pentru 1 Lampa bactericida T8 30W GL	Corp de iluminat cu reflector pentru lampa bactericida T8 1x30W, model Y2-H130, ecoMED + Lampa bactericida UV ecoMED, T8 30W, 253.7nm, UVC-T8/G13, L900mm, D26mm	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
------------	---------	--	------------------------	--------------------	--------------	--	--	---------------------------

Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu