

Specificații tehnice									
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]									
Numărul licitației:			LP nr. 21329668 / ocds-b3wdp1-MD-1735034114440					Data: 09.01.2025	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:			În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...64180 din 21.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1718204764180 din 12.06.2024 privind Achiziționarea electrocardiostimulatoare pentru anii 2025-2027						Pagina: 1 din 1
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3		5	6		8
3310000 0-1	15	Set tubulatură pentru electrod ablație cu irigare	Set tubulatură pentru electrod ablație cu irigare	COOL POINT™ TubingSet, ref.: 85785	USA	St. Jude Med / ABBOTT Med.	Setul să fie compatibil cu generatorul de radiofrecvență IBI-1500T11 și pompa de irigare Cool Point (SJ Medical)	Setul de tuburi compatibil cu generatorul de radiofrecvență IBI- 1500T11 și pompa de irigare Cool Point (SJ Medical). Brosura atasat.	DM000504582
3310000 0-1	16	Patch-kit (electrozi set pentru 3D mapping)	Patch-kit (electrozi set pentru 3D mapping)	EnSite Precision, EN0020P	USA	St. Jude Med / ABBOTT Med.	Patch-kit, setul de electrozi ce se utilizeaza pentru mapparea 3D, compatibile cu sistemul de navigare EnSite Velocity (SJMedical)	Patch-kit, setul de electrozi ce se utilizeaza pentru mapparea 3D, compatibile cu sistemul de navigare EnSite Velocity (SJMedical). Brosura atasat.	DM000503790
3310000 0-1	21	Teacă cu valvă hemostatică pentru punctie transseptala	Teacă cu valvă hemostatică pentru punctie transseptala	Swartz, ref.: 407449, 407439, 407451, 407453	USA	St. Jude Med / ABBOTT Med.	Lungimea canulei utile de 62-63 cm, cu ID de 8-9 F cu valva hemostatica,(pentru hemostaza efectiva si risc minimal de embolie aeriana) pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 180 cm de tip J de 0,032, tip curvatura SL0 si SL1; « Side port » cu robinet cu trei cai. Material Pebax sau Teflon. Introducatorul, dilatatorul, ghidul vor fi intr-un plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Vârful distal de teaca și dilatator să fie cu marker radiopoac pentru vizualizarea sporită intracardiacă. Teaca sa fie acomodata pentru acul de punctie cu lungimea 71 cm.	Lungimea canulei utile de 63 cm, cu ID de 8F, 8,5 F cu valva hemostatica, (pentru hemostaza efectiva si risc minimal de embolie aeriana) pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 180 cm de tip J de 0,032, tip curvatura SL0 si SL1; «Side port » cu robinet cu trei cai. Material Pebax sau Teflon. Introducatorul, dilatatorul, ghidul vor fi intr-un plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Vârful distal de teaca și dilatator să fie cu marker radiopoac pentru vizualizarea sporită intracardiacă. Teaca acomodata pentru acul de punctie cu lungimea 71 cm. Brosura atasat.	declaratie de conformitate

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor; În calitate de: director general;

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL; Adresa: mun. Chisinau;