

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție		MTenderID ocds-b3wdp1-MD-1759502753998				
Obiectul achiziției:		<u>“INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA REOFERTARE</u> <u>În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru</u> <u>(ocds... 23084 din 12.08.2025) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1721649223084 din</u> <u>07.10.2024 „privind încheierea acordului-cadru - Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru anii 2025-2027</u> <u>(reofertare 6)”</u>				
Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Burghiu traumatologic /ortopedic (caracteristici avansate) 130910 LOT 2	Karinca 208	Turcia	Aygün	Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici avansate) Cod 130910 Descriere Dispozitiv medical pentru intervenții ortopedice/traumatologice în mediu steril, multifuncțional. Parametru Specificație Piesa de mână Electric obligatoriu Multifuncțional obligatoriu Putere, W ≥ 100 Greutate, gr ≤ 3500 Sterilizare, metoda autoclavare ≤ 135 °C Viteza maximă de rotație, r.p.m ≥ 600 Zgomot (db) ≤ 75 Mecanism de blocare obligatoriu Carcasă sterilizabilă obligatoriu Baterii ≥ 2 Indicator stare baterie obligatoriu Stație încărcare baterii obligatoriu Accesorii/adaptoare Fereastră oscilant Cap rotativ 360 ° da Frecvența r.p.m ≥ 10000 Sterilizare, autoclavare da Fereastră alternativ Frecvența r.p.m ≥ 10000 Sterilizare, autoclavare da Freză de alezaj Viteza de rotație reglabilă Sterilizare, autoclavare da Perforatoare obligatoriu Alte adaptoare opțional Accesorii	Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici avansate) Cod 130910 Descriere Dispozitiv medical pentru intervenții ortopedice/traumatologice în mediu steril, multifuncțional. Parametru Specificație Piesa de mână Electric obligatoriu da, M208-200 Multifuncțional obligatoriu da Putere 350 W Greutate piesa de mână M208-200: 990 g Sterilizare, metoda autoclavare ≤ 135 °C da Viteza maximă de rotație: 900 rpm Zgomot (db) ≤ 75 da Mecanism de blocare obligatoriu da Carcasă sterilizabilă obligatoriu da Baterii ≥ 2 da Indicator stare baterie obligatoriu da Stație încărcare baterii obligatoriu da, M206-226 Accesorii/adaptoare Fereastră oscilant Cap rotativ 360° da, M103-300 Frecvența: 11500 rpm Sterilizare, autoclavare da Fereastră alternativ da, M103-235 Frecvența: 11500 rpm Sterilizare, autoclavare da Freză de alezaj Viteza de rotație reglabilă da, M208-309 Sterilizare, autoclavare da Perforatoare obligatoriu da, M7-500 Alte adaptoare opțional Accesorii	DM000528582

				Lame pentru ferestrau 1 set, să se indice codul produsului Lame pentru ferestrau alternativ 2 buc., să se indice codul produsului Burghie 1 set, să se indice codul produsului Chee pentru fixare burghie 1 buc., să se indice codul produsului Geanta pentru pastrare si transportare 1 buc., să se indice codul produsului Container pentru sterilizare 1 buc., să se indice codul produsului	Lame pentru ferestrau 1 set M103-390, M103-391, M103-392 Lame pentru ferestrau alternativ 2 buc., M103-236, M103-238 Burghie 1 set, M7-501, M7-504, M7-508 Cheie pentru fixare burghie 1 buc., M7-250 Geanta pentru pastrare si transportare 1 buc., K3-2723-S5 Container pentru sterilizare 1 buc., K6-022	
--	--	--	--	--	--	--

Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult) 260320 LOT 9	BMO 210D	China	BMV	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult) Cod 260320 Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracteristici de bază. Parametrul Specificația Tip pacient Adult, pediatric da Display, tip Diagonala ≥ 12 inch LCD TFT sau LED obligatoriu "Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 12 minim Parametri afișați Semnal ECG Pulsul SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv Temperatura Analiza automată a undei ST Trendingul ST obligatoriu Media în analiza segmentului ST obligatoriu Modul ECG "Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi" obligatoriu I, II, III obligatoriu Sensivitatea diapazon min. 2.5 - 40 mm/mV Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Rata cardiacă diapazon min. 15 - 350 bpm Detectarea aritmiei obligatoriu Detectarea pacemaker obligatoriu Monitorizarea respirației Adult diapazon min. 0 - 120 rpm "Protecție în portiva șocurilor de defibrilare" obligatoriu Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100%	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult) Cod 260320 Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracteristici de bază. Parametrul Specificația Tip pacient Adult, pediatric da Display, tip Diagonala ≥ 12 inch LCD TFT "Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 12 Parametri afișați Semnal ECG Pulsul SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv Temperatura Analiza automată a undei ST Trendingul ST obligatoriu Media în analiza segmentului ST obligatoriu Modul ECG Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi I, II, III – da Sensivitatea diapazon min. 2.5 - 40 mm/mV Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Rata cardiacă diapazon 15 - 350 bpm Detectarea aritmiei – da Detectarea pacemaker – da Monitorizarea respirației Adult diapazon min. 0 - 120 rpm Protecție împotriva șocurilor de defibrilare – da Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100%	DM000373127
---	-----------------	--------------	------------	--	--	--------------------

			Acuratețea la 70 - 100% $\leq 2\%$ Monitorizarea rata pulsului diapazon min. 30 - 300 bpm Monitorizarea pletismogramei obligatoriu "Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat" (exemplu: masimo, nellcor, etc) Modul NIBP Diapazonul Adult diapazon min. 10 - 270 mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. "Buton de activare/dezactivare manual a NIBP" obligatoriu Metoda de măsurare oscilometrică "Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult" 300 mmHg, ± 3mmHg Modul Temperatura Diapazonul diapazon min. 0 - 50.0 °C Acuratețea ± 0.1 °C Rezoluția ≤ 0.1 °C Număr de senzori 1 unit. Protocole de lucru preprogramate obligatoriu Protocole de lucru setate de utilizator obligatoriu Memorie internă obligatoriu Trendingul evenimentelor obligatoriu Arhivarea datelor obligatoriu Imprimantă Încorporată obligatoriu Forme de raportare Viteza de înscriere min. 25, 50 mm/s Înscriere continuă obligatoriu Preprogramate obligatoriu Personalizate obligatoriu Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie internă obligatoriu Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. obligatoriu Alarma Vizuala, sonora obligatoriu Manjetă deconectată obligatoriu Manjetă defect obligatoriu Senzor SpO2 deconectat obligatoriu Senzor SpO2 defect obligatoriu Alarmă concentrația SpO2 scăzută/mărită obligatoriu Nivelul baterie scăzut obligatoriu Alarmerata cardiacă scăzută/mărită obligatoriu Lipsă sursă externă de alimentare obligatoriu	Acuratețea la 70 - 100% $\leq 2\%$ Monitorizarea rata pulsului diapazon 30 - 300 bpm Monitorizarea pletismogramei Tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat (BMV) Modul NIBP Diapazonul Adult diapazon min. 10 - 270 mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. Buton de activare/dezactivare manual a NIBP – da Metoda de măsurare oscilometrică Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult 300 mmHg Modul Temperatura Diapazonul diapazon 0 - 50.0 °C Acuratețea ± 0.1 °C Rezoluția ≤ 0.1 °C Număr de senzori 1 unit. Protocole de lucru preprogramate – da Protocole de lucru setate de utilizator – da Memorie internă – da – da Trendingul evenimentelor Arhivarea datelor – da Imprimantă Încorporată – da Forme de raportare Viteza de înscriere 25, 50 mm/s Înscriere continuă – da Preprogramate – da Personalizate – da Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz – da Baterie internă – da Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h Interfata de conectare la monitorul central Ethernet – da Alarma Vizuala, sonora Manjetă deconectată Manjetă defect Senzor SpO2 deconectat Senzor SpO2 defect Alarmă concentrația SpO2 scăzută/mărită Nivelul baterie scăzut – da Alarmerata cardiacă scăzută/mărită – da Lipsă sursă externă de alimentare – da Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore	
--	--	--	---	---	--

			Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore obligatoriu Ajustarea nivelului de alarmă obligatoriu Accesorii Cablu ECG cu 3 electrozi 2 buc., să se indice codul produsului Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc., să se indice codul produsului Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip cleste 2 buc., să se indice codul produsului Senzor Temperatură adult, reutilizabil 1 buc., să se indice codul produsului Manjete NIBP "adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1set/3buc)" 2 set., să se indice codul produsului Hîrtie termică 10 buc., să se indice codul produsului Troleu pe rotile Indicați modelul oferit model produsului oferit min. 5 rotile obligatoriu min. 2 rotile cu frînă obligatoriu coș pentru accesorii obligatoriu mîner pentru transportare obligatoriu "sistem de fixare a dispozitivului de suport" obligatoriu	– da Ajustarea nivelului de alarmă – da Accesorii Cablu ECG cu 3 electrozi 2 buc. – 210ecg3ch Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc., – 210elecga Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip cleste 2 buc., – 210spad Senzor Temperatură adult, reutilizabil 1 buc., – 210tchad Manjete NIBP "adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1set/3buc)" 2 set., – 210nibads, 210nibadm, 210nibadl Hîrtie termică 10 buc., – 210pap Troleu pe rotile modelul oferit (model BMV patient monitor Trolley) min. 5 rotile – da min. 2 rotile cu frînă – da coș pentru accesorii – da mîner pentru transportare obligatoriu "sistem de fixare a dispozitivului de suport" – da	
--	--	--	---	---	--

Semnat: _____

Nume: Andrei MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Ancotec-Sistem SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)