

Certificado de Análisis
Certificate of Analysis

Producto
Product INGEZIM ADV gB

Referencia
Reference 11.GB*.K3

Nº DE LOTE
Batch n 250080-A

Fecha de caducidad
Expiration date 09-2026


GOLD STANDARD DIAGNOSTICS MADRID certifica que este lote ha sido validado por el Departamento de Calidad y es conforme a sus especificaciones.
GOLD STANDARD DIAGNOSTICS MADRID certifies this batch has been approved by the Quality Department and that it conforms to its specifications.

CONTROL DE CALIDAD
QUALITY CONTROL

DO ± σ

Valor de D.O. del suero Control Positivo <i>O.D. Value of the Positive Control serum</i>	0,114 ± 0,003
Valor de D.O. del suero Control Negativo <i>O.D. Value of the Negative Control serum</i>	1,347 ± 0,030
Valor de D.O. del suero de Referencia AFSSA 22 GE 1/8 <i>O.D. Value of the Reference serum AFSSA 22 GE 1/8</i>	0,776

FIRMA
SIGNED



CARGO
TITLE

Responsable de Control de Calidad
Quality Control Manager

Responsable de Garantía de Calidad
Quality Assurance Manager

FECHA
DATE

22/04/2025

23/04/2025

Este producto tiene hojas de seguridad disponibles bajo solicitud.
Material Safety Data Sheets are available upon request.