

Specificații tehnice (F4.1)

Licitație deschisă: 21049267 din 24 decembrie 2021

Obiectul achiziției: Consumabile, piese de schimb și accesorii necesare pentru efectuarea mentenanței preventive și corective a dispozitivelor medicale pentru anul 2022

Autoritatea Contractantă: IMSP Institutul Oncologic

Cod CPV	Denumirea bunurilor si/ sau serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	LOT 10						
33192400-6	Sensor O2, pentru Monnal T75	YR049700	Franta	AirLiquide	Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Monnal T75, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni.	Sensor O2 cu codul de referință YR049700 pentru Ventilatorul Pulmonar Monnal T75, Original conform catalogului Producatorului	CE
	LOT 11						
33192400-6	Baterie (acumulator)	KY633300	Franta	AirLiquide	Baterie NiMH 24 V / 2x4,5 Ah compatibilă cu Ventilator pulmonar Monnal T75	Acumulator cu codul de referință KY633300 conform catalogului producatorului pentru ventilatorul pulmonar MonnalT75, piesa originala	CE

Semnat:

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: „Neotec” SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Zaikin, 37