

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1773746334054
Obiectul achiziției: “Servicii de mentenanță și controlul calității a dispozitivelor radiologice pentru anul 2026”

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Servicii de mentenanță a aparatului radiologic Simply DR) LOT 2	Simply DR	Italia	IBIS SRL	Servicii de mentenanță a dispozitivului radiologic mobil model Simply DR inclusiv: - 2 vizite . -Verificarea funcționării generatorului RX și a parametrilor de funcționare; -Verificarea detectorului digital și a sistemului de achiziție a imaginilor; -Verificarea parametrilor de expunere; -Testarea funcționării sistemelor de siguranță ; -Verificarea și calibrarea parametrilor de expunere; -Verificarea generală a aparatului radiologic și a componentelor principale; -Curățarea și verificarea mecanică a sistemului mobil; Piese nu intra sub acoperire. Piese depistate a fi defecte se achiziționează separat. -Emiterea raportului de mentenanță;	Servicii de mentenanță a dispozitivului radiologic mobil model Simply DR inclusiv: - 2 vizite . -Verificarea funcționării generatorului RX și a parametrilor de funcționare; -Verificarea detectorului digital și a sistemului de achiziție a imaginilor; -Verificarea parametrilor de expunere; -Testarea funcționării sistemelor de siguranță ; -Verificarea și calibrarea parametrilor de expunere; -Verificarea generală a aparatului radiologic și a componentelor principale; -Curățarea și verificarea mecanică a sistemului mobil; Piese nu intra sub acoperire. Piese depistate a fi defecte se achiziționează separat. -Emiterea raportului de mentenanță;	Autorizație ANRANR
Servicii de control al calității a aparatelor radiologice LOT 3	-	-	-	-verificarea funcționării corecte și sigure a echipamentului radiologic; - verificarea parametrilor tehnici a echipamentelor radiologice; - verificarea respectării normelor de protecție radiologică; - confirmarea calității imaginilor radiologice; -verificarea dozei de radiație; -verificarea sistemelor de siguranță; -verificarea parametrilor de expunere a aparatului; - verificarea funcționării detectorului digital;	-verificarea funcționării corecte și sigure a echipamentului radiologic; - verificarea parametrilor tehnici a echipamentelor radiologice; - verificarea respectării normelor de protecție radiologică; - confirmarea calității imaginilor radiologice; -verificarea dozei de radiație; -verificarea sistemelor de siguranță; -verificarea parametrilor de expunere a aparatului; - verificarea funcționării detectorului digital;	Autorizație ANRANR

				Documente ce urmează a fi prezentate: - Raport de control al calității; - Proces-verbal de efectuare a serviciilor;	Documente ce urmează a fi prezentate: - Raport de control al calității; - Proces-verbal de efectuare a serviciilor;	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____

Nume: Andrei MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: MEDEXCOM-TEH SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)