

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21358778/ ocde-b3wdp1-MD-1738591758677 din 04.02.2025						
Obiectul achiziției: Kit de mentenanță pentru dispozitivele medicale de sterilizare și păstrare Endoscoape, Steelco EW 2/2 și ED 200/2 cu servicii de mentenanță incluse						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 3 Servicii de mentenanță a inginerului calificat de către producător al echipamentului Steelco						
Mentenanța la sisteme de sterilizare EW2/2	Mentenanța la sisteme de sterilizare EW2/2	Italia	Steelco Spa	1.Mentenanța programată cu schimbarea pieselor la toate 3 sisteme de sterilizare EW2/2 și formarea raportului de verificare – 2 servicii programate anual pentru fiecare dispozitiv 2.Servicii de diagnostic și mentenanță corectivă în caz de necesitate. – la necesitate cu număr nelimitat cu timp de intervenție 24 ore	1.DA Mentenanța programată cu schimbarea pieselor la toate 3 sisteme de sterilizare EW2/2 și formarea raportului de verificare – 2 servicii programate anual pentru fiecare dispozitiv 2. DA Servicii de diagnostic cu soluționarea în cazul în care este posibil. – 3 ieșiri la necesitate cu timpul de intervenție 24 ore.	CE/ISO
Mentenanța la sistemul de păstrare ED200/2	Mentenanța la sisteme de sterilizare EW2/2	Italia	Steelco Spa	1. Mentenanță programată cu schimbarea pieselor la Sistemul de păstrare ED200/2 și formarea raportului de verificare. 2. Servicii de diagnostic și mentenanță corectivă în caz de necesitate. – la necesitate cu număr nelimitat cu timp de intervenție 24 ore.	1. DA Mentenanță programată cu schimbarea pieselor la Sistemul de păstrare ED200/2 și formarea raportului de verificare. 2. DA Servicii de diagnostic cu soluționarea în cazul în care este posibil. – 3 ieșiri la necesitate cu timpul de intervenție 24 ore.	CE/ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Inga Besirik

În calitate de: administrator

Ofertantul: “Intermed-Service” SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2