

## SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

## IMSP Spitalul Raional Donduseni

Numarul procedurii de achiziție: 21050613 din 07.02.22

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea reactivelor și consumabile de laborator pentru anul 2022

| Nr.d/o | Cod CPV    | Denumirea bunurilor   | Modelul articolului                              | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                  | Standarde de referință |
|--------|------------|---|--|-----------------|--------------|---|---|------------------------|
| 2      | 33000000-0 | Set pentru determinarea ASO(latex+test cu control+si-)                        | ASO Latex Kit, 100 teste, 031100A                | MB              | Lorne        | Specif.din invitație                    | Set pentru determinarea ASO (latex+test cu control +si-), 5ml,100 probe | CE,ISO                 |
| 3      | 33000000-0 | Set pentru determinarea RF(latex+test cu control+si-)                         | RF Latex Kit, 100 teste, 830100A                 | MB              | Lorne        | Specif.din invitație                    | Set pentru determinarea RF (latex+test cu control +si-), 5ml,100 probe  | CE,ISO                 |
| 4      | 33000000-0 | Set pentru determinarea CRP(latex+test cu control+si-)                        | CRP Latex Kit, 100 teste, 850100A                | MB              | Lorne        | Specif.din invitație                    | Set pentru determinarea CRP (latex+test cu control +si-), 5ml,100 probe | CE,ISO                 |
|        | 33000000-0 |   |  |                 |              |   |   |                        |
| 7      | 33000000-0 | Set pentru TTPA   | APTT-SI L Minus, 5x5ml. 5560                     | MB              | Helena       | Specif.din invitație                    | APTT-SI L Minus, 5x5ml. 5560  | CE,ISO                 |
|        | 33000000-0 | Set p/u determinarea timpului de protombină,uscat, pentru coagulometru Helena | Tromboplastin -L (10*10 ml)                      | MB              | Helena       | Specif.din invitație                    | Tromboplastin -L ,(10*10 ml)  | CE,ISO                 |
|        | 33000000-0 | Set p/u determinarea fibrinogenului în sînge pentru coagulometru Helena       | Fibrinogen 100 Clauss (5376),                    | MB              | Helena       | Specif.din invitație                    | Set de reagenti 5*2 ml,2*25 dil,calibrator 2*1 ml                       | CE,ISO                 |
|        | 33000000-0 | Plasma de control 4 parametri normal pentru coagulometru Helena               | Control plasma Normal (1ml) N (5186)             | MB              | Helena       | Specif.din invitație                    | Control plasma Normal (1ml) N (5186)                                    | CE,ISO                 |
|        | 33000000-0 | Plasma de control 4 parametri patologice pentru coagulometru Helena           | Control plasma Patologie (1ml) P (5183/5187)     | MB              | Helena       | Specif.din invitație                    | Control plasma Patologie (1ml) P (5183/5187)                            | CE,ISO                 |
|        | 33000000-0 | Cuvă p/u coagulometru pentru coagulometru Helena                              | Cuvă p/u coagulometru pentru coagulometru Helena | MB              | Helena       | Specif.din invitație                    | Cuvă p/u coagulometru pentru coagulometru Helena                        | CE,ISO                 |
| 11     | 33000000-0 | Set pentru determinarea Hb in sînge+ standard p/u 3L                          | Hemoglobin cu calibrator, 600 teste,3L           | Rusia           | Agat         | Specif.din invitație                    | Hemoglobin cu calibrator, 600 teste,3L                                  | ISO                    |
| 13     | 33000000-0 | Anti micoplasma homis IgG   | D-4352 Mycoplasma best Ig G 30021099             | Rusia           | Vector Best  | Specif.din invitație                    | D-4352 Mycoplasma best Ig G 30021099                                    | CE,ISO                 |
| 14     | 33000000-0 | Anti hlamidia trahomatis IgG  | D-1964 Chlamibest trahomatis IgG ,ELISA          | Rusia           | Vector Best  | Specif.din invitație                    | D-1964 Chlamibest trahomatis IgG ,ELISA                                 | CE,ISO                 |
| 15     | 33000000-0 | CMV IgG   | CMV .IgG,96 teste,ELISA                          | Italia          | DiaPro       | Specif.din invitație                    | CMV .IgG,96 teste,ELISA   | CE,ISO                 |
| 16     | 33000000-0 | T3  | T3,96 teste,ELISA                                | SUA             | Monobind     | Specif.din invitație                    | T3,96 teste,ELISA   | CE,ISO                 |
| 17     | 33000000-0 | T4  | T4,96 teste,ELISA                                | SUA             | Monobind     | Specif.din invitație                    | T4,96 teste,ELISA   | CE,ISO                 |
| 18     | 33000000-0 | TSH   | TSH,96 teste,ELISA                               | SUA             | Monobind     | Specif.din invitație                    | TSH,96 teste,ELISA  | CE,ISO                 |
| 19     | 33000000-0 | Anti TPO  | Anti TPO,96 teste,ELISA                          | SUA             | Monobind     | Specif.din invitație                    | Anti TPO,96 teste,ELISA   | CE,ISO                 |
| 20     | 33000000-0 | Anti Tg   | Anti TG,96 teste,ELISA                           | SUA             | Monobind     | Specif.din invitație                    | Anti TG,96 teste,ELISA  | CE,ISO                 |
| 21     | 33000000-0 | HBsAg   | D-0543 HBsAg ,96 teste,ELISA                     | Rusia           | Vector Best  | Specif.din invitație                    | D-0556 HBsAg ,96 teste,ELISA  | CE,ISO                 |
| 22     | 33000000-0 | Anti HCV sumar  | D-0772 Anti HCV,96 teste,ELISA 1din 2            | Rusia           | Vector Best  | Specif.din invitație                    | D-0772 Anti HCV,96 teste,ELISA  | CE,ISO                 |

|    |            |   |  |        |             |                      |  |                         |
|----|------------|---|--|--------|-------------|----------------------|--|-------------------------|
| 23 | 33000000-0 | Anti HbcorAg sumar  | Hbcor Ab ,96 teste,ELISA                               | Italia | DiaPro      | Specif.din invitatie | Hbcor Ab ,96 teste,ELISA                                 | <b>CE,ISO</b>           |
| 24 | 33000000-0 | Anti HAV IgM  | HAV IgM,96 teste,ELISA                                 | Italia | DiaPro      | Specif.din invitatie | HAV IgM,96 teste,ELISA                                   | <b>CE,ISO</b>           |
| 25 | 33000000-0 | Anti HDV  | HDV Ab ,96 teste,ELISA                                 | Italia | DiaPro      | Specif.din invitatie | HDV Ab ,96 teste,ELISA                                   | <b>CE,ISO</b>           |
| 27 | 33000000-0 | Set p/u determinarea alcoolului în sânge cu standard                            | Set p-u determinarea Alcohol Etanol 10x10ml            | Franța | Biolabo     | Specif.din invitatie | Set p-u determinarea Alcohol Etanol 10x10ml              | <b>CE,ISO</b>           |
| 29 | 33000000-0 | Țoliclón Anti A   | Țoliclón Anti A,10 ml                                  | Rusia  | Mediclón    | Specif.din invitatie | Țoliclón Anti A,10 ml                                    | <b>CE,ISO</b>           |
| 30 | 33000000-0 | Țoliclón Anti B   | Țoliclón Anti B,10 ml                                  | Rusia  | Mediclón    | Specif.din invitatie | Țoliclón Anti B,10 ml                                    | <b>CE,ISO</b>           |
| 31 | 33000000-0 | Țoliclón Anti D Super IgM   | Țoliclón Anti D Super,IgM10 ml                         | Rusia  | Mediclón    | Specif.din invitatie | Țoliclón Anti D Super,IgM10 ml                           | <b>CE,ISO</b>           |
| 32 | 33000000-0 | Țoliclón Anti D (IgM+IgG)   | Țoliclón Anti D (IgM+IgG),10 ml                        | MB     | Lorne       | Specif.din invitatie | Țoliclón Anti D (IgM+IgG),10 ml                          | <b>CE,ISO</b>           |
| 33 | 33000000-0 | Container p/u urină nesterile 100ml   | Container p-u urina 150 ml, PP, 2120                   | Italia | Aptaca      | Specif.din invitatie | Container p-u urina 150 ml, PP                           | <b>CE,ISO</b>           |
| 35 | 33000000-0 | Hîrtie termo p/u Stat Fax L 5,7 cm  | Hîrtie termo p/u Stat Fax L 5,7 cm                     | SUA    | Awareness   | Specif.din invitatie | Hîrtie termo p/u Stat Fax L 5,7 cm                       | <b>CE,ISO</b>           |
| 35 | 33000000-0 | HîrtieStat Fax termo L 11 cm  | HîrtieStat Fax termo L 11 cm                           | SUA    | Awareness   | Specif.din invitatie | HîrtieStat Fax termo L 11 cm                             | <b>CE,ISO</b>           |
| 37 | 33000000-0 | Lampă p/u microscop binocular 6 V 20W   | Lampă p/u microscop binocular 6 V 20W                  | SUA    | PROWAY      | Specif.din invitatie | Lampă p/u microscop binocular 6 V 20W                    | <b>CE,ISO</b>           |
| 38 | 33000000-0 | Lampă p/u Stat Fax 6 V 10W  | Lampă p/u Stat Fax 6 V 10W                             | SUA    | Awareness   | Specif.din invitatie | Lampă p/u Stat Fax 6 V 10W                               | <b>CE,ISO</b>           |
| 40 | 33000000-0 | Ulei de imersie   | Ulei de imersie ,100 ml                                | Rusia  | Minimed     | Specif.din invitatie | Ulei de imersie ,100 ml                                  | <b>cert.de calitate</b> |
| 41 | 33000000-0 | Anse cu periuta citologica, sterila,,ambalaj individual,de tip Cerv             | Periuta cervicala tip C, sterila, 110206,              | BOEN   | China       | Specif.din invitatie | Periuta cervicala tip C, sterila, de tip Cervex Bruch    | <b>CE,ISO</b>           |
| 42 | 33000000-0 | Pipete virusologice sterile p/u analize generale a sângelui din sânge periferic | Pipete 1 ml ,sterile,23205                             | Italia | Kima        | Specif.din invitatie | Pipete 1 ml ,sterile,23205                               | <b>CE,ISO</b>           |
| 43 | 33000000-0 | Eprubete plastice conice p/u centrifugare 10 ml                                 | Eprubeta 10 ml, cu fund conic, PP, 16x100 mm, 6005/MOC | Italia | Aptaca      | Specif.din invitatie | Eprubeta 10 ml, cu fund conic, PP, 16x100 mm, 6005/MOC   | <b>CE,ISO</b>           |
| 45 | 33000000-0 | Eprubete Ependorf cu dop, volum 1,5 ml  | Eprubeta Eppendorf 1,5 ml, 18166                       | Italia | Kima        | Specif.din invitatie | Eprubete Ependorf cu dop, volum 1,5 ml                   | <b>CE,ISO</b>           |
| 51 | 33000000-0 | Camera Goreaev  | Camera Goreaev   | Rusia  | Minimed     | Specif.din invitatie | Camera Goreaev   | <b>ISO</b>              |
| 52 | 33000000-0 | Dozator automat cu verificare metrologică 1000-5000 ml                          | Dozator automat 1-500-5000 mkl, black/4642102          | Rusia  | Termofisher | Specif.din invitatie | Dozator automat 1-500-5000 mkl,cu verificare metrologică | <b>ISO</b>              |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2