

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1678431390656 din 20/03/2023						
Obiectul achiziției: Achiziționarea serviciilor de deservire (mentenanță corectivă) a dispozitivelor medicale radiologice conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie anul 2023						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 5						
Lotul 5 Instalație radiologică, mod XFM (Italray, Italia) - 2021	XFM	Italia	ITALRAY	Conform Anexei nr. 1	Conform Anexei nr. 1	CE, ISO AR, Certif. de instruire
TOTAL						

Semnat:

Numele, Prenumele: Lungu Ion

În calitate de : Administrator

Ofertantul: Health Medical Solutions SRL

Adresa: str. Grenoble 128, of. 011

Denumire sistem	Instalație radiologică, mod. XFM - 2021
Producător	Italray
Țară de origine	Italia
<i>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</i>	<i>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</i>
<p>Documentele obligatorii, prezentate de către Participantul la licitație:</p> <p>1. Autorizație radiologică de la ANRANR, pentru echipamentele de imagistică în dependență de oferta depusă (X-ray general)</p> <p>2. Certificat, ce atestă pregătirea specialiștilor pentru deservirea tehnică a instalațiilor radiologice (pentru modelul solicitat) - copie cu ștampila participantului.</p> <p>3. Certificat de instruire de la producător pentru inginerului angajat pe modelul solicitat, care atestă, că specialistul are cunoștințe necesare pentru procedura de mentenanță, reparație a dispozitivului dat.</p> <p>Executorul se obligă:</p> <p>1. Să efectueze lucrările de mentenanță corectivă, conform cerințelor și instrucțiunilor producătorului (pașapoarte tehnice), cu mijloacele tehnice autorizate de acesta.</p> <p>2. Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție, conform manualului de utilizare (pașapoarte tehnice): evaluarea parametrilor definitorii de securitate și de performanță, prin examinare și testare; Inspecția stării tehnice a dispozitivelor - o dată în trei luni și după efectuarea lucrărilor de reparație curentă.</p> <p>4. Intervenția se face, doar în prezența persoanei autorizate din cadrul compartimentului intern specializat al autorității contractante. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii;</p> <p>5. Intervențiile vor fi înregistrate în „Jurnalul de gardă” și „Fișa de deservire” și în documentele ulterioare specifice lucrării; La finalul lucrărilor prestatorul de servicii mentenanță, va întocmi un act de predare-primire, Raport de Service, în care se vor menționa operațiunile efectuate, piesele utilizate și care, va fi semnat de inginerul instituției, șef secție, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis.</p> <p>6. Serviciile de mentenanță corectivă a dispozitivelor medicale radiologice, se vor efectua la solicițarea autorității contractante;</p> <p>7. Prestatorul va instrui utilizatorul, cu privire la exploatarea aparatelor, ori de câte ori, primesc o solicițare în acest sens din partea autorității contractante.</p> <p>8. Garanția lucrărilor executate, va fi de minim 6 luni de la data încheierii procesului verbal de intervenție.</p> <p>8. In caz de defectare, Executantul se obligă să răspundă la solicițarea Beneficiarului în max. 12 ore din momentul anunțului (verbal, scris) al Beneficiarului.</p> <p>9. Stațiunile tehnice, nu vor depăși mai mult de 1-2 zile calendaristice. În caz, de necesitate a efectuării lucrărilor de complexitate înaltă, termenul poate fi prelungit cu acordul ambelor părți (verbal sau scris).</p>	<p>Documentele obligatorii, prezentate de către Participantul la licitație:</p> <p>1. Da, Autorizație radiologică de la ANRANR, pentru echipamentele de imagistică în dependență de oferta depusă (X-ray general)</p> <p>2. Da, Certificat, ce atestă pregătirea specialiștilor pentru deservirea tehnică a instalațiilor radiologice (pentru modelul solicitat) - copie cu ștampila participantului.</p> <p>3. Da, Certificat de instruire de la producător pentru inginerului angajat pe modelul solicitat, care atestă, că specialistul are cunoștințe necesare pentru procedura de mentenanță, reparație a dispozitivului dat.</p> <p>Executorul se obligă:</p> <p>1. Da, Să efectueze lucrările de mentenanță corectivă, conform cerințelor și instrucțiunilor producătorului (pașapoarte tehnice), cu mijloacele tehnice autorizate de acesta.</p> <p>2. Da, Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție, conform manualului de utilizare (pașapoarte tehnice): evaluarea parametrilor definitorii de securitate și de performanță, prin examinare și testare; Inspecția stării tehnice a dispozitivelor - o dată în trei luni și după efectuarea lucrărilor de reparație curentă.</p> <p>4. Da, Intervenția se face, doar în prezența persoanei autorizate din cadrul compartimentului intern specializat al autorității contractante. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii;</p> <p>5. Da, Intervențiile vor fi înregistrate în „Jurnalul de gardă” și „Fișa de deservire” și în documentele ulterioare specifice lucrării; La finalul lucrărilor prestatorul de servicii mentenanță, va întocmi un act de predare-primire, Raport de Service, în care se vor menționa operațiunile efectuate, piesele utilizate și care, va fi semnat de inginerul instituției, șef secție, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis.</p> <p>6. Da, Serviciile de mentenanță corectivă a dispozitivelor medicale radiologice, se vor efectua la solicițarea autorității contractante;</p> <p>7. Da, Prestatorul va instrui utilizatorul, cu privire la exploatarea aparatelor, ori de câte ori, primesc o solicițare în acest sens din partea autorității contractante.</p> <p>8. Da, Garanția lucrărilor executate, va fi de minim 6 luni de la data încheierii procesului verbal de intervenție.</p> <p>8. Da, In caz de defectare, Executantul se obligă să răspundă la solicițarea Beneficiarului în max. 12 ore din momentul anunțului (verbal, scris) al Beneficiarului.</p> <p>9. Da, Stațiunile tehnice, nu vor depăși mai mult de 1-2 zile calendaristice. În caz, de necesitate a efectuării lucrărilor de complexitate înaltă, termenul poate fi</p>

<p>10. Stațiunile tehnice din motivul executării necalitative de către Executant a lucrărilor de reparație, montare, ajustare, ca și din cauza lipsei pieselor de schimb, pentru efectuarea lucrărilor de reparație de complexitate înaltă, vor fi excluse din achitățile contractuale. Durata stațiunilor nu va depăși max. 5 zile lucrătoare.</p> <p>12. Toate comunicările între parti, pentru îndeplinirea contractului, se vor executa în scris sau verbal; confirmarea solicitării fiind obligatorie.</p> <p>Cerințe obligatorii către ofertant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prezentarea documentelor (licențe, certificate, etc.), ce atestă faptul autorizării operatorului, pentru efectuarea acestor servicii, confirmate de către organele autorizate în domeniu; - Echipamentul tehnic, cu care se vor efectua verificările, să fie certificat cu aprobarea de către organele autorizate în domeniu; <p>Executarea serviciilor de către operator, să fie în baza solicitării scrise sau verbale a beneficiarului (IMSP SCTO).</p>	<p>prelungit cu acordul ambelor părți (verbal sau scris).</p> <p>10. Da, Stațiunile tehnice din motivul executării necalitative de către Executant a lucrărilor de reparație, montare, ajustare, ca și din cauza lipsei pieselor de schimb, pentru efectuarea lucrărilor de reparație de complexitate înaltă, vor fi excluse din achitățile contractuale. Durata stațiunilor nu va depăși max. 5 zile lucrătoare.</p> <p>12. Da, Toate comunicările între parti, pentru îndeplinirea contractului, se vor executa în scris sau verbal; confirmarea solicitării fiind obligatorie.</p> <p>Cerințe obligatorii către ofertant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da, Prezentarea documentelor (licențe, certificate, etc.), ce atestă faptul autorizării operatorului, pentru efectuarea acestor servicii, confirmate de către organele autorizate în domeniu; - Da, Echipamentul tehnic, cu care se vor efectua verificările, să fie certificat cu aprobarea de către organele autorizate în domeniu; <p>Da, Executarea serviciilor de către operator, să fie în baza solicitării scrise sau verbale a beneficiarului (IMSP SCTO).</p>
---	---