

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1657025734536/21059508.**

Denumirea procedurii de achiziție: **Seturi pentru cateterizarea vaselor centrale.**

Cod CPV	LOT	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33194120-3	1	Set pentru cateterizarea vaselor centrale cu un lumen	EU-04701-CVT	USA	Teleflex	<p>Componenta:</p> <p>1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm, Ambou ergonomic, pentru mărirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută:</p> <p>-Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire;</p> <p>- Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter 9F (lungime- 20 cm).</p> <p>-Fabricat din PUR (poliuretana);</p> <p>-Vârful cateterului atraumatic (soft type);</p> <p>-Radioopac, detectabil la raze X;</p> <p>-Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter;</p> <p>4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii;</p> <p>5. Dilatator 10F; 6. Căpșel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpșelului de pe cateter.</p> <p>7. Seringa de 5 ml-10ml din 5 piese, latex free;</p> <p>8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</p>	<p>1 Cateter cu un lumen: 14 Ga. (2,2 mm OD) x 20 cm, orificii laterale</p> <p>1 ghidaj cu sîrmă cu arc, marcat: 0.032" (0.81 mm) dia. x 23-5/8" (60 cm) (vîrf moale drept la un capăt - vîrfîul „J” la celălalt) cu Arrow Advancer cu marcaj ECG</p> <p>1 ac introductor: ecogenic 18 Ga. x 2-1/2" (6,35 cm) XTW</p> <p>1 seringă: 5 ml Luer-Slip</p> <p>1 Dilatator de țesut: 7 Fr. (2,3 mm) x 10,2 cm</p> <p>1 cablu prelungitor ECG</p> <p>1 Butuc ajustabil SecondSite™. Element de fixare</p> <p>1 Butuc ajustabil SecondSite™. CLEM pentru cateter</p> <p>1 bisturiu;</p>	CE/ISO
33194120-3	2	Set pentru cateterizarea vaselor centrale cu un lumen	EU-15802-CVT	USA	Teleflex	<p>Componenta: 1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm, Ambou ergonomic, pentru mărirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută:</p> <p>-Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire;</p> <p>- Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter 9F (lungime- 20 cm).</p> <p>-Fabricat din PUR (poliuretana);</p> <p>-Vârful cateterului atraumatic (soft type);</p> <p>-Radioopac, detectabil la raze X;</p> <p>-Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter;</p> <p>4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii;</p> <p>5. Dilatator 9F; 6. Căpșel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpșelului de pe cateter.</p> <p>7. Seringa de 5 ml-10ml din 5 piese, latex free;</p> <p>8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</p>	<p>1 Cateter cu un lumen: 14 Ga. (2,2 mm OD) x 20 cm, orificii laterale</p> <p>1 ghidaj cu sîrmă cu arc, marcat: 0.032" (0.81 mm) dia. x 23-5/8" (60 cm) (vîrf moale drept la un capăt - vîrfîul „J” la celălalt) cu Arrow Advancer cu marcaj ECG</p> <p>1 ac introductor: ecogenic 18 Ga. x 2-1/2" (6,35 cm) XTW</p> <p>1 seringă: 5 ml Luer-Slip</p> <p>1 Dilatator de țesut: 7 Fr. (2,3 mm) x 10,2 cm</p> <p>1 cablu prelungitor ECG</p> <p>1 Butuc ajustabil SecondSite™. Element de fixare</p> <p>1 Butuc ajustabil SecondSite™. CLEM pentru cateter</p> <p>1 bisturiu;</p>	CE/ISO

33194120-3	3	Set pentru cateterizare vaselor centrale cu doua lumene	EU-15802-CVT	USA	Teleflex	<p>Componenta:</p> <p>1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută:</p> <p>-Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire;</p> <p>- Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter (lungime- 20 cm), 8F sau 16G/16G, - Fabricat din PUR (poliuretanic);</p> <p>-Vârful cateterului atraumatic (soft type);</p> <p>-Radioopac, detectabil la raze X;</p> <p>-Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter;</p> <p>4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru a fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii.</p> <p>5. Dilatator 9F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter.</p> <p>7. Seringa de 5 ml -10 ml din 3 piese, latex free;</p> <p>8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</p>	<p>1 cateter cu doi lumene: 8 Fr. (2,8 mm OD) x 20 cm</p> <p>1 ghidaj cu sârmă cu arc, marcat: 0,032" (0,81 mm) dia. x 23-5/8" (60 cm) (vârf moale drept la un capăt - vârful „J” la celălalt) cu Arrow Advancer cu marcaj ECG</p> <p>1 ac introductor: ecogenic 18 Ga. x 2-1/2" (6,35 cm) XTW</p> <p>1 seringă: 5 ml Luer-Slip</p> <p>1 Dilatator de țesut: 9 Fr. (3,0 mm) x 10,2 cm</p> <p>1 cablu prelungitor ECG</p> <p>2 Capac de praf: Neerisist</p> <p>1 Butuc ajustabil SecondSite™: Element de fixare</p> <p>1 Butuc ajustabil SecondSite™: Clemă pentru cateter</p> <p>1 bisturiu;</p>	CE/ISO
33194120-3	4	Set entru cateizezarea vaselor centrale cu trei lumene	EU-15853-CVET	USA	Teleflex	<p>Componenta:</p> <p>1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută:</p> <p>-Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire;</p> <p>- Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter (lungime-20 cm), 8F sau 16G/18G/18G</p> <p>-Fabricat din PUR (poliuretanic);</p> <p>-Vârful cateterului atraumatic (soft type);</p> <p>-Radioopac, detectabil la raze X;</p> <p>-Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter;</p> <p>4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru a fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii;</p> <p>5. Dilatator 9F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter.</p> <p>7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free;</p> <p>8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</p>	<p>1 cateter cu trei lumene: 8.5 Fr. (3,0 mm OD) x 20 cm</p> <p>1 ghidaj cu sârmă cu arc, marcat: 0,032" (0,81 mm) dia. x 23-5/8" (60 cm) (vârf moale drept la un capăt - vârful „J” la celălalt) cu Arrow Advancer cu marcaj ECG</p> <p>1 ac introductor: ecogenic 18 Ga. x 2-1/2" (6,35 cm) XTW</p> <p>1 Sondă de transducere a presiunii</p> <p>1 Seringă de introducere Arrow® Raulerson Spring Wire: 5 ml</p> <p>1 Dilatator de țesut: 9 Fr. (3,0 mm) x 10,2 cm</p> <p>1 cablu prelungitor ECG</p> <p>2 Capac de praf: Neerisist</p> <p>1 Butuc ajustabil SecondSite™: Element de fixare</p> <p>1 Butuc ajustabil SecondSite™: Clemă pentru cateter</p> <p>1 bisturiu: #11</p>	CE/ISO

Ofertantul: "Endo-Chirurgie" SRL Adresa: str. Meșterul Manole, nr. 9, mun. Chișinău.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: DUBALARI Pavel În calitate de: Specialist achiziții publice, Jurisconsult.

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1657025734536/21059508**.

Denumirea procedurii de achiziție: **Seturi pentru cateterizarea vaselor centrale**.

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), lei	Preț unitar (cu TVA), lei	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
1		2	3	4	5	6	7	8
33194120-3	1	Set pentru cateterizarea vaselor centrale cu un lumen	buc	150	505.00	606.00	75750.00	90900.00
33194120-3	2	Set pentru cateterizarea vaselor centrale cu un lumen	buc	300	505.00	606.00	151500.00	181800.00
33194120-3	3	Set pentru cateterizarea vaselor centrale cu doua lumene	buc	360	427.00	512.40	153720.00	184464.00
Total							380,970.00	457,164.00

Ofertantul: **"Endo-Chirurgie" SRL** Adresa: **str. Meșterul Manole, nr. 9, mun. Chișinău.**

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **DUBALARI Pavel** În calitate de: **Specialist achizitii publice, Jurisconsult.**