

SPECIFICAȚII TEHNICE pentru IMSP SCM „Sfânta Treime”

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1750414249253 / 21436765	din 01 iulie 2025
Obiectul de achiziției :	Piese de schimb și consumabile pentru întreținerea DM 2025 COP	

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
1	33140000-3	Bateria internă, compatibilă cu autoclav Matachana S500	CR2477	Spania	Matachana	Bateria internă pentru autoclavul Matachana, analogica cu Renata CR2477N	Conform cerințelor. Produsul este original de la producatorul autoclavului, Matachana.	CE, ISO
3	33140000-3	Încălzitor la generatorul de abur pentru autoclavul Matachana	STAINLESS STEEL RESISTANCE AISI 316 TI- KW THREE PHASE OF 6 KW	Spania	Matachana	Încălzitor pentru generator de abur (3-phase 6kW) analogic cu 41902.9, compatibil cu autoclav SC500, Matachana	Conform cerințelor. Produsul este original de la producatorul autoclavului Matachana SC500	CE, ISO
5	33140000-3	Garnitură la generator de abur pentru autoclavul Matachana	JOINT WITH POSITIONER, OF STEAM GENERATORS OF KLINGER GRAFIT S101/SC500 PSM-LAM	Spania	Matachana	Garnitură pentru generator de abur (Joint with positioner, of steam generators of klinger grafit S101/SC50), analogică cu 41772, compatibil cu autoclav SC500, Matachana	Conform cerințelor. Produsul este original de la producatorul autoclavului Matachana SC500	CE, ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"ECHIPAMED - PLUS" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**