

SPECIFICATII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: **COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1651213449314, ID: 21055803 din 13.05.2022**

Obiectul achiziției: **Achiziționarea consumabilelor pentru serviciu aritmologie (electrocardiostimulare), conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, pentru anul 2022**

<i>Cod CP V</i>	<i>Nr. Lot</i>	<i>Denumire Lot</i>	<i>Modelul articolului</i>	<i>Țara de origine</i>	<i>Producătorul</i>	<i>Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</i>	<i>Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant</i>	<i>Standarde de referință</i>
33100000-1	4	Set steril jetabil pentru electrocardiostimulare	97039056	Suedia	Molnlycke Health Care	1 buc.: câmp cu bord adeziv - dimensiuni 175x175cm (+/-5cm), steril, cu bord adeziv impregnat (nu se accepta lipici cu 2 fețe). 1 buc.: câmp bistratificat cu bord adeziv – dimensiuni 90x75 cm(+/-5cm), bord adeziv – min 5cm. 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 1buc.: câmp Mayo pentru masa de operație, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), zonă absorbantă 65x85 cm (±5 cm) (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 3 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 15x25cm. 1 buc.: bandă adezivă - 10x50cm(+/-2cm), 2 straturi (adeziv + strat impermeabil) pentru fixarea tuburilor. 200 buc.: Tampon absorbant - dimensiuni 10x10cm(+/-3cm), minim 4 straturi, absorbție min.30gr/m2. 1 buc.: Câmp angiografic - dimensiuni 240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbție, dimensiuni minime: 240x80cm, cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x220cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude	1 buc.: câmp cu bord adeziv - dimensiuni 175x175cm (+/-5cm), steril, cu bord adeziv impregnat (nu se accepta lipici cu 2 fețe). 1 buc.: câmp bistratificat cu bord adeziv – dimensiuni 90x75 cm(+/-5cm), bord adeziv – min 5cm. 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 1buc.: câmp Mayo pentru masa de operație, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), zonă absorbantă 65x85 cm (±5 cm) (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 3 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 15x25cm. 1 buc.: bandă adezivă - 10x50cm(+/-2cm), 2 straturi (adeziv + strat impermeabil) pentru fixarea tuburilor. 200 buc.: Tampon absorbant - dimensiuni 10x10cm(+/-3cm), minim 4 straturi, absorbție min.30gr/m2. 1 buc.: Câmp angiografic - dimensiuni 240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbție, dimensiuni minime: 240x80cm, cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x220cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude	CE, ISO 13485, Declarație de conformitate

					mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (± 3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130 cm (± 5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (± 3cm). 4 perechi: Mănuşi sterile, nepudrate (mărimi: N8,0 – 2 perechi; N7,0 – 2 perechi) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenţii chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistenţa la rupere – nu mai puţin de 18N, grosimea la degete - nu mai puţin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecţie dublă şi rezistenţa la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecţie a personalului medical în cadrul intervenţiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme şi lichide, substanţe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 1 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 1 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. 2 buc.: Bol 500 ml din polipropilen, gradat, transparent. 2 buc.: Bol 250 ml din polipropilen, gradat, colorat. 1 buc.: Bol min.120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet şi capac, înălţimea minim 7cm, inscripţionat cu eticheta “risc biologic”. 5 buc.: Aplicator - lungime aprox. 15cm. 1 buc.: Lamă nr. 22. 1 buc.: Forceps – aprox. 12 cm. 4 buc.: Pensă - aprox. 10cm.	mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (± 3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130 cm (± 5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (± 3cm). 4 perechi: Mănuşi sterile, nepudrate (mărimi: N8,0 – 2 perechi; N7,0 – 2 perechi) - din cauciuc deproteinizat, hipoalergene, rezistente la intervenţii chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistenţa la rupere – nu mai puţin de 18N, grosimea la degete - nu mai puţin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecţie dublă şi rezistenţa la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecţie a personalului medical în cadrul intervenţiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme şi lichide, substanţe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 1 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 1 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. 2 buc.: Bol 500 ml din polipropilen, gradat, transparent. 2 buc.: Bol 250 ml din polipropilen, gradat, colorat. 1 buc.: Bol min.120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet şi capac, înălţimea minim 7cm, inscripţionat cu eticheta “risc biologic”. 5 buc.: Aplicator - lungime aprox. 15cm. 1 buc.: Lamă nr. 22. 1 buc.: Forceps – aprox. 12 cm. 4 buc.: Pensă - aprox. 10cm.	
--	--	--	--	--	---	---	--

Director Tehnomedica SRL

Tatiana Roibu