



IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE **privind valabilitatea ofertei**

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...64180 din 21.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1718204764180 din 12.06.2024 privind Achiziționarea electrocardiostimulatoare pentru anii 2025-2027, conform necesităților pentru anul 2026"

prin procedura de achiziție - Cererea ofertelor de prețuri (bunuri) Nr. ocds-b3wdp1-MD-1782308993777 din 04.07.2026

pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 03.08.2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 02.07.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____

(semnătura autorizată)



Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție:						ocds-b3wdp1-MD-1782308993777 din 04.07.2026		
Obiectul achiziției:						În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...64180 din 21.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1718204764180 din 12.06.2024 privind Achiziționarea electrocardiostimulatoare pentru anii 2025-2027, conform necesităților pentru anul 2026		
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-64180	Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale	Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale	G70A2+ 5076-58/65+ 5076-52/58 G70A2//PG G70 DR MRI SURESCAN LEAD 5076-52 LEAD BI SIL STERIOD FIX 52 LEAD 5076-58 LEAD BI SIL STERIOD FIX 58 LEAD 5076-65 LEAD-BIPOLAR SIL SCREW-IN	Olanda/SUA	Vitatron/Medtronic	Electrocardiostimulator bicameral DR, RMN compatibil minimum 1.5T, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiali – 1 electrod atrial cu lungimea 52-60 cm; 1 electrod ventricular cu lungimea 58-65 cm, diametru 5F-7F, cu fixarea active. Prezența funcțiilor de autocapturare, adaptarea de fcc, algoritme de protecție declansării fibrilației atriale, algoritme de micșorarea stimulării VD, posibilitatea efectuării SEF (optional). Lungevitatea bateriei minimum 10 ani. Solicitare dimensiunii electrozilor la cerința specialistului.	Electrocardiostimulator bicameral DR, RMN compatibil 1.5T, cu regim de stimulare DDDR - Brosura "G70 MRI" pag.2 inclusiv cu 2 electrozi endocardiali – 1 electrod atrial cu lungimea 52-58 cm; 1 electrod ventricular cu lungimea 58-65 cm, diametru 7F, cu fixarea active - "Product catalog_2021" pag.95 Prezența funcțiilor de autocapturare, adaptarea de fcc, algoritme de protecție declansării fibrilației atriale, algoritme de micșorarea stimulării VD - Brosura "G70 MRI" pag. 3 posibilitatea efectuării SEF - "M007512C001B_view" pag.37 Lungevitatea bateriei de la 10 ani - Brosura "G70 MRI" pag.2 Solicitare dimensiunii electrozilor la cerința specialistului.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000398866 DM000398858 DM000398859 DM000398857
29-64180	Cardiostimulator-cardioverter tricameral (biventricular) CRT – D in complex cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian, electrodul de socare	Cardiostimulator-cardioverter tricameral (biventricular) CRT – D in complex cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian, electrodul de socare	DTMC2QQ + 5076-52/58 + 5076-58/65 + 4296-78 + 6215 + 6250VIC+ CGRXT190HJ CRTD DTMC2QQ COMPIA MRI QUAD OUS DF4 LEAD 5076-52 LEAD BI SIL STERIOD FIX 52 LEAD 5076-58 LEAD BI SIL STERIOD FIX 58 LEAD 5076-65 LEAD-BIPOLAR SIL SCREW-IN LEAD 429678 ATTAIN ABILITY PLUS 6215 BALLOON CATHETER-80CM X 10MM BALL Catheter 6250VIC Attain Command GDWR CGRXT190HJ COUGARXT 5PK 190 J HY	SUA	Medtronic	Cardioverter-defibrilator tricameral (biventricular) CRT – D (device pentru terapie de resincronizare si prevenție mortii subite) in complex cu electrozi: atrial cu lungimea 52-60 diametru 5F-7 F, cu fixarea active pentru ventricul drept electrod de socare lungimea 58-65 cm, diametru 7F-9F, de tip DF-4 sau DF-1/IS-1, cu fixație activă, electrod pentru ventricul sting quadripolar (conexiunea IS1/IS4), minimum 10 vectori de stimulare VS, diametru 4F - 6F cu fixarea pasiva, kit-introducer cu sistem de delivrare pentru intubarea de sinus coronarian (minimum 2 teci cu diferite curburi - la solicitarea specialistului), subselector minimum 2 curburi (la solicitarea specialistului), balon pentru venografie sinusului coronarian; ghid coronarian hidrofil d- 0.014. Lungevitatea bateriei minimum 7 ani. RMN compatibil minimum cu 1.5 T (optional).	Cardioverter-defibrilator tricameral (biventricular) CRT – D (device pentru terapie de resincronizare si prevenție mortii subite) – "Compia Quad manual RO" pag.5 in complex cu electrozi: atrial cu lungimea 52-58 diametru 7 F, cu fixarea active - "Product catalog_2021" pag.95 pentru ventricul drept electrod de socare lungimea 58-65 cm, diametru 7F, de tip DF-4, cu fixație activă - "Product catalog_2021" pag.95 electrod pentru ventricul sting quadripolar (conexiunea IS1/IS4), minimum 10 vectori de stimulare VS, diametru 5.7F cu fixarea pasiva - "Product catalog_2021" pag.116 , Vectori de stimulare - "Compia Quad manual RO" pag.49 Tabelul 18. Parametrii pentru VS kit-introducer cu sistem de delivrare pentru intubarea de sinus coronarian (minimum 2 teci cu diferite curburi - la solicitarea specialistului) - "Product catalog_2021" pag.123 subselector minimum 2 curburi (la solicitarea specialistului) - "Product catalog_2021" pag.123 balon pentru venografie sinusului coronarian - "Product catalog_2021" pag.126 ghid coronarian hidrofil d- 0.014 - "Coro_Catalogue_EUP_2017" pag.69 Lungevitatea bateriei minimum 7 ani in conditii speciale - "Compia Quad manual RO" pag.41 RMN compatibil minimum cu 1.5 T – "M026205C001B_view" pag.5	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000398857 DM000398858 DM000398859 DM000655029 DM000420866 DM000655030

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1782308993777 din 04.07.2026							
Obiectul achiziției:					În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...64180 din 21.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1718204764180 din 12.06.2024 privind Achiziționarea electrocardiostimulatoare pentru anii 2025-2027, conform necesităților pentru anul 2026							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2-64180	Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale	Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale	bucată	40	20 589.61	20 589.61	823 584.40	823 584.40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
29-64180	Cardiostimulator-cardioverter tricameral (biventricular) CRT – D în complex cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian, electrodul de socare	Cardiostimulator-cardioverter tricameral (biventricular) CRT – D în complex cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian, electrodul de socare	bucată	16	171 295.20	171 295.20	2 740 723.20	2 740 723.20	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
TOTAL Oferta							3 564 307.60	3 564 307.60				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90



IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 19 din
Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Subsemnatul Dmitrii Kojevnikov reprezentant împuternicit al S.C. OXIVIT-MED S.R.L, în calitate de ofertant la procedura nr. ocds-b3wdp1-MD-1782308993777 din 04.07.2026 privind achiziționarea de: În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...64180 din 21.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1718204764180 din 12.06.2024 privind Achiziționarea electrocardiostimulatoare pentru anii 2025-2027, conform necesităților pentru anul 2026 organizată de CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE, declar pe proprie răspundere că nu ne aflăm în niciuna din situațiile de excludere menționate la art.19.

În cazul în care situația se va modifica, vom informa imediat autoritatea contractantă.

Data completării: 02.07.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____
(semnătura autorizată)