

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21270144 din 30.08.2024**Obiectul de achiziție: Achiziționarea pieselor de schimb și consumabilelor necesare pentru dispozitivele medicale pentru anul 2024 (Repetat)**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 5						
Senzor de temperatura piele (skin) reutilizabil pentru nou-nascuti,	U638-1N	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor de temperatura piele (skin) reutilizabil pentru nou-nascuti, pentru incubator Bistos BT-770	Senzor de temperatura piele (skin) reutilizabil pentru Infant, pentru incubator Bistos BT-770	CE
Senzor de temperatura piele (rectal) reutilizabil pentru nou-nascuti,	U638-1M	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor de temperatura piele (rectal) reutilizabil pentru nou-nascuti, pentru incubator Bistos BT-770	Senzor de temperatura piele (rectal) reutilizabil pentru Infant, pentru incubator Bistos BT-770, 10KΩ,2pin,3meter	CE
Total lot 5						
Lotul 7						
Senzor O2, compatibil cu ventilator pulmonar Maquet Servo-i	U938-06A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor O2, compatibil cu ventilator pulmonar Maquet Servo-i	66 40 044 Maquet Senzor O2, compatibil cu ventilator pulmonar Maquet Servo-i	CE
Total lot 7						
Lotul 8						
Senzor O2, compatibil cu ventilator pulmonar Hamilton C1	U938-10A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor O2, compatibil cu ventilator pulmonar Hamilton C1	Senzor O2, compatibil cu ventilator pulmonar Hamilton C1 396200/01 Hamilton	CE
Total lot 8						
Lotul 19						
Senzor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți + cablu de interconectare compatibil cu monitor pacient NIHON KOHDEN BSM-1733(tehnologia Masimo)	U401-D(05EL-F)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți + cablu de interconectare compatibil cu monitor pacient NIHON KOHDEN BSM-1733(tehnologia Masimo)	Folie de silicon pentru nou-născuți, 2,8 m(tehnologia Masimo)	CE
Total lot 19						

Lotul 20						
Senzor SpO2 reutilizabil (adult) +cablu interconectare compatibil cu monitor pacient Drager Vamos	U401-A(15AL) sau U401-A(15BL) sau U401-A(15CL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor SpO2 reutilizabil (adult) +cablu interconectare compatibil cu monitor pacient Drager Vamos	Clip pentru degete pentru adulți, 2,8 m	CE
Total lot 20						
Lotul 21						
Senzor SpO2 reutilizabil (adult) +cablu interconectare, compatibil cu monitor de pacient PHILIPS MX550	U401-A(19CL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor SpO2 reutilizabil (adult) +cablu interconectare, compatibil cu monitor de pacient PHILIPS MX550	Clip pentru degete pentru adulți, 2,8 m	CE
Total lot 21						
Lotul 22						
Sondă TOCO, compatibilă cu Monitor fetal Star 5000E	UT038-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sondă TOCO, compatibilă cu Monitor fetal Star 5000E	Comen STAR 5000E TOCO transducer Probe, 7 pin	CE
Total lot 22						
Lotul 23						
Sondă US, compatibilă cu Monitor fetal Star 5000E	UT038-1A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sondă US, compatibilă cu Monitor fetal Star 5000E	Comen US transducer Probe, 7 pin	CE
Total lot 23						
Lotul 27						
Baterie, compatibil cu monitor pacient NIHON KOHDEN MU-671RK	110453-O	Germania	Akkuplanet GmbH	Baterie, compatibil cu monitor pacient NIHON KOHDEN MU-671RK	Baterie NiMH originală pentru Nihon Kohden BSM 3000, 6000, 6300, 650, 6700, tip X075, SB-671P 9,6 Volți 2,9 Ah - aprox. dimensiuni in mm 76x96x35 - aprox. greutate 0,55 kg	ISO
Total lot 27						
Lotul 28						
Acumulator 12V, compatibil cu Pulsoximetru TruSat	110335	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator 12V, compatibil cu Pulsoximetru TruSat	Acumulator AKKUmed NiMH potrivit pentru pulsoximetru Datex Ohmeda TruSat, 6050-0006-578 REV J 4,8 Volți 3,2 Ah - aprox. dimensiuni in mm 173x24 - aprox. greutate 0,232 kg	ISO
Total lot 28						
Lotul 29						
Acumulator, compatibil cu defibrilator Comen S8	120050-O	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator, compatibil cu defibrilator Comen S8	Baterie Li-Ion originală pentru monitor Comen S8 tip 022-000176-00 14,8 volți 7,5 Ah 111 Wh	ISO
Total lot 29						
Lotul 30						

Acumulator compatibil cu ventilator neonatal Drager BabyLoy Infinity VN 500	110496-O	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator compatibil cu ventilator neonatal Drager BabyLoy Infinity VN 500	Akku original NiMH pentru aerisire Dräger Babylog VN500, monitor c700, tip 8415290-08 24 Volți 2,5 Ah - aprox. dimensiuni in mm 200x120x27 - aprox. greutate 1,24 kg	ISO
Total lot 30						
Lotul 31						
Acumulator compatibil cu ventilator neonatal Avea Standart	110360	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator compatibil cu ventilator neonatal Avea Standart	Acumulator AKKUmed NiMH potrivit pentru ventilator Bird Viasys Avea tip 68339 24 Volți 4,5 Ah aprox. dimensiuni in mm 100x40x135 - aprox. greutate 1.226 kg	ISO
Total lot 31						
Lotul 46						
Electrod cauciuc neutru reutilizabil, adult+ cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul UES-40	F7930 F7923	Italia	FIAB SpA	Electrod cauciuc neutru reutilizabil, adult+ cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul UES-40	F7930 - DIMENSIUNI - 200X150 mm, SUPRAFETE ACTIVĂ - 250 cm², CONEXIUNE - 4mm. REM F7923 -Tipul Valleylab (REM). LUNGIMEA - 500 cm.	CE
Total lot 46						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str.str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23