

<b>Sistem mobil de examinare organe interne</b>		
Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică propusă de către ofertant
Tip dispozitiv	transductor USB-C	da
Tip transductor	liniar	da
Frecvență	12 – 4 MHz	da
Câmp de vizualizare	34.5 mm	da
Domeniu de aplicație	pulmoni	da
	sistem musculo-scheletal	da
	țesuturi moi	da
	vase	da
Adâncime scanare	12 cm	7cm
Regimuri de examinare	2D	da
	color Doppler	da
	M-mode	da
	advanced XRES	da
	multivariate harmonic imaging	da
	SonoCT	da
Greutate	max 120 grame	da
Perioada de garanție	minim 35 luni	da
Componența set	transductor	da
	ghidul utilizatorului	da
	cablu USB C	da
	cablu USB B	da
	geantă Vizualizarea imaginilor	da
	conectare la tabletă/smartphone Android	da