

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-
2005, bd. Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1718878861690 din 11.07.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (repetat 2) noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 09.07.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:
"Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură conform necesităților
instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (repetat 2)"

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-
1718878861690 din 11.07.2024

pentru o durată de 160 (una sută șaizeci) zile, respectiv până la data de
18.12.2024, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 09.07.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____

(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție:						ocds-b3wdp1-MD-1718878861690 din 11.07.2024		
Obiectul achiziției:						Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (repetat 2)		
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Acid poliglicolic 1 ac rotund 48 mm.	Acid poliglicolic 1 ac rotund 48 mm.	CL-905 CL-905//CL-905 POLYSORB* 1 VIO 90CM GS25 X36	SUA	Medtronic	PGA 1(absorbabil) Ac Taper point sau pe Ac blunt rotund 1/2x48mm +/-1 mm L-90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Sutures catalogue19 Medtronic.pdf pag.39 Material: PGA (absorbabil) USP: 1 Lungime sutura: (cm) 90 Lungime ac: (mm) 48 Curbura acului: 1/2 Tipul acului: taper (point) Numarul de ace: 1 Cantitatea in pachet: 1 Cantitatea ambalaj: 36 Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. Va rugam sa rotunjiti cantitatile conform 'Cantitatea ambalaj'	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000420910
2	Acid poliglicolic 2 ac rotund 48 mm.	Acid poliglicolic 2 ac rotund 48 mm.	CL-906 CL-906//CL-906 POLYSORB* 2 VIO 90CM GS25 X36	SUA	Medtronic	PGA 2(absorbabil)Ac Taper point sau pe Ac blunt rotund 1/2x48mm+/-1 mm L-90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Sutures catalogue19 Medtronic.pdf pag.39 Material: PGA (absorbabil) USP: 2 Lungime sutura: (cm) 90 Lungime ac: (mm) 48 Curbura acului: 1/2 Tipul acului: taper (point) Numarul de ace: 1 Cantitatea in pachet: 1 Cantitatea ambalaj: 36 Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. Va rugam sa rotunjiti cantitatile conform 'Cantitatea ambalaj'	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000420910
3	Acid poliglicolic USP 1 ac rotund 37 mm.	Acid poliglicolic USP 1 ac rotund 37 mm.	CL-813 POLYSORB* 1 VIO 75CM GS21 X36	SUA	Medtronic	Acid poliglicolic. USP 1(absorbabil). Ac Taper point sau pe Ac blunt rotund 1/2, 37mm +/-1 mm. L-75cm	Sutures catalogue19 Medtronic.pdf pag.37 Material: Acid poliglicolic (absorbabil) USP: 1 Lungime sutura: (cm) 75 Lungime ac: (mm) 37 Curbura acului: 1/2 Tipul acului: taper (point) Numarul de ace: 1 Cantitatea in pachet: 1 Cantitatea ambalaj: 36 Va rugam sa rotunjiti cantitatile conform 'Cantitatea ambalaj'	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000420910

20	Fire metalice pentru stern Metric EP 7	Fire metalice pentru stern Metric EP 7	88862393-89 88862393-89/88862393-89 STEEL 5 4X45CM KV40 X12	SUA	Medtronic	Fire metalice pentru stern. Metric EP 7. USP 5. Lungimea fir 40-45 cm; Lungimea ac 40-50 mm; Curbura ac 1/2; Vârf ac: Tapercut. Material: Monofilament 316 L oțel inoxidabil, conform standardului minim pentru implanturi din aliaje metalice ASTM F138, ISO 5832-1. Sudare cu laser.	Sutures catalogue19 Medtronic.pdf pag.148 Material: Fire metalice pentru stern; Monofilament 316 L oțel inoxidabil, conform standardului minim pentru implanturi din aliaje metalice ASTM F138, ISO 5832-1. Sudare cu laser. USP: 5 Lungime sutura: (cm) 45 Lungime ac: (mm) 48 Curbura acului: 1/2 Tipul acului: taper-cut Numarul de ace: 1 Cantitatea in pachet: 4 Cantitatea ambalaj: 48 Va rugam sa rotunjiti cantitatile conform 'Cantitatea ambalaj'	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000450251
83	Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 90 cm. 1/2 ac rotund 20 mm	Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 90 cm. 1/2 ac rotund 20 mm	VP-331X VP-331X/VP-331X SURGIPRO*II 4-0 BLU 90CM CV24DA	SUA	Medtronic	USP 4/0 L – minim 90 cm. 1/2 ac rotund 20 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura	Sutures catalogue19 Medtronic.pdf pag.107 Material: Polipropilen (monofilament) USP: 4-0 Lungime sutura: (cm) 90 Lungime ac: (mm) 20 Curbura acului: 1/2 Tipul acului: taper (point) Numarul de ace: 2 Cantitatea in pachet: 1 Cantitatea ambalaj: 36 Va rugam sa rotunjiti cantitatile conform 'Cantitatea ambalaj'	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000440689

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1718878861690 din 11.07.2024							
Obiectul achiziției:					Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (repetat 2)							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Acid poliglicolic 1 ac rotund 48 mm.	Acid poliglicolic 1 ac rotund 48 mm.	Bucată	7702	54.93	59.32	423 070.86	456 882.64	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
2	Acid poliglicolic 2 ac rotund 48 mm.	Acid poliglicolic 2 ac rotund 48 mm.	Bucată	10084	61.14	66.03	616 535.76	665 846.52	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
3	Acid poliglicolic USP 1 ac rotund 37 mm.	Acid poliglicolic USP 1 ac rotund 37 mm.	Bucată	1336	53.51	57.79	71 489.36	77 207.44	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
20	Fire metalice pentru stern Metric EP 7	Fire metalice pentru stern Metric EP 7	Bucată	1141	56.36	60.87	64 306.76	69 452.67	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
83	Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 90 cm. 1/2 ac rotund 20 mm	Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 90 cm. 1/2 ac rotund 20 mm	Bucată	36	53.51	57.79	1 926.36	2 080.44	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
TOTAL Oferta							1 177 329.10	1 271 469.71				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1718878861690 din 11.07.2024
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med” declară următoarele:

- Termenul de valabilitate restant al Bunurilor la momentul livrării va constitui: livrate de la 01.01.2024 - 30.06.2024, va constitui:
 - nu mai puțin de 60% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mulți;
 - și de minim 80% din cel inițial pentru Bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani.Termenul de valabilitate restant al Bunurilor la momentul livrării, livrate de la 01.07.2024-31.12.2024 va constitui:
 - nu mai puțin de 40% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mulți;
 - și de minim 60% din cel inițial pentru Bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani.
- Eșantioanele vor fi prezentate în 2 bucăți în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie marcată cu denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. În cutie va fi inclusă o listă a eșantioanelor și numărul lor de lot, însoțită de o scrisoare de însoțire semnată. Fiecare produs (mostră) va avea indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioanele vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea.
- Produsele sunt înregistrate la AMDM, iar codul înregistrării este indicat în formularul specificațiilor tehnice, în coloana "Standarde de Referință".

Data completării: 09.07.2024

Cu stimă,

Dmitrii Kojevnikov

Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L.

(semnătura)