

Specificații tehnice

IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

Numărul procedurii de achiziție:	21120046 / ocds-b3wdp1-MD-1700481278193 din 01.12.2023
Denumirea procedurii de achiziție:	Burghiu traumatologic/ortopedic conform necesităților IMSP SCTO pentru anul 2023

Nr. Lot	Denumire obiectului lotului	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3	Burghiu traumatologic/ortopedic	Burghiu traumatologic/ortopedic	BJ4200 BJ4001 BJ1002-4 BJ4201 BJ4203B BJ4213A BJ1005 BJXDH4200	China	BOJIN Medical Instrument	Conform Caietului de sarcine	<p>Dispozitiv medical pentru intervenții traumatologice/ortopedice, multifuncțional</p> <p>1.Piesa de mână BJ4200.</p> <p>Piesa de mână Electrică (alimentată de la baterie):</p> <p>Putere, W ≥100</p> <p>Greutate, gr. ≤950</p> <p>Sterilizare, metoda autoclavare 135°C.</p> <p>Viteza de rotație: Ajustabilă 0 - 1100 rpm.</p> <p>Comutator Înainte și Înapoi cu modul sigur.</p> <p>Zgomot (db) ≤75</p> <p>Mecanism de blocare: Mecanism de blocare a adaptoarelor și capacului bateriei.</p> <p>Schimbarea și atașarea lamelor da, fără cheie: Schimbarea lamelor Adaptorului ferestru oscilatoriu și Adaptorului ferestru alternativ fără chee.</p> <p>Posibilitatea de utilizare a tehnologiei "Quick-Coupling" sau analogic: da (adaptoarele și lamele).</p> <p>Creșterea temperaturii dispozitivului în timpul lucrului: Nu mai mult de 24°C.</p> <p>Carcasă sterilizabilă: Carcasa motorului, capacul bateriei și setul transfer aseptice al bateriei autoclavabile.</p>	ISO 13485, CE/ Decl.CE

Nr. Lot	Denumire obiectului lotului	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
							<p>2.Bateria BJ4001. Baterii: 2 buc. Ușor demontabile: Inserare telescopică, inserare/extragere ușoară. Autonomie cu bateria încărcată deplin: ≥ 30 min. Tip baterie: Ni-Mh reîncărcabilă, 14.4V / 1800mAh. Non-memory. Nesterilizabilă. Scut de protecție contact cu carcasa.</p> <p>3.Dispozitiv încărcare baterii BJ1002-4. Indicator stare baterie: Indicator luminos. Număr baterii încărcate simultan: 4 baterii. Alimentare: 110-250V, 50/60Hz. Tensiunea de încărcare: 17.5V (încărcarea simultană a 4 baterii). Curentul de alimentare: 700mAh.</p> <p>4.Adaptor Ferestrău oscilant BJ4201. Cap rotativ; 360° - stânga, dreapta, jos, sus. Viteza de oscilație: ajustabilă 0 – 15000 oscilații/min. Sterilizare: Autoclavare 135°. Inserarea lamelor: Quick coupling (fără chee). Amplitudinea de oscilare: 5 grade.</p> <p>5.Adaptor Burghiu canulat BJ4203B. Viteza de rotație: Ajustabilă 0 - 1100 rpm. Mod rotație: Înainte și Înapoi. Sterilizare: Autoclavare 135°. Puterea ieșire (la 1000 rpm): 5 Nm. Funcții duble: Sfredelire și introducere broșe Kirschner, puniri și suruburi Schanz cu diametrul până la 6mm.</p>	

Nr. Lot	Denumire obiectului lotului	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
							<p>6. Adaptor inserare broșe Kirschner BJ4213A. Diametrul broșelor inserate: Ø 0.8mm - Ø 2.0mm Viteza de rotație: Ajustabilă 0 - 1100 rpm. Mod rotație: Înainte și Înapoi. Sterilizare: Autoclavare 135°.</p> <p>Accesorii: Lame pentru ferestruu oscilant: 5 buc (lățimea 15-20mm). Lame pentru ferestruu oscilant: 5 buc (lățimea 25-30mm). Burghie standarde - 1 set. Chee pentru fixare burghie: 2 buc (Jacob Chuck Key BJ1005). Container BJXDH4200 pentru păstrare, transportare și sterilizare, cu accesorii de fixație în timpul transportării și sterilizării - 1 buc.</p> <hr/> <p>Cerințe de calificare: Garanție: Piesa de mână, adaptoarele și dispozitivul de încărcare: 2 ani. Anul producerii – 2023. Certificat CE. Dispozitive înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Instalare, darea în exploatare, instruirea gratis de către participantul câștigător. Prezentarea manualului de utilizare și service în limba de stat. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare. Servicii de mentenanță (preventivă planificată și corectivă) pe perioada de garanție și post-garanție la solicitare. Pe perioada garanției timpul de intervenție, în caz de defecțiune minim 24h.</p>	

Semnătură electronică. Numele, Prenumele: **Petru IAROVOL** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **FPC "SOGNO" S.R.L.** Adresa: mun .Chișinău, str. Academiei, 2

Specificații de preț

IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

Numărul procedurii de achiziție:	21120046 / ocde-b3wdp1-MD-1700481278193 din 01.12.2023
Denumirea procedurii de achiziție:	Burghiu traumatologic/ortopedic conform necesităților IMSP SCTO pentru anul 2023

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
33100000-1	3	Burghiu traumatologic/ortopedic	Burghiu traumatologic/ortopedic	Set	1	155.000,00	186.000,00	155.000,00	186.000,00	în decurs de 20 zile din momentul solicitării, la necesitate, DDP - Franco destinație vămuită.
TOTAL								155.000,00	186.000,00	

Semnătură electronică. Numele, Prenumele: **Petru IAROVOL** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **FPC "SOGNO" S.R.L.** Adresa: mun .Chișinău, str. Academiei, 2