

Anexa 5-9

Nr		Parametri ceruti	Parametri oferiti
5	Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 0.5mcl-10mcl	Pasul schimbului diviziunilor: 0.5 mL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. $\leq \pm 1,5\%$; Vol.med. $\leq \pm 1,2\%$; Vol.max $\leq \pm 0,8\%$. Imprecizie (CV%): Vol.min. $\leq 1,0\%$; Vol.med. $\leq 0,6\%$; Vol.max $\leq 0,2\%$. Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston.Rezistent la autoclavare 121°C/20min Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Prezentare obligator: Certificat metrologic. Certificat de la producător. Certificat European.	Model 4642022 Pasul schimbului diviziunilor: 0.05 mL a. La volum de, μl - 5: precizie v, $\mu\text{l} / \%$ - $\pm 0,075 / \pm 1,5$; v reproductibilitate, s.d. *, $\mu\text{l} / \text{CV} \%$ - 0,050 / 1,00; b. La volum de, μl - 0,5: precizie v, $\mu\text{l} / \%$ - $\pm 0,030 / \pm 6$; v reproductibilitate, s.d. *, $\mu\text{l} / \text{CV} \%$ - 0,025 / 5,00; Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston.Rezistent la autoclavare 121°C/20min Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Prezentare obligator: Certificat metrologic. Certificat de la producător. Certificat European.
	Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 2mcl-20mcl	Pasul schimbului diviziunilor:0.5 mL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. $\leq \pm 1,5\%$; Vol.med. $\leq \pm 1,2\%$; Vol.max $\leq \pm 0,8\%$. Imprecizie (CV%): Vol.min. $\leq 1,0\%$; Vol.med. $\leq 0,6\%$; Vol.max $\leq 0,2\%$. Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston.Rezistent la autoclavare 121°C/20min Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Prezentare obligator: Certificat metrologic. Certificat de la producător. Certificat European.	Model 4642062 Pasul schimbului diviziunilor:0.1 mL. a. La volum de, μl - 20: precizie v, $\mu\text{l} / \%$ - $\pm 0,20 / \pm 1,00$; v reproductibilitate, s.d. *, $\mu\text{l} / \text{CV} \%$ - 0,08 / 0,40; b. La volum de, μl - 2: precizie v, $\mu\text{l} / \%$ - $\pm 0,06 / \pm 3,00$; v reproductibilitate, s.d. *, $\mu\text{l} / \text{CV} \%$ - 0,05 / 2,50; Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston.Rezistent la autoclavare 121°C/20min Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Prezentare obligator: Certificat metrologic. Certificat de la producător. Certificat European.

7	Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 10mcl-100mcl	Pasul schimbului diviziunilor:0.5 mL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. $\leq \pm 1,5\%$; Vol.med. $\leq \pm 1,2\%$; Vol.max $\leq \pm 0,8\%$. Imprecizie (CV%): Vol.min. $\leq 1,0\%$; Vol.med. $\leq 0,6\%$; Vol.max $\leq 0,2\%$. Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston.Rezistent la autoclavare 121°C/20min Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Prezentare obligator: Certificat metrologic. Certificat de la producător. Certificat European.	Model 4642072 Pasul schimbului diviziunilor: 1 mL a. La volum de, μl - 100: precizie v, $\mu\text{l} / \%$ - $\pm 0,80 / \pm 0,80$; reproductibilitate, s.d. *, $\mu\text{l} / \text{CV} \%$ - 0,20 / 0,20; b. La volum de, μl - 10: precizie v, $\mu\text{l} / \%$ - $\pm 0,25 / \pm 2,50$; v reproductibilitate, s.d. *, $\mu\text{l} / \text{CV} \%$ - 0,10 / 1,00; Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston.Rezistent la autoclavare 121°C/20min Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Prezentare obligator: Certificat metrologic. Certificat de la producător. Certificat European
8	Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 20mcl-200mcl	Pasul schimbului diviziunilor:1 mL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. $\leq \pm 1,5\%$; Vol.med. $\leq \pm 1,2\%$; Vol.max $\leq \pm 0,8\%$. Imprecizie (CV%): Vol.min. $\leq 1,0\%$; Vol.med. $\leq 0,6\%$; Vol.max $\leq 0,2\%$. Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston.Rezistent la autoclavare 121°C/20min Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Prezentare obligator: Certificat metrologic. Certificat de la producător. Certificat European.	Model 4642082 Pasul schimbului diviziunilor:1 mL a. La volum de, μl - 200: precizie v, $\mu\text{l} / \%$ - $\pm 1,20 / \pm 0,60$; reproductibilitate, s.d. *, $\mu\text{l} / \text{CV} \%$ - 0,40 / 0,20; b. La volum de, μl - 20: precizie v, $\mu\text{l} / \%$ - $\pm 0,36 / \pm 1,80$; v reproductibilitate, s.d. *, $\mu\text{l} / \text{CV} \%$ - 0,14 / 0,70; Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston.Rezistent la autoclavare 121°C/20min Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Prezentare obligator: Certificat metrologic. Certificat de la producător. Certificat European.
9	Dozator semiautomat unicanal cu volum	Pasul schimbului diviziunilor:1 mL. Inacuratețe maximală (E%):	Model 4642092 Pasul schimbului diviziunilor: 5 mL a. La volum de, μl - 1000:

	reglabil 100mcl-1000mcl	Vol.min. $\leq \pm 1,5\%$; Vol.med. $\leq \pm 1,2\%$; Vol.max $\leq \pm 0,8\%$. Imprecizie (CV%): Vol.min. $\leq 1,0\%$; Vol.med. $\leq 0,6\%$; Vol.max $\leq 0,2\%$. Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston.Rezistent la autoclavare 121°C/20min Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Prezentare obligator: Certificat metrologic. Certificat de la producător. Certificat European.	precizie v, $\mu\text{l} / \%$ - $\pm 6,00 / \pm 0,60$; reproductibilitate, s.d. *, $\mu\text{l} / \text{CV} \%$ - 2,00 / 0,20; b. La volum de, μl - 100: precizie v, $\mu\text{l} / \%$ - $\pm 1,00 / \pm 1,00$; v reproductibilitate, s.d. *, $\mu\text{l} / \text{CV} \%$ - 0,60 / 0,60; Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston.Rezistent la autoclavare 121°C/20min Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Prezentare obligator: Certificat metrologic. Certificat de la producător. Certificat European.
--	-------------------------	---	---