

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1668150812752	Data: 01.12.2022	Pagina 1 din 1
Denumirea licitației: Achiziționarea etuvă de uscare de laborator și nișă chimică de laborator cu exhaustare		

Nr. d/o	Denumirea bunurilor și specificația tehnică	Modelul articolu- lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Etuvă de uscare de laborator	DOVF-125-001	Spania	LabBox	Conform specificației tehnice	Carcasa exterioara metalica vopsita cu rasina epoxidica. Camera interioara din otel inoxidabil oglinda. Temperaturi de lucru de la 5 ° C la 300 ° C ,reglabile de la 40 ° C la 300 ° C. Rezoluție: 0,1 ° C. Fluctuația temperaturii: ± 1°C. Incalzirea pina la 150°C - 60 min. Timp de revenire la 150 ° C dacă ușa a fost deschisă timp de 30 secunde - 45 min. Volumul camerei de lucru 125 litri, (lungime x latime x inaltime) 500 x 450 x 550 mm. Reglarea temperaturii prin microprocesor cu funcții precum protecție la supratemperatură, alarmă de defecțiune a senzorului, funcționare cu temperatură fixă, funcție de temporizare (0-9999 min), corectare a abaterii, blocarea parametrilor interni etc. Omogenitate și stabilitate temperaturii. Picioare reglabile pentru a facilita instalarea si nivelarea cuptorului. Ușă cu fereastră cu deschidere la 180° cu sticlă securizată termică dublă pentru control extern, fără variații de temperatură în camera interioară. Convecția aerului naturală. Comutator ventilator standard care permite funcționarea si cu convecție forțată . Usor de curatat. Se livreaza cu doua tavi grilaj reglabile pe inaltime . Încărcarea maximă kg ≥ 150kg, Încărcarea pe raft kg ≥ 30 kg . 220-240 V / 50-60 Hz.	

Valabilitatea ofertei - 30 zile

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Pîslaru Rodica**In calitate de: **Administrator**Oferatntul: **SRL «Biotechlab»**Adresa: **mun. Chişinău, bd. Decebal, 17/Z-7**