



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/2,
tel. 022 222 445, e-mail: office@capcs.md

Nr. Rg 02-2841 din "23" 08 2021

Operatorii Economici

Medexcom-Teh SRL - achizitii@medexcom.md

Vivamed International SRL - info@vivamed-int.com

Health Medical Solutions SRL - srl.hms.moldova@gmail.com

IMSP beneficiar

AMT Botanica - amtbotanica@ms.md

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale din cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1619684758545 privind "Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2021 (listă suplimentară 4), și deciziei nr. 03D-661-21 din 16.09.2021 a Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor privind lotul nr.2 Sistem radiologic digital, a reevaluat ofertele pentru lotul în cauză și a emis următoarea decizie:

Nr. lot	Denumire a lotului	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț pe unitate fără TVA	Preț pe unitate cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Modul articolului	Producătorul/Țara de origine	Câștigător
2	Sistem radiologic digital	2	buc	2117343,6	2540812,32	4234687,2	5081624,64	X-Frame DR2S	ItalRay/Italia	Health Medical Solutions

Pentru lotul nr. 2 Sistem radiologic digital, oferta operatorului economic Medexcom-Teh SRL, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Rata maximă de disiparea termică pe anodă : min. 150 kHU/min (± 30 Kh u/min) s-a oferit 100 kHU conform datasheet-ului atasat la dosar. De asemenea în urma scrisorilor de clarificare pentru parametrul indicat nu se poate deduce cu certitudine dacă bunul ofertat va susține „rata maximă de disiparea termică pe anodă min. 150 kHU/min (± 30 kHU/min)”.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 "privind achizițiile publice" – "contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare".

Astfel, contractul de achiziție urmează a fi semnat începând cu data de **05.10.2021**, numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către CAPCS este de 10 zile după expirarea termenului de așteptare

Director adjunct

Ala GOJAN