

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1750255607628 din 25.04.2025					
Obiectul achiziției:		Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.16)					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilo	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
7	Carucior (scaun cu rotile) pentru transportarea pacientilor	CP300-55	Italia	Moretti	Descriere: Cărucior cu rotile pliabil pentru transport pacienți Tip pacient adult Mânere de transport da Suprafață piele artificială sau nailon Caracteristici: Cadru contracție oțel vopsit sau inox Mecanism de pliere rigid da Role din față: cauciuc dur Ø, minim 20 cm Roți spate:rezistente la perforare Ø, minim 60 cm inel autopropulsat din oțel vopsit Frâne pentru fiecare roată Suport cotiere 1 pereche, tampon din PU Suport picioare 1 pereche, detașabile Suprafață scaun pacient: Lățime ≥ 55 cm Adâncime ≥ 45 cm Sarcină maximă: ≥ 200 Kg	Descriere: Cărucior cu rotile pliabil pentru transport pacienți Tip pacient adult Mânere de transport da Suprafață Nailon Caracteristici: Cadru contracție oțel vopsit Mecanism de pliere rigid da Role din față: cauciuc dur Ø, 20 cm Roți spate:rezistente la perforare Ø, 60 cm inel autopropulsat din oțel vopsit Frâne pentru fiecare roată-da Suport cotiere 1 pereche, tampon din PU Suport picioare 1 pereche, detașabile-da Suprafață scaun pacient: Lățime = 55 cm Adâncime = 48 cm Sarcină maximă= 200 Kg	DM000200856
11	Masă pentru operații	SU-03 cu accesorii	Polonia	Famed	"Masă pentru operații (caracteristici avansate). Parametrul Specificația Descriere Masa de operații folosită în ortopedia protetică a articulațiilor mari, ce oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă. Tip masă Electrohidraulică da Mărimile blatului mesei Lungimea > 200 cm Lățimea cu șinile laterale > 55 cm Poziționarea mesei Reglarea înălțimii minim 65 ±5cm pozitie jos și minim 100 ± 5 pozitie sus Deplasarea longitudinală bidirecționala > 30 cm Trendelemburg ≥ 35 grade Inversarea trendelemburgului ≥ 35 grade Flex ≥220 grade Reflex ≥110 grade Secțiile mesei ≥ 5 secții Secția cap interschimbabilă cu secțiunile picioare da Înclinarea Laterală ≥ 25 grade Secția spate de la +80 la -40 grade (minim) Secțiile picior de la +20 la - 90 grade (minim), detașabile, divizate Secția cap de la +45 la - 45 grade (minim) Greutatea pacientului Capacitate maximă de ridicare ≥ 350 kg Capacitate minimă articulație ≥ 250 kg Utilizarera radiografiei sau fluoroscopie Tunel/ suport pentru casete X-ray- pe toată lungimea mesei Radiotransparență da Accesibilitatea brațului C da Mărimea casetelor minim 35x43 cm Atașarea de bază mobilă Diametru roților ≥ 75 mm Roți pivotante pentru manevrare usoara a mesei da Saltea masă de operație Grosimea ≥ 70 mm Saltea din spumă de memorie da Înveliș lavabil, impermeabil da Înveliș rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfecțanți) da	Masă pentru operații (caracteristici avansate). Parametrul Specificația Descriere Masa de operații folosită în ortopedia protetică a articulațiilor mari, ce oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă. Tip masă Electrohidraulică da, pag.1 Mărimile blatului mesei Lungimea > 200 cm -Da, 206cm, pag.5. Lățimea cu șinile laterale > 55 cm -Da, pag.5. Poziționarea mesei Reglarea înălțimii minim 65 ±5cm pozitie jos și minim 100 ± 5 pozitie sus -Da, 68-108cm, pag.8. Deplasarea longitudinală bidirecționala > 30 cm -Da, 34cm, pag.8. Trendelemburg ≥ 35 grade -Da, 40 grade, pag.8 Inversarea trendelemburgului ≥ 35 grade -Da, 40 grade, pag.8 Flex ≥220 grade Reflex ≥110 grade -Da, pag.8 Secțiile mesei ≥ 5 secții -Da, pag.5 Secția cap interschimbabilă cu secțiunile picioare da -Manual, pag.3, 13 Înclinarea Laterală ≥ 25 grade -Da, 30 grade, pag.8 Secția spate de la +80 la -40 grade (minim) -Da, pag.8 Secțiile picior de la +20 la - 90 grade (minim), detașabile, divizate -Da, +30 la -90, pag.8 Secția cap de la +45 la - 45 grade (minim) -Da, +55° la -50°, pag.8 Greutatea pacientului Capacitate maximă de ridicare ≥ 350 kg -Da, 350kg, pag.8 Capacitate minimă articulație ≥ 250 kg -Da, 250kg, pag.8 Utilizarera radiografiei sau fluoroscopie -Da, pag.4 Tunel/ suport pentru casete X-ray- pe toată lungimea mesei -Da, pag.4 Radiotransparență da -Da, pag.4 Accesibilitatea brațului C da -Da, pag.4 Mărimea casetelor minim 35x43 cm -Da, 383 mm x 500 mm, pag.10 la Catalogul accesoriilor Atașarea de bază mobilă - DA, pag.3 Diametru roților ≥ 75 mm, Da, pag.42 Manual Roți pivotante pentru manevrare usoara a mesei da Da, pag.3 Saltea masă de operație Grosimea ≥ 70 mm, DA, 80mm Saltea din spumă de memorie da Da, pag.3 Înveliș lavabil, impermeabil Da, pag.4 Înveliș rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfecțanți) Da, pag.4 Divizată ntru fiecare secție în parte Da, pag.4	DM000499725

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1750255607628 din 25.04.2025					
Obiectul achiziției:		Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.16)					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
					Sistem de frinare a bazei electrice Sistem electrohidraulic pentru miscarea sus/jos, lateral, trendelenburg, inverstrendelenburg a mesei da Alimentarea electrică 220 V, 50 Hz Baterie internă cu autonomie ≥ 60 manipulări Telecomndă cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir și wireless (fără fir) da Panou de comandă cu butoane încorporat în masă, cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei da Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială da Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei Accesorii Saltea cu memorie p/u secțiunile: cap, spate și șezut, picior stîng și drept 1 set Telecomandă cu fir 1 buc. Telecomandă wireless (fără fir) 1 buc Mecanizme de fixare a accesoriilor, pe șina laterală (de rezervă) 2 unit. Suport miini (stînga și dreapta) cu reglare pe verticală și orizontală, include mecanismul de fixare 2 unit. Suport pentru ecran de anestezie, include mecanismul de fixare 1 unit. Suport pentru fixarea pacientului din laterale cu reglare pe verticală și orizontală (pereche), include mecanismul de fixare 1 pereche Suport pentru mină la poziționarea pacientului pe laterală, cu reglare pe înaltime, include mecanismul de fixare 1 unit. Masa Mayo cu reglare pe înaltime, include mecanismul de fixare 1 unit. Suport pentru fixarea picioarelor (ginecologice) tip Goepel, cu reglare pe verticală și orizontală (pereche), include mecanizme de fixare 1 unit. Suport pentru fixarea piciorului in artroscopie cu reglare pe înaltime, include mecanismul de fixare 1 unit. Suport pentru fixarea genunghiului cu reglare pe înaltime, include mecanismul de fixare 1 unit. Suport pentru cap din gel, pentru adult, tip potcoavă 1 unit. Suport pentru mina/picior din gel, pentru adult, tip U, lungime ≥ 50 cm 1 unit. Suport pentru corp pentru expunerea pacientului in pozitie laterala, din gel, marimea ≥ 70x45 cm 1 unit.	Sistem de frinare a bazei electrice DA Sistem electrohidraulic pentru miscarea sus/jos, lateral, trendelenburg, inverstrendelenburg a mesei DA, pag.7 Alimentarea electrică 220 V, 50 Hz -Da, pag.10 Baterie internă cu autonomie ≥ 60 manipulări -Da, pag.10 Telecomandă cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir și wireless (fără fir) -Da, pag.6 Panou de comandă cu butoane încorporat în masă, cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei da -Da, pag.6 Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială da -Da, pag.6 Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei -Da, pag.5 Accesorii Saltea cu memorie p/u secțiunile: cap, spate și șezut, picior stîng și drept 1 set -Da, pag.6 Telecomandă cu fir 1 buc. -Da, pag.6 Telecomandă wireless (fără fir) 1 buc -Da, pag.6 Mecanizme de fixare a accesoriilor, pe șina laterală (de rezervă) 2 unit. Da, tip WS-17.6, pag.10 (vezi "lot11_Catalog_accesorii_SU-03") Suport miini (stînga și dreapta) cu reglare pe verticală și orizontală, include mecanismul de fixare 2 unit. Da, tip PR-01.5, pag.63 Suport pentru ecran de anestezie, include mecanismul de fixare 1 unit. Da, tip WS-01.5, pag.12 Suport pentru fixarea pacientului din laterale cu reglare pe verticală și orizontală (pereche), include mecanismul de fixare 1 pereche Da, tip AS-79, pag.20 Suport pentru mină la poziționarea pacientului pe laterală, cu reglare pe înaltime, include mecanismul de fixare 1 unit., da tip WS-43, pag.14 Masa Mayo cu reglare pe înaltime, include mecanismul de fixare 1 unit., da, tip WS-15.5, pag.21 Suport pentru fixarea picioarelor (ginecologice) tip Goepel, cu reglare pe verticală și orizontală (pereche), include mecanizme de fixare 1 unit., da tip WS-05.5, pag.72 Suport pentru fixarea piciorului in artroscopie cu reglare pe înaltime, include mecanismul de fixare 1 unit. da tip AS-88, pag.71 Suport pentru fixarea genunghiului cu reglare pe înaltime, include mecanismul de fixare 1 unit. Da, tip AS-14, p.85 Suport pentru cap din gel, pentru adult, tip potcoavă 1 unit. Da, tip AP013, pag.76 Suport pentru mina/picior din gel, pentru adult, tip U, lungime ≥ 50 cm 1 unit. Da, tip AP031, pag.76 Suport pentru corp pentru expunerea pacientului in pozitie laterala, din gel, marimea ≥ 70x45 cm 1 unit. Da, tip AP101, pag.78	

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de: **Administrator**

Adresa: **mun. Chisinau,**