



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ №1

Назва: Засоби гелеві антимікробні «ОпiкУн»® ТУ У 21.2-39157124-002:2014
Специфікація: Серветка гелева антимікробна «ОпiкУн»® (30x20 см) №1
Партія №: ОТ2021-06
Дата виготовлення: 29.06.2021
Термін придатності: 3 роки
Кількість: 100 шт.

Таблиця 1

Назва показника	Норма	Результати
Розмір	30,0 x 20,0 (+1,0) см	Відповідає
Зовнішній вигляд	Однорідна драглеподібна маса без сторонніх домішок. Серветки та смужки мають бути цілісними, з рівними краями; допускається наявність бульбашок повітря та незначене помутніння, зморшки. Без забруднень.	Відповідає
Водневий показник	5,5-7,5 рН	Відповідає
Пакування	Трьохшарова індивідуальна упаковка	Відповідає

Таблиця 2

Назва показника	Нормоване значення показника згідно з технічними умовами	Фактично визначене значення показника	НД та метод випробувань	Результати досліджень
Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО в 1 г, не більше	10 ³	<10 ³	ДСТУ ISO 21149:2010	Відповідає
Кількість грибів роду <i>Candida</i> та пліснявих грибів, КУО в 1 г, не більше	10 ²	<10 ²	ДФУ, 2001, вид.1, пп.2.6.12-13	Відповідає
Бактерії родини <i>Enterobacteriaceae</i> в 1 г	Відсутні	Не виявлено	ДФУ, 2001, вид.1, пп.2.6.12-13	Відповідає
<i>Staphylococcus aureus</i> в 1 г	Відсутні	Не виявлено	ДСТУ ISO 22718:2010	Відповідає
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 г	Відсутні	Не виявлено	ДСТУ ISO 18217:2010	Відповідає

Висновок: Засоби гелеві антимікробні «ОпiкУн»® ТУ У 21.2-39157124-002:2014, Серветка гелева антимікробна «ОпiкУн»® (30x20 см) №1, виробництва ТОВ «Зентекс», відповідають вимогам ТУ У 21.2-39157124-002:2014 згідно протоколів випробувань та результатів санітарно-мікробіологічного дослідження від 05.07.2021.

Директор ТОВ «Зентекс» Мисюра В.А.

М.П.

