

POZ	DESCRIERE	CARACTERISTICI TEHNICE	PARAMETRI TEHNICI OFERTAȚI
Nr.1	Ventilator Pulmonar clasa primara		Model Propus: OKUMAN , Oxi4Plus + Accesorii, Turcia
	Tipul	Turbină	DA
	Regim de ventilare	APVcmv/(S)CMV+ / Sau analogic dar cu același caracteristici	DA
		APVsimv/SIMV+ / Sau analogic dar cu același caracteristici	DA
		PCV+ / Sau analogic dar cu același caracteristici	DA
		PSIMV+ / Sau analogic dar cu același caracteristici	DA
		SPONT / Sau analogic dar cu același caracteristici	DA
		ASV / Sau analogic dar cu același caracteristici	DA
		NIV / Sau analogic dar cu același caracteristici	DA
	Display	Tip touch screen	DA
		Color	DA
		Diagonala nu mai mica de 8.4 inch	7.1 inch
	Buton	Control adaugator	DA
	Limba	Prezent obligatoriu Romana si Rusa	Engleza
	Alarma	Prezent pe ecran cu mesaj clar	DA
		Salvarea in logurile de service si in istoria ventilarii	DA
		Posibilitatea de deconectare pe un timp maxim de 2 minute	DA
		Prezentarea descrierii complete a erorii	DA
	Date pacient	Controlul pacientului tip adult/copil	DA
		Gen masculin sau feminin	DA
		Includerea obligatoriu introducerii inaltimii si greutatii	DA
	Protocol	Protocoale predefinite de ventilare conform regimului si tipul pacientului introdus	DA
		Posibilitatea de crearea a noilor protocoale de ventilare	DA
	Optiuni de upgradare	Regim de ventilare DouaPAP / Sau analogic dar cu același caracteristici	DA
		Regim de ventilarea HiFlowO2	DA
		Monitoring CO2 / Capnografie	DA
		Conectarea la sistema de alarma direct la postul de urgenta - "Nurse call"	DA
		Monitoring SpO2	DA
	Posibilitati ventilare	Presiunea de inspiratie 0-60 cmH2O	5 - 60 cmH2O
	Caracteristici tehnice	Fluxul maxim de inspiratie 240l/min (150l/min cu 100% O2)	DA
		Volumul Tidal Adult/Pediatric 20-2000 ml	50-2500 ml
		I:E - 1:9 - 4:1	1:10 - 4:1
		PEEP (cmH2O) - 0-35 cmH2O	0-25 cmH2O
		Rate respiratie 1-80 b/min	0-120 b/min
		TI - 0.1-12 sec	DA
		Conectarea la O2 de la butelie sau de la rețeaua prezenta in institutie	DA
	Configuratia de livrare	Ventilator tip turbina	DA
		Troleu	DA
		Suport pentru circuit	DA
		Cablu de conectare	DA
		Umidificator	DA
		Circuit pentru pacient cu camera de umidificare 1 buc (sterilizabil)	DA
	Certificate	Manual de utilizarea	DA
		CE	DA
		EEC	DA
		ISO 9001	DA
		ISO 13485	DA

Semnata: _____ Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef Departament Comercial
Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova