

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1770387167151](#)

Denumirea procedurii de achiziție **Piesă de schimb la dispozitivul medical Sonialvision G4 cu mentenanță**

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Piesei de schimb cu mentenanță la dispozitivul medical Sonialvision G4	0.7/1.2JG326D-265(N)	Japonia	Shimadzu	Tub cu raze X, 0.7/1.2JG326D-265(N) cu nr.de referință 582-24825-04 compatibil cu Unitatea radiodiagnostică Sonialvision G4 (nr.de serie MP000C47003) Shimadzu, Japonia. Instalarea piesei, testarea și repunerea în funcțiune a Roentgenului să fie efectuată de ingineri specializați și certificați (prezentare documente).	Tub cu raze X, 0.7/1.2JG326D-265(N) cu nr.de referință 582-24825-04 compatibil cu Unitatea radiodiagnostică Sonialvision G4 (nr.de serie MP000C47003) Shimadzu, Japonia. Instalarea piesei, testarea și repunerea în funcțiune a Roentgenului va fi efectuată de ingineri specializați și certificați (documente confirmatoare sunt atasate).	CE

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău

