

# Herstellererklärung Manufacturer's Declaration



Dokument Nr. / Document No. 11092187-01

Wir / we Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Germany

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt  
declare under our sole responsibility that the product

**Alcotest Standard Mundstücke mit Rückatemsperr**  
Alcotest Standard Mouthpieces with non-return valve  
(Sachnummer/part numbers: 3721308, 6811055, 6811060, 6811065)


**Alcotest Standard Mundstücke ohne Rückatemsperr**  
Alcotest Standard Mouthpieces without non-return valve  
(Sachnummer/part numbers: 3701176, 6810690, 6810825, 6810830, 6812287)

mit den Anforderungen der aufgeführten Normen übereinstimmt  
with the requirements following directives by application of the listed standards

| Name der Norm<br>name of the norm                                                  | Nummer sowie Ausgabedatum der Norm<br>Number and date of issue of standard |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Prüfungen auf In-vitro-Zytotoxizität<br>Tests for in vitro cytotoxicity            | DIN EN ISO 10993-5                                                         |
| Prüfungen auf Hautsensibilisierung<br>Tests for irritation and skin sensitiization | DIN EN ISO 10993-10                                                        |

Lübeck, 2021-09-20

Ort und Datum (jjjj-mm-tt)  
Place and date (yyyy-mm-dd)

  
Dr. Marcus Romba  
Head of Electronic Engineering  
Head of Product Qualification  
Safety Products  
Research & Develop