

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1739195640369 din 21 febr 2025, 9:00 - 26 febr 2025, 10:00

Obiectul achiziției: Dezinfectanți pentru anul 2025

Cod CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
24 40 00 00 -8	4	4.1. Dezinfectant pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat (ambalaj ≤ 5L)	DETD	Germania	Ecolab/Olympus	Dezinfectant pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat (ambalaj ≤ 5L) - "Certificări: Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. Acțiunea dezinfectantului: bactericid, fungicid, virucid. Cerințe tehnice: produs concentrat lichid, inhibitori de coroziune. Ambalaj ≤ 5L cu conector cu valvă ermetică, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus ETD 4 din dotare. Termen de valabilitate a produsului 2 ani".	Dezinfectant pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat (ambalaj ≤ 5L) - "Certificări: Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. Acțiunea dezinfectantului: bactericid, fungicid, virucid. Cerințe tehnice: produs concentrat lichid, inhibitori de coroziune. Ambalaj ≤ 5L cu conector cu valvă ermetică, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus ETD 4 din dotare. Termen de valabilitate a produsului 2 ani".	DM000 051462
24 40 00 00 -8	4	4.2. Detergent pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat. (ambalaj ≤ 5L)	CETD	Germania	Ecolab/Olympus	Detergent pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat. (ambalaj ≤ 5L) - Certificări: Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. Produs concentrat lichid. Componenta după substanța activă sau grupe de substanțe: surfactanți. Ambalaj ≤ 5L, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus ETD 4 din dotare. Termen de valabilitate 2 ani.	Detergent pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat. (ambalaj ≤ 5L) - Certificări: Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. Produs concentrat lichid. Componenta după substanța activă sau grupe de substanțe: surfactanți. Ambalaj ≤ 5L, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus ETD 4 din dotare. Termen de valabilitate 2 ani.	DM000 051457
24 40 00 00 -8	5	5.1. Dezinfectant pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat (ambalaj ≤ 5L)	ISASPOR	Italia	Steris	Dezinfectant pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat (ambalaj ≤ 5L) - Certificări: Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. Acțiunea dezinfectantului: bactericid, fungicid, virucid. Cerințe tehnice: produs concentrat lichid, inhibitori de coroziune. Ambalaj ≤ 5L cu conector cu valvă ermetică, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile MEDIVATORS ISA	Dezinfectant pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat (ambalaj ≤ 5L) - Certificări: Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. Acțiunea dezinfectantului: bactericid, fungicid, virucid. Cerințe tehnice: produs concentrat lichid, inhibitori de coroziune. Ambalaj ≤ 5L cu conector cu valvă ermetică, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu	DM000 197380

						Cantel medical din dotare. Termen de valabilitate a produsului 2 ani.	mașinile MEDIVATORS ISA Cantel medical din dotare. Termen de valabilitate a produsului 2 ani.	
24 40 00 00 -8	5	5.2. Detergent pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat. (ambalaj ≤ 5L)	ISACLEAN	Italia	Steris	Detergent pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat. (ambalaj ≤ 5L) - Certificări: Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. Produs concentrat lichid. Componenta după substanța activă sau grupe de substanțe: surfactanți. Ambalaj ≤ 5L, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile MEDIVATORS ISA Cantel medical din dotare. Termen de valabilitate 2 ani.	Detergent pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat. (ambalaj ≤ 5L) - Certificări: Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. Produs concentrat lichid. Componenta după substanța activă sau grupe de substanțe: surfactanți. Ambalaj ≤ 5L, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile MEDIVATORS ISA Cantel medical din dotare. Termen de valabilitate 2 ani.	DM000 197379
24 40 00 00 -8	8	8.1. Detergent enzimatic pentru reprocesarea a dispozitivelor medicale	PROTEAZON E	Italia	Steri-Cantel	<p>”Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală; Amestec multienzimatic. Acțiunea dezinfectantului: bactericidă EN 13727 și EN 14561 levuricid EN 13624 și EN 14562</p> <p>Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decât laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - 80% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an . Cerințe tehnice: -substanța activă: sare cuaternară , complex enzimatic - produs concentrat lichid, necoroziv, să nu conțină aldehide, pH neutru în diluție. -expoziția (minut): ≤ 5min - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.”</p>	<p>”Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală; Amestec multienzimatic. Acțiunea dezinfectantului: bactericidă EN 13727 și EN 14561 levuricid EN 13624 și EN 14562</p> <p>Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decât laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - 80% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an . Cerințe tehnice: -substanța activă: sare cuaternară , complex enzimatic - produs concentrat lichid, necoroziv, să nu conțină aldehide, pH neutru în diluție. -expoziția (minut): ≤ 5min - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.”</p>	DM000 197599
24 40 00 00 -8	8	8.2. Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 12 zile	ADASPOR PLUS	Italia	Steri-Cantel	<p>Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 12 zile - ”Litri gata de lucru, lichid ***</p> <p>Acțiunea dezinfectantului: Bactericid EN 13727 și EN 14561 Levuricid EN 13624 și EN 14562 Micobactericid/ Tuberculocid EN 14348 și EN 14563 Virucid EN 14476 Sporicid EN 17126 Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat Înregistrarea</p>	<p>Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 12 zile - ”Litri gata de lucru, lichid ***</p> <p>Acțiunea dezinfectantului: Bactericid EN 13727 și EN 14561 Levuricid EN 13624 și EN 14562 Micobactericid/ Tuberculocid EN 14348 și EN 14563 Virucid EN 14476</p>	DM000 226686

				<p>produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Substanța activă - acid peracetic lichid . -expoziția (minut): ≤ 10min , ph neutru.”</p>	<p>Sporicid EN 17126 Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Substanța activă - acid peracetic lichid . -expoziția (minut): ≤ 10min , ph neutru.”</p>
--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC ”DataControl” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**