

„ZETICON” S.R.L
office@zeticonmed.com
tel. 22 107 242, fax. 22 107 241, mob. 068156668



Specificații tehnice Anexa nr. 22 (F4.1)									
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]									
Numărul licitației:		LD conform SIA RSAP nr. 21554976 / ocde-b3wdp1-MD-1769094466059					Data: „12” Februarie 2026		Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:		"Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2026 (repetat 3)"					Lot: _____		Pagina: _1_ din _6_
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
3310000-1							Destinație: pentru colectarea trombocitelor în doză dublă de trombocite și una doză de plasmă. Proprietățile componentelor obligatorii a setului: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhidrid și/sau dietilftalat; Asigurat cu tehnologie de deleucocitare pentru obținerea produsului finit deleucocitat. Ac tip 16/17 G, cu fisura laterală; Sistemul de capsonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent; Soluție anticoagulantă: a) recipient de plastic; b) volum de 500 ml; c) sterilă, apirogenă; d) asigurat cu element ce va permite fixarea recipientului în suport; e) conținut de citrat, dextroză. Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacuum; b) dotată cu holder și ac; c) integrat în sistemul închis și steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurat cu clamă.	Destinație: pentru colectarea trombocitelor în doză dublă de trombocite și una doză de plasmă compatibilul cu dispozitivul medical Amicore cod: 6R8800 Proprietățile componentelor obligatorii a setului: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhidrid; Asigurat cu tehnologie de deleucocitare pentru obținerea produsului finit deleucocitat. Ac tip 17 G, cu fisura laterală; Sistemul de capsonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent;(Confirmarea specificațiilor de mai sus se regasesc în broșura atasată, denumită "Product Information Sheet_R6R8884.semnat". Soluție anticoagulantă:(Configurația punctelor A-E urmăriți broșura TS14015 Customer Spec.semnat sau statement R6R8884.semnat) a) recipient de plastic; b) volum de 500 ml; c) sterilă, apirogenă; d) asigurat cu element ce va permite fixarea recipientului în suport; e) conținut de citrat, dextroză. Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacuum; b) dotată cu holder și ac; c) integrat în sistemul închis și steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurat cu clamă. (configurația setului pentru punctele A-D a se vedea în broșura denumită "Product Information Sheet_R6R8884.semnat sau statement R6R8884.semnat")	

