

Grupului de lucru pentru

Licitația Publică nr. [ocds-b3wdp1-MD-1737547968736](#) din data de 10.02.2025

Certificat de corespundere a standardului IEC-118-0 pentru aparatele auditive prezentate la licitație

Nr. ord.	specificații	Stretta HP
1	Anul lansării	2022
2	Experiența clinică	Mai mult de 1 an
3	Ieșirea maximală, dB	141 dB (Fișa teh. pag. 2)
4	Câștigul maxim, dB	81 dB (Fișa teh. pag. 2)
5	Nivelul de zgomot, dB	17 dB (Fișa teh. pag. 2)
6	Limita inferioară a diapazonului frecvențial, Hz	120 Hz (Fișa teh. pag. 2)
7	Limita superioară a diapazonului frecvențial, Hz	5900 Hz (Fișa teh. pag. 2)
8	Coeficientul distorsiunelor armonice,%	5/4/1/- (Fișa teh. pag. 2)
9	Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului	32 (Fișa teh. pag. 6)
11	Anti-feedback	Prezent (Fișa teh. pag. 6)
12	Dimensiuni minimale	da
14	Accesoriile unui set PA, (conform solicitării în Documentatia Standard)	da
15	Termenul de garanție 24 luni	da
16	Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei la Chișinău și Bălți	da
17	Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru	da
	Aceste date pot fi gasite în următoarele documente	Date tehnice Stretta HP Stretta_Catalog

Data completării 03.02.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat Acustmed SRL

(semnătura electronica)