

Specificații de preț

Numărul ocde-b3wdp1-MD-1687531737099 din 14.07.2023									
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 19)									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Stetoscop	buc	6	28,00	33,60	168,00	201,60	Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
19	Audiometru pentru screeningul audiologic	buc	1	69800,00	83760,00	69800,00	83760,00		
	TOTAL					69968,00	83961,60		

Numele, Prenumele: Vladimir Rotari

În calitate de: Director

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul ocde-b3wdp1-MD-1687531737099 din 14.07.2023

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 19)

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
11	Stetoscop	Stetoscop ZY1002	China	WUXI EXANO VO MEDIC AL INSTRUMENT CO., LTD.	Stetoscop Un dispozitiv diagnostic pentru a asculta sunete care provin de la unele organe interne: inima, vasele plămâinii, bronși, intestine și alte organe. De asemenea se folosește pentru a asculta tonurile „Corotcov” pentru aprecierea tensiunii arteriale și pentru a verifica corectul loc de localizare al sondei gastrice când se efectuează alimentarea ori spălarea stomacului. Detaliul de funcționare al stetoscopișio este pernuța, care se așază pe suprafața corpului pacientului și depistează sunetele organelor interne. Acest sunet se îndreaptă spre canalul auditiv al specialistului. Pacient pediatric, adult Fabricat din cauciuc, rezistent la uleiurile pielii Fabricata din oțel inoxidabil manuală	Stetoscop Un dispozitiv diagnostic pentru a asculta sunete care provin de la unele organe interne: inima, vasele plămâinii, bronși, intestine și alte organe. De asemenea se folosește pentru a asculta tonurile „Corotcov” pentru aprecierea tensiunii arteriale și pentru a verifica corectul loc de localizare al sondei gastrice când se efectuează alimentarea ori spălarea stomacului. Detaliul de funcționare al stetoscopișio este pernuța, care se așază pe suprafața corpului pacientului și depistează sunetele organelor interne. Acest sunet se îndreaptă spre canalul auditiv al specialistului. Pacient pediatric, adult Fabricat din cauciuc, rezistent la uleiurile pielii Fabricata din oțel inoxidabil manuală	CE/ISO
19	Audiometru pentru screeningul audiologic	Harp model Plus 10163	Italia	Inventis	Audiometru pentru screeningul audiologic - 1 unitate Tip Portabil Ecran LCD Tip măsurare emisii otoacustice Tip pacient nou -născuți Protocoale incluse pentru nou -nascuti da Testare, metoda TEOAE și DPOAE Gama de frecvență DPOAE 1,5 - 12 kHz (min. 10 pași) Gama de frecvență TEOAE 0,7 – 4 kHz (min. 9 pași) Intensitatea stimulului DPOAE 40 - 70 dB SPL Intensitatea stimulului TEOAE Aproximativ 80 dB SPL ±5 dB Nivelul maxim de ieșire ≤ 90 dB SPL Nivelul de zgomot ≤ -20 dB SPL Indicator de introducere a sondei în conductul auditiv extern da Acumulator Autonomie min. 250 investigații Alimentare 220V Accesorii Încărcător pentru acumulator Set de olive de diferite dimensiuni min. 120 buc Imprimantă	Audiometru pentru screeningul audiologic - 1 unitate Tip Portabil Ecran LCD Tip măsurare emisii otoacustice Tip pacient nou -născuți Protocoale incluse pentru nou -nascuti da Testare, metoda TEOAE și DPOAE Gama de frecvență DPOAE 1,5 - 12 kHz (min. 10 pași) Gama de frecvență TEOAE 0,7 – 4 kHz (min. 9 pași) Intensitatea stimulului DPOAE 40 - 70 dB SPL Intensitatea stimulului TEOAE Aproximativ 80 dB SPL ±5 dB Nivelul maxim de ieșire ≤ 90 dB SPL Nivelul de zgomot ≤ -20 dB SPL Indicator de introducere a sondei în conductul auditiv extern da Acumulator Autonomie min. 250 investigații Alimentare 220V Accesorii Încărcător pentru acumulator Set de olive de diferite dimensiuni min. 120 buc Imprimantă	CE/ISO

Numele, Prenumele: Vladimir Rotari

În calitate de: Director

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,

mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia