

Anexa 22. Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1746517865998 / 21414876					Data: 06.06.2025		Alternativa nr.: __
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru DM – anestezie, ventilare conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025							Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	7	Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 1,50m	Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 1,50m	50449100	China	Vincent Medical	Set circuit respirație (p-u aparat de respirație artificială) (sifon inspirație, sifon expirație, cu port CO2, Y-configurație cu 8 conectori, tub neted alezaj L minimă =1,50m, cu conectoare, sac) Steril. Ambalat individual	Circuit de respirație pentru ventilatoare și mașini de anestezie,diametrul 22mm, p/u adult, L=2,4m, extensibil, Y-piesa, conector unghiular cu port CO2, tub suplimentar 2,4m, sac rezervor 2,0L - Adult anesthesia breathing circuit/504-004/2.4m/expandable/swivel wye/2 L latex-free bag/2.4 m spare limb - Ambalat individual. Curat clinic. Vezi pagina 1 din Anexa 13 Documente confirmative - pagina 25 din catalogul producatorului.	DM000784273, nr. Rg04-000353 din 03.12.2024
33100000-1	10	Seturi de tuburi pentru ventilatoare (contururi), sterile	Seturi de tuburi pentru ventilatoare (contururi), sterile	51048500 + 51002881 + 50430500	China	Vincent Medical	Circuit de respirație Flextube 22 mm (±2mm) cu două fire de încălzire cu umidificator, cu camera de auto umplere și furtun suplimentar. Calități: Transparent, gofrat, tip ”inspire-expir”, Completarea cu: 1) sac de rezervă 0,5-1,0 l, 2)cu conector unghiular, Lungime 150-180 cm, Cu fir/sensor de temperatura în tubul de inspir: Steril.	Circuit de respirație tip Flextube diametrul 22 mm, cu două fire de încălzire, piesa-Y, conector unghiular cu port CO2, cameră de umidificare auto umplere, furtun suplimentar, sac rezervor 1,0L - Heated/Adult/510- 008/1.5m/dual limb/PY/SP + Humidification Chamber, VHC20 + Reservoir bag latex-free, 1 Liter - Ambalate individual. Curat clinic. Vezi paginile 2, 3 si 4 din Anexa 13 Documente confirmative - paginile 12, 10, 27 din catalogul producatorului.	DM000784459, DM000784402, DM000784334, nr. Rg04-000353 din 03.12.2024

Semnăt: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B"**