

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1657880224801](#) din 25.07.2022

Obiectul de achiziției: *Teste pentru măsurarea nivelului de glicemie în sânge*

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/Denumirea comercială	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Teste pentru măsurarea nivelului de glicemie în sânge	Teste pentru măsurarea nivelului de glicemie în sânge (Blood Glucose Test Strips VGS01)	China	VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.	Teste pentru masurarea nivelului de glicemie în singe	Teste pentru masurarea nivelului de glicemie în sânge compatibile cu glucometru model VivaChek INO X.	CE, ISO
Lancete	Lancete (Lancets VGL01)	China	VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.	Lanțete	Lanțete (ace) pentru sistemul de monitorizare a glucozei din sânge, mărime ac 28G, sterile, de unică folosință. Termen de valabilitate min. 18 luni (cu titlul gratuit).	CE, ISO
Glucometre	Glucometru VivaCheck INO X, cod produs: VGM49	China	VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.	Dispozitiv portabil pentru determinarea glicemiei; Ecran LCD; Proces automat de măsurare; Calibrare	Descrierea glucometrului: a. Dispozitiv portativ pentru determinarea nivelului de glicemie;	CE, ISO

				automată; Calibrare cu valori din plasma sângelui; Setul să conțină soluție de control; Proba sânge capilar; Intervalul de măsurare 0,6 mmol/L-33,3 mmol/L; Indicator al bateriei; Indicator vizual și sonor la descărcarea bateriei; Timp de măsurare până la 10 sec.; Memoria de testare min. 400; Autonomia bateriei min. 1000 teste; Volumul picăturii de sânge $\leq 0,7$ mcl; Buton ejector de teste; Funcție alertă hipoglicemie; Funcție alertă corpi cetonici; Alimentat de la baterie – CR, AAA sau AA; Geantă de transport; Garanție min. 2 ani; Ghid de utilizare limba de stat; Certificat CE sau Declarație de conformitate; Standarde ISO 15197:2013, ISO 13485; Toate accesoriile și consumabilele trebuie să fie compatibile. Testele cu termen de valabilitate min. 18 luni; compatibile cu glucometru; Certificat CE sau Declarație	b. Toate accesoriile și consumabilele dispozitivului trebuie să fie compatibile; c. Ecran LCD; d. Proces automat de măsurare; e. Proba: sânge capilar, venos, Volumul probei $\leq 0,5\mu\text{l}$; f. Diapazonul de măsurare: 0,6mmol/l - 33,3mmol/l; g. Indicatorul nivelului de baterie și alarma baterie descărcată; h. Timpul de măsurare ≤ 5 secunde; i. Memoria 900 teste; j. Autonomie bateriei 1000 teste; k. Calibrare automată; l. Greutate mică; Buton ejector de teste; Funcție alertă hipoglicemie; Funcție alertă corpi cetonici m. Alimentat de la 2 baterii (tip AAA); n. Dispozitiv de înțepare cu nivel reglabil de străpungere; o. Soluție de control p. Geanta de transport pentru glucometru și accesorii.	
--	--	--	--	--	---	--

				de conformitate; Standarde ISO 13485. Lancete cu termen de valabilitate min. 18 luni; Certificat CE sau Declarație de conformitate; Standarde ISO 13485.	Garanție -nelimitat Cu titlu gratuit. A se vedea specificatia tehnica atasata.	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Șarco** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Pharmony SRL** Adresa: mun. Chișinău, or. Durlești, str. Durlești 4, MD-2071