

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1731408694133/ 21309722 din 03.12.2024
Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie (repetat)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot/Poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7	8
3310 0000 -1	3	Lot nr. 3 Dispozitiv miscare continua-pasiva pentru reabilitarea genunchiului și a șoldului	Artromot K1	Germania	ORMED GMBH	Dispozitiv/stimulator pentru reabilitarea genunchiului și a șoldului prin mișcare continuă-pasivă, cu ajutorul unui motor electric. Dispozitivul este destinat prevenirii efectului negativ al imobilizării îndelungate a pacientului, le permite pacienților să-și recapete mobilitatea articulațiilor. Telecomanda interactivă, cu butoane de control, cu ecran pentru vizualizarea parametrilor Posibilitatea de blocare a regimului de lucru, pentru prevenirea schimbării accidentale a parametrilor Posibilitatea ajustării dispozitivului la lungimea femurului pacientului Gama mișcării de extensie/flexie pentru genunchi, nu mai mic de -10° - + 120° Gama mișcării de extensie/flexie pentru coapsă, nu mai mic de 0° - + 115° Sarcina maximă pe care dispozitivul o poate exercita continuu, nu mai mică de 20 kg Posibilitatea setării lungimii pauzei Posibilitatea setării vitezei de lucru, cel puțin 10-100% Posibilitatea setării timpului de lucru (cronometru) Posibilitatea setării unui regim de întoarcere a direcției mișcării în cazul detectării unei rezistențe din partea	Da, Manual de utilizare pag 35/39 Da, Manual de utilizare pag 35/39 Da, Telecomanda, Manual de utilizare pag 38/52 Da, lock the buttons, Manual de utilizare pag 49/53 Da, Adjusting the femur length, Manual de utilizare pag 47/51 Da, Features& Benefits, -10° - + 120° , https://www.chattanoogaohio.com/artromot-k1-80-00-04x-int Da, Features& Benefits 0° - + 115° , https://www.chattanoogaohio.com/artromot-k1-80-00-04x-int Da, Max. load 20kg, Manual de utilizare pag 60/64 Da, Extension pause, Manual de utilizare pag 51/55 Da, 5- 100%, Manual de utilizare pag 51/55 Da, Timer (therapy time), Manual de utilizare pag 51/55 Da, Reverse on load, 1-25 nivele, Manual de utilizare pag 51/55	Registru de stat: DM 000684303

						pacientului, reglabil în cel puțin 20 nivele Protocol de încălzire a pacientului, prin creșterea gradual a gamei mișcării maxime Posibilitatea activării unui pacient nou, prin resetarea tuturor parametrilor utilizați anterior Înălțimea pacienților Minim 125 cm – maxim 205 cm Greutatea maximă a pacientului $\geq 225\text{kg}$ Alimentare $\sim 220\text{V}$, 50 Hz	Da, Warm-up protocol, Manual de utilizare pag 51/55 Da, New Patient, Manual de utilizare pag 51/55 Da, Technical Specs, 120-205cm, https://www.chattanoogaohio.com/artromot-k1-80-00-04x-int Da, Technical Specs, 230kg, https://www.chattanoogaohio.com/artromot-k1-80-00-04x-int Da, 240Vac, 50Hz, Manual de utilizare pag 60/64	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____

Ofertantul: I.M. „Dutchmed-M” S.R.L.

Numele, Prenumele: Prodan Sveatoslav

Adresa: mun. Chisinau, str. Grenoble 21, oficiu: S108

În calitate de: Director