

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1754312845979 din 04 august 2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 – PARTEA II (Suplimentar)

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ser viciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar- de de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/ servicii						
Lot 155 Pătură încălzire pacient, Adult, Mistral -Air	MA2220 (Adult Plus)	Olanda	THE SURGICAL COMPANY INTERNATI ONAL B.V.	Conexiunea păturii să fie compatibilă cu aparatul mod. Mistral -Air, prod. Olanda, aflat in dotare tip aplicare: Adult Marimea totală paturii: 2270 x 1330 mm Marimea suprafeței de incalzire: 1730 x 790 mm Echivalent cu model Adult Plus MA2220	S.1 Da, pătură de încălzire pacient, model: Adult Plus, compatibilă cu sistemul de încălzire pacient Mistral-Air. Dimeniuni pătură: 2270 x 1330 mm. Mărimea suprafeței încălzite: 1730 x 790 mm (conform broșură tehnică pag. 1 și 2)	ISO, CE AMDM: DM000842 599
Lot nr. 156 Pătură încălzire pacient, Jumătatea superioară, Mistral -Air	MA2265 (Half Upper Body Plus)	Olanda	THE SURGICAL COMPANY INTERNATI ONAL B.V.	Conexiunea păturii să fie compatibilă cu aparatul mod. Mistral -Air, prod. Olanda, aflat in dotare tip aplicare: Jumătatea superioară Marimea totală paturii: 1600 x 760 mm Marimea suprafeței de incalzire: 1375 x 580 mm Echivalent cu model Half Upper Body Plus MA2265	S.2 Da, pătură de încălzire pacient, model: jumătatea superioară,compatibilă cu sistemul de încălzire pacient Mistral-Air. Dimeniuni pătură: 1600 x 760 mm. Mărimea suprafeței încălzite: 1375 x 580 mm (conform broșură tehnică pag. 1 și 2)	ISO, CE AMDM: DM000842 704
Lot nr. 157 Pătură încălzire pacient, Sub	MA2400 (Full Underbody Plus)	Olanda	THE SURGICAL COMPANY	Conexiunea păturii să fie compatibilă cu aparatul mod. Mistral -Air, prod. Olanda, aflat in dotare tip aplicare: Sub corp complet Marimea totală paturii: 2200 x 900 mm Marimea suprafeței de incalzire:	S.3 Da, pătură de încălzire pacient, model: sub corp complet,compatibilă cu sistemul de încălzire pacient Mistral-Air. Dimeniuni pătură:2200 x 900 mm. Mărimea suprafeței	ISO, CE, AMDM: DM000842 707

corp complet, Mistral -Air			INTERNATI ONAL B.V.	2160 x 840 mm Echivalent cu model Full Underbody Plus MA2400	încălzite: 2160 x 840 mm (conform broșură tehnică pag. 1 și 2)	
Lot nr. 158 Pătură încălzire pacient, Partea superioară, Mistral -Air	MA3360 (Premium Upper Body)	Olanda	THE SURGICAL COMPANY INTERNATI ONAL B.V.	Conexiunea păturii să fie compatibilă cu aparatul mod. Mistral -Air, prod. Olanda, aflat în dotare tip aplicare: Partea superioară Mărimea totală paturii: 2010 x 760 mm Mărimea suprafeței de încălzire: 1880 x 580 mm Echivalent cu model Premium Upper Body MA3360	S.4 Da, pătură de încălzire pacient, model: sub corp complet,compatibilă cu sistemul de încălzire pacient Mistral-Air. Dimensiuni pătură: 2010 x 760 mm. Mărimea suprafeței încălzite:1880 x 580 mm (conform broșură tehnică pag. 1 și 2)	ISO, CE, AMDM: DM000842 596

Semnat: _____

Numele, Prenumele:Mihnea Ioan Grecu
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „X-Lab Solutions” SRL
Adresa: mun. Chisinau, str. Negreșteni 9, ap.(of.)11