

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)
pentru IMSP Institutul de Medicina Urgenta

Nr. Licităției: ocds-b3wdp1-MD-1611931762279	Data: 10 martie 2021
Denumirea Licităției: Reactive și consumabile de laborator (LM, DCMU, Morfo) 2	

Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	33600000-6	45. Eprubetă Marcaj CE G1005 test tube. Marime : 12x75 Volum : 5ml. PS	G1005	China	GongDong	Marcaj CE G1005 test tube. Marime : 12x75 Volum: 5ml. PS	Conform Cerintelor; Marcaj CE G1005 test tube. Marime : 12x75 Volum: 5ml. PS	CE, ISO
86	33600000-6	1. Eprubete cu clot activator	Vacuum Tube Clot Activator	China	GongDong	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete cu clot activator, vacutainer (fără gel). Volum 5 ml. IVD CE. Capac roșu, tichetă. Certificat European. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de eprubete.	Conform Cerintelor; Eprubete cu clot activator, vacutainer (fără gel). Volum 5 ml. IVD CE. Capac roșu, tichetă. Certificat European. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de eprubete.	CE, ISO
88	33600000-6	3. Eprubete cu K3 EDTA. Vacuum Tub. 3 ml.	Vacuum Tube K3-EDTA	China	GongDong	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete pentru investigații hematologice cu K3EDTA. Volum 3 ml. Vacuum Tub. Cu capac violet, tichetă. IVD. CE. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Certificat condițiilor de transportare. Certificat European. Prezentare exemple de eprubete.	Conform cerintelor; Eprubete pentru investigații hematologice cu K3EDTA. Volum 3 ml. Vacuum Tub. Cu capac violet, tichetă. IVD. CE. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Certificat condițiilor de transportare. Certificat European. Prezentare exemple de eprubete.	CE, ISO
89	33600000-6	4. Eprubete de unică folosință	Test Tube	China	GongDong	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete polisteren cu diametru 13mm, înălțime 75mm fără capac. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de Conformitate de la producător. Prezentare exemple de eprubete.	Conform cerintelor; Eprubete polisteren cu diametru 12mm, înălțime 75mm fără capac. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de Conformitate de la producător. Prezentare exemple de eprubete.	CE, ISO
99	33600000-6	14. Eprubete Vacutiner 2,5 mL sau 3,0 mL cu Citrat de Na 3.2 %	Vacuum Tube Na-Citrate 3,2%	China	GongDong	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete vacutiner pentru investigații de hemostază 2,5mL sau 3 mL cu anticoagulant Citrat de Na 3,2 %. Capac galben sau albastru. Fixarea capacului: (1) în interiorul eprubetei în cazul capacului galben sau (2) fixarea capacului obligator pe filetul eprubetei în cazul capacului albastru. NC9. IVD. CE. Certificat European. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de eprubete.	Conform cerintelor; Eprubete vacutiner pentru investigații de hemostază 2,7mL cu anticoagulant Citrat de Na 3,2 %. Capac galben sau albastru. Fixarea capacului: (1) în interiorul eprubetei în cazul capacului galben sau (2) fixarea capacului obligator pe filetul eprubetei în cazul capacului albastru. NC9. IVD. CE. Certificat European. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de eprubete.	CE, ISO

Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		119. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020						
119	33600000-6	1. Test rapid Antigen SARS-CoV-2 (COVID-19), metoda FIA. REF: SMFP-71	AFIAS COVID-19 Ag	Korea	Boditech Med	Cerințele p/u articole: Cerințe generale**+Nota** Determinarea Antigen SARS-CoV-2 (COVID-19) prin metoda FIA. Componenta setului: 24 cart-teste cu reagenți incorporați, de unică folosință compatibile cu Analizator automatizat AFIAS-6. Sensibilitatea clinică a metodei analitice mai mult de 84%. Specificitatea clinică a metodei analitice mai mult de 98%. De prezentat obligator: Certificat European, Certificat de la producător, Declarație de la participant referitor la înregistrarea metodei de analiza în Registrul de Stat.	Conform cerințelor; Componenta setului: 24 cart-teste cu reagenți incorporați, de unică folosință; produs este original de la producătorul analizatorului AFIAS-6. Sensibilitatea clinică a metodei analitice 87.5%. Specificitatea clinică a metodei analitice 96.5%. Certificat European, Certificat de la producător, Declarație de la participant referitor la înregistrarea metodei de analiza în Registrul de Stat.	CE, ISO
119	33600000-6	2. Boditech Antigen SARS-CoV-2 (COVID-19 Ag) Control, 2x0,5ml. REF: CFPO-293	Boditech COVID-19 Ag Control	Korea	Boditech Med	Cerințele p/u articole: Cerințe generale**+Nota** Set de controale pentru efectuarea controlului intern de calitate în investigații de determinare a Antigen SARS-CoV-2 (COVID-19) prin metoda FIA. Componenta setului: flaconașe 2x0,5ml cu Antigen SARS-CoV-2 în formă liofilizată, compatibile cu Analizator automatizat AFIAS-6. De prezentat obligator: Certificat European, Certificat de la producător, Declarație de la participant referitor la înregistrarea metodei de analiza în Registrul de Stat.	Conform cerințelor; Set de controale pentru efectuarea controlului intern de calitate în investigații de determinare a Antigen SARS-CoV-2 (COVID-19) prin metoda FIA. Componenta setului: flaconașe 2x0,5ml cu Antigen SARS-CoV-2 în formă liofilizată; produs este original de la producătorul analizatorului AFIAS-6. Certificat European, Certificat de la producător, Declarație de la participant referitor la înregistrarea metodei de analiza în Registrul de Stat.	CE, ISO
119	33600000-6	3. Cartuș de spălare pentru AFIAS, 6 buc/set.	AFIAS Washing Cartridge	Korea	Boditech Med	Cerințele p/u articole: Cerințe generale**+Nota** Set cu cartușuri pentru mentenanța tehnică periodică a Componenta setului: 6 rățușuri compatibile cu Analizator automatizat AFIAS-6. De prezentat obligator: Certificat European, Certificat de la producător, Declarație de la participant referitor la înregistrarea metodei de analiza în Registrul de Stat.	Conform cerințelor; Set cu cartușuri pentru mentenanța tehnică periodică analizatorului; Componenta setului: 6 rățușuri; produs este original de la producătorul analizatorului AFIAS-6. Certificat European, Certificat de la producător, Declarație de la participant referitor la înregistrarea metodei de analiza în Registrul de Stat.	CE, ISO

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Semnat: _____

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B"**