

**Specificații tehnice (F 4.1)**

Numărul procedurii de achiziție <b>ocds-b3wdp1-MD-1637765590487 din 26.11.2021</b>
Obiectul achiziției: <b>“achiziționare utilaj oftalmologic”</b>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Ancotec-Sistem SRL	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri</b>						
Autorefractometru (Lot nr. 1)	KR-9600	China	<b>Ningbo Ming Sing Optical R&amp;D Co.,Ltd</b>	<p>Distanța vîrfurilor (VD), mm 0; zece, 12; 13,5; 15.                      Refracție, sferă (SPH), dioptrii – 25,0 pînă la +22,0, pas 0,12 sau 0,25                      Refracție, cilindru (CYL), dioptrii – 10, pînă la +10,0, pas 0,12, 0,25                      Axa (AX), grade 1-180*, pas 1*                      Distanța interpupilară, mm 10-85                      Diametrul minim al pupilei. mm 2,0                      Keratometrie                      Raza de curbura, mm 5,0-10,2, pas 0,01                      Refracția corneei, dioptrii 33,0-67,5, pas 0,12, 0,25                      Astigmatism corneean dioptrii 0,0-15,0, pas 0,12; 0,25                      Diametrul corneei, 00 2-12, pas 0,1                      ieșire date – datele sunt transmise pe un monitor LCD color și tipărite pe imprimanta termica incorporata                      Greutate – 20-22 kg</p>	<p>Distanța vîrfurilor (VD), mm 0; zece, 12; 13,5; 15.                      Refracție, sferă (SPH), dioptrii – 25,0 pînă la +22,0, pas 0,12 sau 0,25                      Refracție, cilindru (CYL), dioptrii – 10, pînă la +10,0, pas 0,12, 0,25                      Axa (AX), grade 1-180*, pas 1*                      Distanța interpupilară, mm 10-85                      Diametrul minim al pupilei. mm 2,0                      Keratometrie                      Raza de curbura, mm 5,0-10,2, pas 0,01                      Refracția corneei, dioptrii 33,0-67,5, pas 0,12, 0,25                      Astigmatism corneean dioptrii 0,0-15,0, pas 0,12; 0,25                      Diametrul corneei, 00 2-12, pas 0,1                      ieșire date – datele sunt transmise pe un monitor LCD color și tipărite pe imprimanta termica incorporata                      Greutate – 20-22 kg                      Anul producerii incepind cu 2020</p>	<b>CE, ISO</b>

				Anul producerii incepind cu 2020		
Optotip cu LED 3m/4m (Lot nr. 2)	LY-22B	China	<b>Chongqing Vision Star Optical Co., Ltd</b>	<p>Ecran fabricat din material acrylic/plastic  Zona de vizualizare: 25,5-26 x 63-64 cm  Dimensiuni exterioare : 34-35 x 72-73 x 3,8-4 cm  Temperatura de culoare : alb rece 7.200-7.500* K  Durata de viata a becului : de la 80 000 ore  Alimentare : 110-230 V – 50/60 Hz  Luminozitate : de la 5 000 cd/cm2  Respectă directiva de joasa tensiune 2014/35/EC  Conform 2014/30/CE privind compatibilitatea electromagnetica  Conform directivei CEE 2007/47 Dispozitiv medical clas I  Toate componentele sunt aprobate UL, DVE, IMQ  Greutate – 6 kg- 7 kg  Anul producerii incepind cu 2020</p>	<p>Ecran fabricat din material acrylic/plastic  Zona de vizualizare: 25,5-26 x 63-64 cm  Dimensiuni exterioare : 34-35 x 72-73 x 3,8-4 cm  Temperatura de culoare : alb rece 7.200-7.500* K  Durata de viata a becului : de la 80 000 ore  Alimentare : 110-230 V – 50/60 Hz  Luminozitate : de la 5 000 cd/cm2  Respectă directiva de joasa tensiune 2014/35/EC  Conform 2014/30/CE privind compatibilitatea electromagnetica  Conform directivei CEE 2007/47 Dispozitiv medical clas I  Toate componentele sunt aprobate UL, DVE, IMQ  Greutate – 6 kg- 7 kg  Anul producerii incepind cu 2020</p>	<b>CE, ISO</b>
Trusă cu lentile oftalmologice de probă din sticlă (Lot nr. 3)	JSL-266	China	<b>Danyang Xingda Optical Apparatus Co., Ltd</b>	<p>Set fabricat din material acrylic/plastic/lemn care conține minim 266 piese de lentile în rame din sticlă</p>	<p>Set fabricat din material acrylic/plastic/lemn care conține minim 266 piese de lentile în rame din sticlă</p>	<b>CE, ISO</b>
Ramă oftalmologică de probă pentru lentile (Lot nr. 4)	TF-4880B	China	<b>Danyang Xingda Optical Apparatus Co., Ltd</b>	<p>Ramă din aliaj metalic predestinată testării cu lentil cu distanța pupilară reglabilă 54-70 mm</p>	<p>Ramă din aliaj metalic predestinată testării cu lentil cu distanța pupilară reglabilă 54-70 mm</p>	<b>CE, ISO</b>

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Andrei MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Ancotec-Sistem SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)