

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21638967 din 29.07.2026**Obiectul de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 27)**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 7						
Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă pentru nou-născuți	B9800078001	Italia	EB NEURO S.P.A.	"Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continua la nou-născuți Specificația tehnică: Aplicații: Diagnosticul EEG Monitorizarea EEG PSG (Polysomnography) LTM (Long Term Monitoring) Electroencefalografia Altele Numărul de canale EEG ≥32 Rezoluția datelor EEG, bit ≥ 24 Gama frecvenței de lucru, Hz>200 Display: Funcția freez Afișare derivații ≥32 Dimensiuni ≥ 20 inci EEG în timp real Verificarea impedenței electrodelui: Automată Filtru de rejecție comună, dB: 100 la 50 Hz Impedanța preamplificatorului, Mohm: ≥ 10 Calibrarea Automată Rata de calibrare selectată de utilizator da Detectarea și interpretarea datelor Alarmer Video digital: Camera tip IR LTM minim. SD Sincronizarea cu EEG Capacitatea de stocare video/EEG ≥ 24 h Camera amplasată pe stativ separat Fotostimulator amplasat pe stativ separat Modul de colectare a semnalelor amplasat pe stativ separate Interfață de ieșire I/O auxiliare SISTEM PC: CPU Intel Core 2 Duo, HDD min. 1 TB, RAM min.4 Gb, Sistem de operare licențiat Tip de stocare: HDD, purtători mobili(CD-R, DVD), USB flash drive; Printer Adnotări Valorile filtrului, Scala orizontală și verticală, evenimente, ora/data, ID Pacient da Afișări Afișare oră, data da Afișare ID pacient Alimentare 220 V 50 Hz, cu UPS pentru minim 30 min de lucru Accesorii: Masa de lucru pe suport mobil pentru amplasarea unității de lucru Stativ pentru amplasarea modulelor: Pentru fotostimulator, camera, modul de colectare a semnalelor Chituri de interconectare a modulelor Caciulite pentru pacient nou nascut, pediatric Cu cabluri de interconectare dacă este necesar pentru fiecare caciulita, Caciulite pentru fiecare categorie de pacient: minim2 "	"Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continua la nou-născuți Specificația tehnică: Aplicații: Diagnosticul EEG, Monitorizarea EEG, PSG (Polysomnography), LTM (Long Term Monitoring) , Electroencefalografia si Altele Numărul de canale EEG ≥32 Rezoluția datelor EEG, bit ≥ 24 Gama frecvenței de lucru, Hz - 256, 512, 1024, 2048 Display: Funcția freez Afișare derivații ≥32 Dimensiuni - 24 inci EEG în timp real Verificarea impedenței electrodelui: Automată Filtru de rejecție comună, dB: 100 la 50 Hz Impedanță de contact 1-100 KOhm +/- 10% Calibrarea Automată Rata de calibrare selectată de utilizator da Detectarea și interpretarea datelor Alarmer Video digital: HD USB Camera și clama pentru masa de lucru (Table Clamp)+ Microfona LTM minim. SD Sincronizarea cu EEG Capacitatea de stocare video/EEG ≥ 24 h Camera amplasată pe stativ separat -da Fotostimulator amplasat pe stativ separat- da Modul de colectare a semnalelor amplasat pe stativ separate -da Interfață de ieșire I/O auxiliare - da SISTEM PC: CPU Intel(R) Core(TM) i7-12700 CPU @ 2.10GHz 12core, HDD 1 x 1TB 3.5inch Serial ATA (7,200 Rpm) + 1 x 1TB SSD, RAM 16GB 2666 MHz DDR4-SDRAM, Sistem de operare licențiat Microsoft® Windows® 11 Professional (64-bit) Tip de stocare: HDD, purtători mobili(CD-R, DVD+/- RW), USB flash drive; Printer, Adnotări Valorile filtrului, Scala orizontală și verticală, evenimente, ora/data, ID Pacient da Afișări Afișare oră, data da Afișare ID pacient Alimentare 220 V 50 Hz, cu UPS pentru 30 min de lucru Accesorii: Masa de lucru pe suport mobil pentru amplasarea unității de lucru Stativ pentru amplasarea modulelor: Pentru fotostimulator, camera, modul de colectare a semnalelor Chituri de interconectare a modulelor Caciulite pentru pacient nou nascut, pediatric Cu cabluri de interconectare dacă este necesar pentru fiecare caciulita,	DM000862459
Total lot 7						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str.str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23