

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1680004769511	Data: 03/04/2022	Alternativa nr.: __
Denumirea licitației:	Ace pentru biopsie din osul iliac al bazinului		Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea pozitiei	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3		5		6	7	8
33100 000-1	1	Ac pentru biopsie din osul iliac al bazinului	Ac pentru biopsie din osul iliac al bazinului	Ac pentru biopsie 11Gx15cm (Codul produsului:GBB1115) (Numar de inregistrare:DM000391536)	Turcia	Geotek	Ac pentru trepanobiopsie -diametru acului 11G/150 mm ; -Lungimea acului se admite de la 100-150mm. Termen de valabilitate 5 ani.	Ac pentru trepanobiopsie -diametru acului 11G/150 mm ; -Lungimea acului se admite de la 150mm. Termen de valabilitate 5 ani.	Declaratie de conformitate CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chirtoacă Iurie În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23