

SPECIFICAȚII TEHNICE
pentru IMSP Institutul de Medicină Urgența

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1653565745673 / 21057193	din 17 iunie 2022
Obiectul de achiziției : Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale – 2022 - REPETAT	

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
5	50421000-2 Analizator biochimic "BS-200, Mindray"	BS-200	China	Mindray	<ul style="list-style-type: none"> –Inspectia vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia; –Curațarea părților de lucru; –Calibrarea dispozitivului; –Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; –Dezinfectarea tuburilor , diluatorului conform manualului tehnic; –Efectuarea inspecțiilor și verificărilor generale; –Verificarea și înlocuirea tuburilor interne, a lămpilor și a lentilelor; –Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cit și cele de program; 	Conform condițiilor licitației	ISO
6	50421000-2 Analizator biochimic "XN-1000i, Sysmex"	XN-1000i	Japonia	Sysmex	<ul style="list-style-type: none"> –Inspectia vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia; –Curațarea părților de lucru; –Calibrarea dispozitivului; –Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; –Dezinfectarea tuburilor , diluatorului conform manualului tehnic; –Efectuarea inspecțiilor și verificărilor generale; –Verificarea și înlocuirea tuburilor interne, a lămpilor și a lentilelor; –Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cit și cele de program; 	Conform condițiilor licitației	ISO
7	50421000-2 Coagulometru "CA-560, Sysmex"	CA-560	Japonia	Sysmex	<ul style="list-style-type: none"> –Inspectia vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia; –Curațarea părților de lucru; –Calibrarea dispozitivului; –Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; –Dezinfectarea tuburilor , diluatorului conform manualului tehnic; –Efectuarea inspecțiilor și verificărilor generale; –Verificarea și înlocuirea tuburilor interne, a lămpilor și a lentilelor; –Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cit și cele de program; 	Conform condițiilor licitației	ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
8	50421000-2	Analizator ionometric "HumaLyte Plus 5, HUMAN"	HumaLyte Plus 5	Germania	HUMAN	<ul style="list-style-type: none"> —Inspectia vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia; —Curațarea părților de lucru; —Calibrarea dispozitivului; —Curațarea acelor funcționale cu apă distilată; —Dezinfectarea tuburilor , diluatorului conform manualului tehnic; —Efectuarea inspecțiilor și verificărilor generale; —Verificarea și înlocuirea tuburilor interne, a lămpilor și a lentilelor; —Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program; 	Conform condițiilor licitației	ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**