

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1742204380049
Denumirea procedurii de achiziție Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.3)	

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 7						
Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L	YC-130L	China	ZHONGKE MEILING CRYOGENICS COMPANY LIMITED	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigider constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Capacitatea 100 - 200 l obligatoriu Număr de rafturi ≥ 3 Ușa Număr 1 Transparentă obligatoriu Mecanism blocare cu cheie Lumină interior obligatoriu Construcție interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigider constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Capacitatea 130 L pag. 3 broșura Număr de rafturi 3 pag. 3 broșura Ușa Număr 1 pag. 1 broșura Transparentă obligatoriu DA pag. 1 broșura Mecanism blocare cu cheie DA pag. 3 broșura Lumină interior obligatoriu DA pag. 3 broșura Construcție interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare DA declaratia de la producator Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă DA declaratia de la producator Afisaj temperatură digital DA Alarmer acustică DA pag. 2 broșura vizuală DA pag. 2 broșura Răcire ventilată DA pag. 3 broșura Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C DA pag. 3 broșura Omogenitatea/ uniformitatea termică 1.4 °C declaratia de la producator	DM000395534

				Zgomot < 48 dB Accesorii coșuri tip sertar, da	Alimentare 220 V, 50 Hz DA pag. 3 broșura Refrigerent fără CFC / HCFC DA pag. 1 broșura Zgomot 45 dB declarația de la producător Accesorii coșuri tip sertar, DA pag. 1 broșura	
LOT 14						
Pat electric, pentru adulți	YA-D5-5	China	ZHANGJIANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	Pat electric, pentru adulți Cod 140490 Descriere Paturi electrice complet motorizate pentru secții de profil general și paturi electrice pentru secții de reanimare Parametrul Specificația Tip Pentru uz general Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 80 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Bare de protecție da, pliabile Suport cap demontabil obligatoriu Posibilitatea de atașare a accesoriilor (stativ pentru infuzie, stativ pentru ridicare, etc.) în fiecare colț/capt al patului obligatoriu Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică mecanică Alimentare 220 V, 50 Hz Saltea ortopedică da, să se indice codul produsului	Pat electric, pentru adulți Cod 140490 Descriere Paturi electrice complet motorizate pentru secții de profil general și paturi electrice pentru secții de reanimare Parametrul Specificația Tip Pentru uz general DA Tip pacient adult DA Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice DA, Pag. 3 Product Specification Funcționalități poziționare Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu DA, Pag. 3 Product Specification Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat 225 kg DA, Pag. 2 Product Specification Înălțime Ajustabilă 80 cm DA, Pag. 2 Product Specification Rotile Diametru 12.5 cm DA, Pag. 2 Product Specification Sistem de blocare la 4 rotile DA, Pag. 1 Product Specification Bare de protecție da, pliabile DA, Pag. 2 Product Specification Suport cap demontabil obligatoriu DA, Pag. 2 Product Specification Posibilitatea de atașare a accesoriilor (stativ pentru infuzie, stativ pentru ridicare, etc.) în fiecare colț/capt al patului obligatoriu DA Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică mecanică – Baterie inclusă, în caz de pană de electricitate Alimentare 220 V, 50 Hz DA Saltea ortopedică, codul produsului DA, MK-M01	DM000654310
LOT 15						

Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii	YA-D5-5	China	ZHANGJIANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii Cod 140391 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 5-6 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Poziționare Trendelenburg ≥ 16 grade Anti-trendelenburg ≥ 16 grade Poziționare CPR electric (auto-CPR) Transparență la razele X-ray (radiografie) obligatoriu Sectiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic $\geq 35 \times 43$ cm Spătarul reglabil ≥ 70 grade Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da, inclus Greutatea maximă admisă de încărcare Cadru pentru etichetă pe spatează ≥ 250 kg Înălțime Ajustabilă diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm Rotile Diametru ≥ 15 cm Sistem de blocare central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă Bampere/roțile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator Alimentare 220 V, 50 Hz Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul produsului oferit grosimea min. 14 cm husă cu fermoar da, să se indice codul produsului oferit Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, să	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii Cod 140391 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 5-6 poziții DA, Pag. 2 Product Specification Tip pacient adult DA Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice DA, Pag. 2 Product Specification Funcționalități poziționare Sedentară DA, Pag. 2 Product Specification poziționare Trendelenburg DA, Pag. 2 Product Specification poziționare anti-Trendelenburg DA Poziționare Trendelenburg 16 grade DA, Pag. 3 Product Specification Anti-trendelenburg 16 grade DA, Pag. 3 Product Specification Poziționare CPR electric (auto-CPR) DA, Pag. 3 Product Specification Transparență la razele X-ray (radiografie) obligatoriu DA, Pag. 3 Product Specification Sectiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic 35 x 43 cm DA Pag. 2 Product Specification Spătarul reglabil 75 grade DA Pag. 3 Product Specification Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da, inclus DA Pag. 2 Product Specification Greutatea maximă admisă de încărcare Cadru pentru etichetă pe spatează 250 kg DA Pag. 3 Product Specification Înălțime Ajustabilă diapazon 46 - 80 cm, DA Pag. 3 Product Specification Rotile Diametru 15 cm DA Pag. 3 Product Specification Sistem de blocare central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție DA, Pag. 2 Product Specification	DM000654310
--	---------	-------	---------------------------------------	---	---	-------------

				se indice codul produsului oferit	Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) DA Pag. 2 Product Specification Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă DA Bampere/roțile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator DA Pag. 2 Product Specification Alimentare 220 V, 50 Hz DA, declaratia producatorului atasata Saltea ortopedică, lavabilă da, codul produsului MK-M01, Pag. 2 Product Specification, declaratia producatorului atasata grosimea 14 cm DA husă cu fermoar DA, partea integrala a saltelei MK-M01 Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime DA, codul MK-IS08C	
LOT 16						
Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază)	HK-400III	China	SHENZHEN HAWK MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600 Descriere Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată. Parametrul Specificația Caracteristici generale Tipul Cu un canal Display LCD posibilitatea de ajustare a luminozitatii Mîner încorporat obligatoriu Display Date afișate Viteza de infuzie obligatoriu Volumul de infuzie obligatoriu Timpul de infuzie obligatoriu Timpul pînă la final de infuzie obligatoriu Mărimea seringii obligatoriu Nivelul de ocluzie obligatoriu Rata KVO obligatoriu Data, ora obligatoriu Nivelul de încărcare a bateriei obligatoriu Evenimente obligatoriu Alarmer obligatoriu Proprietățile pompei Rata fluxului diapazon 0.1 - 999 ml/h	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600 Descriere Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată. Parametrul Specificația Caracteristici generale Tipul Cu un canal DA Display LCD posibilitatea de ajustare a luminozitatii DA, Pag. 32 User Manual Mîner încorporat DA, Pag. 10 User Manual Display Date afișate DA Viteza de infuzie DA Volumul de infuzie DA Timpul de infuzie DA Timpul pînă la final de infuzie DA Mărimea seringii DA Nivelul de ocluzie DA Rata KVO DA Data, ora DA Nivelul de încărcare a bateriei obligatoriu DA Evenimente DA	DM000349528

			Pasul de incrementare ≤ 0.01 mL/h Dozarea bolusului diapazon min. 0.01 - 1800 ml/h Rata KVO diapazon min. 0.01 - 3 ml/h Acuratețea $\leq 2\%$ Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă obligatoriu Seringi acceptate 5, 10, 20, 30, 50, 60 Detectare automată a seringii obligatoriu Nivelul presiunii de ocluzie maxime min. 4 nivele Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP24 Moduri de infuzie Rata de perfuzie obligatoriu Dozarea în timp obligatoriu Modul crescător și descrescător obligatoriu Alarmer și indicatori Ocluzie obligatoriu Eroare de sistem obligatoriu Seringă goală obligatoriu Perfuzia pe sfârșite obligatoriu Baterie descărcată obligatoriu Alarmă sonoră Volum reglabil obligatoriu Buton mod silențios obligatoriu Jurnalul de evidență Evenimente stocate Butoane apăsate obligatoriu Coduri de eroare obligatoriu Alarmer obligatoriu Medicamente injectate obligatoriu Cantitatea infuzată obligatoriu Setări obligatoriu Bolus solicitat obligatoriu Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie internă Reîncărcabilă obligatoriu Timp de operare ≥ 5 h la 5 mL/h Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie obligatoriu Seringi 50 ml 100 buc. , să se indice codul produsului oferit Circuite circuit de interconectare a seringii 100 buc. , să se indice codul produsului oferit	Alarmer obligatoriu DA Proprietățile pompei Rata fluxului diapazon 0.1 - 1200 ml/h DA, Pag. 8 User Manual Pasul de incrementare 0.1 mL/h DA, Pag. 7 User Manual Dozarea bolusului diapazon min. 0.01 - 1800 ml/h DA, Pag. 7 User Manual Rata KVO diapazon min. 0.1-10 ml/h DA, Pag. 7 User Manual Acuratețea $\leq 2\%$ DA, Pag. 7 User Manual Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători DA, Boon, Terumo, BD, BBraun, HuaFu, FL, KDL, HD-B, HD, SG (Double dove), LX, JR (Jie Rui). Pag. 28 User Manual Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă obligatoriu DA, Pag. 29 User Manual Seringi acceptate 5, 10, 20, 30, 50, 60 DA, Pag. 7 User Manual Detectare automată a seringii DA, Pag. 17 User Manual Nivelul presiunii de ocluzie maxime min. 13 nivele DA, Pag. 8 User Manual Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP24 DA, Pag. 8 User Manual Moduri de infuzie Rata de perfuzie DA, Pag. 7 User Manual Dozarea în timp DA, Pag. 7 User Manual Modul crescător și descrescător DA, Pag. 7 User Manual Alarmer și indicatori Ocluzie DA, Pag. 26 User Manual Eroare de sistem DA, Pag. 28 User Manual Seringă goală DA, Pag. 26 User Manual Perfuzia pe sfârșite DA, Pag. 26 User Manual Baterie descărcată DA, Pag. 26 User Manual Alarmă sonoră Volum reglabil DA, Pag. 32 User Manual Buton mod silențios DA, Pag. 11 User Manual Jurnalul de evidență DA, Pag. 33 User Manual Evenimente stocate DA, Pag. 33 User Manual Butoane apăsate DA, Pag. 33 User Manual Coduri de eroare obligatoriu DA, Pag. 33 User	
--	--	--	--	---	--

					Manual Alarmer DA, Pag. 33 User Manual Medicamente injectate DA, Pag. 33 User Manual Cantitatea infuzată DA, Pag. 33 User Manual Setări DA, Pag. 33 User Manual Bolus solicitat DA, Pag. 33 User Manual Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz DA, Pag. 8 User Manual Baterie internă Reîncărcabilă DA Timp de operare 5 h la 5 mL/h DA, Pag. 8 User Manual Manual Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie DA Seringi 50 ml 100 buc. , să se indice codul produsului oferit DA 050ML-3CZ-LL-BL, Zarys, Polonia Circuite circuit de interconectare a seringii 100 buc. , să se indice codul produsului oferit DA P1500-BF, Zarys, Polonia	
--	--	--	--	--	--	--

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei În
 calitate de: Director
 Ofertantul: SC „Neotec” SRL
 Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău