

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1579178870134				Data: 29.01.2020.	Alternativa nr
Denumirea licitației:		Achiziționarea dispozitivelor medicale				Lot:3,4	Pagina: 1
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
Lot 3	33100000-1	Sonde și opțiuni de soft pentru ecograful Versana Premiere	GE C1-6-D	Japonia	GE Ultrasound Korea Ltd.	3Sc-RS sondă sectorială pentru aplicații cardiac,transcraniale cu următoarele caracteristici -banda de frecvență de lucru acoperă intervalul 2-4 MHz -câmp vizual de 120 grade -tehnologie cu 64 cristale -amprenta de 23,7x18,4mm -permite lucrul cu 3 frecvențe diferite în transmisie pentru modul Doppler -auto EF-modul pentru calculul deformării țesutului	3Sc-RS sondă sectorială pentru aplicații cardiac,transcraniale cu următoarele caracteristici -banda de frecvență de lucru acoperă intervalul 2-4 MHz -câmp vizual de 120 grade -tehnologie cu 64 cristale -amprenta de 23,7x18,4mm -permite lucrul cu 3 frecvențe diferite în transmisie pentru modul Doppler -auto EF-modul pentru calculul deformării țesutului
Lot 4	33100000-1	Fibrogastroscoop	GIF-XQ40	Japonia	Japonia	Unghiul câmpului de vedere>_100grade Inclinarea cimpului vizual –0 grade Adincimea cimpului vizual-3-100mm Diametrul exterior<_9.8 mm Inclinarea capului distal: Sus/jos 210/120 grade Dreapta/stinga 120/120 grade. Diametrul tubului introdus<_9.8mm Lungimea de lucru>_1000mm	Unghiul câmpului de vedere>_100grade Inclinarea cimpului vizual –0 grade Adincimea cimpului vizual-3-100mm Diametrul exterior<_9.8 mm Inclinarea capului distal: Sus/jos 210/120 grade Dreapta/stinga 120/120 grade. Diametrul tubului introdus<_9.8mm Lungimea de lucru>_1000mm

						Canalul de instrumente>_2.8mm Completarea : Cu sursa de lumina halogen(minim 150 W)-1 unit.	Canalul de instrumente>_2.8mm Completarea : Cu sursa de lumina halogen(minim 150 W)-1 unit.
--	--	--	--	--	--	---	---

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Țurcanu Ștefan

În calitate de: Administrator

Ofertantul: ROMEDCOM SRL

Adresa: Mun. Chișinău, str.Sciuseva 16, of.6