

**Specificații tehnice (F4.1)**

**din 09.01.2020**

<b>Numărul licitației: 21016024</b>	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Achiziționarea consumabile angiografie pentru perioada 01.01.2020-30.04.2020 Conform necesitatilor IMSP SCM Sf.Treime	Lot: conform listei solicitate Pagina 1 din 1

**Valuta, lei MDL**

Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri</b>						
	<b>Lotul 1</b>						
33111710-1	<b>HYDROPHILIC INTRODUCER SETS</b>	42.10/20053 42.10/20054 42.10/20056 42.10/20057 42.10/20059 42.10/20060 42.10/20062 42.10/20063 42.10/20064 42.10/20066 42.10/20068 42.10/20070 42.10/20093 42.10/20094 42.10/20096 42.10/20097 42.10/20099 42.10/20100 42.10/20102 42.10/20103 42.10/20104 42.10/20106 42.10/20108 42.10/20110	China	SCW MEDICATH LTD	Ac de puncție (single sau double-wall) de 20, 21 sau 22 G și bisturiu. Mini-ghid metallic sau polimer cu acoperire hidrofilică cu proprietăți similar mucoasei ce reduce riscul spasmului vascular, diametrul 0.018", 0.021", 0.025". Teaca din PTFE cu profil ultra subțire, lungime 10 sau 16 cm, diametre extern/intern: 4/5 F, 5/6 F, 6/7 F, rezistentă la kinking, prevăzută cu valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pt prevenirea hemoragiilor, robinet tridirecțional pt luarea probelor sau injectare de soluții diverse, cu inel de suturare pt o mai bună securizare a tecii. Dilatator ascuțit, conic, din polipropilenă, atraumatic, cu forma vârfului conică. Toate componentele sunt „latex-free” și sunt incluse într-o tăviță din plastic. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Declarație de la Ofertant - confirmată prin semnătura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 12 luni din momentul livrării. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura/ Instrucțiuni/ Informații privind studiile clinice de la producător pentru produsele oferite.	Efectuați proceduri de diagnostic și de intervenție fără a trece la o teacă mai mare Acces radial optim, în special la femeile cu artere radiale mai mici • Mai mică rezistență la penetrare decât căile convenționale • Introducerea și îndepărtarea ușoară cu ajutorul unei acțiuni hidrofile Cuprins • Transmisie transradială • Dilator • Sârmă de ghidare • Seringă • I.V.Cannula / Introducer • Scapel Dimensiune Fr - 4, 5, 6, 7 lungime cm - 9, 11, 16 Nitinol Guidewire - 0.025 " * 45cm unghiular, 0.025 " * 80cm unghiular, 0.021 " * 45 cm Drept, 0.021 " * 80cm Drept IV.Cannula - 20G x 3,2 cm, 21G x 4,0 cm termenul de garanție pentru echipament 12 luni din momentul livrării <b>vezi ANEXA LOTUL 1</b>	CE
	<b>Total lot 1</b>						
	<b>Lotul 2</b>						

33111710-1		42.10.20052 42.10.20053 42.10.20054 42.10.20055 42.10.20056 42.10.20057 42.10.20058 42.10.20059 42.10.20060 42.10.20061 42.10.20062 42.10.20063 42.10.20064 42.10.20065 42.10.20066 42.10.20067 42.10.20068 42.10.20069 42.10.20070 42.10.20071	China	SCW MEDICATH LTD	Ac de puncție de 21G, lungime de 4 cm. Mini-ghid din otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 50/80cm, cu diametre de 0.018" sau 0.025", cu varf in „J” de 3mm la un capat si dreapta in capatul opus. Teaca de lungime 11/23cm, lungimea canulei utile până în 7cm, cu marimi disponibile de 4-8 F, rezistență la kinking, prevăzută cu robinet tridirecțional. Toate componentele vor fi într-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și stampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Declarație de la Ofertant - confirmată prin semnătura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 12 luni din momentul livrării. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura/ Instrucțiuni/ Informații privind studiile clinice de la producător pentru produsele oferite.	Efectuați proceduri de diagnostic și de intervenție fără a trece la o teacă mai mare Acces radial optim, în special la femeile cu artere radiale mai mici • Mai mică rezistență la penetrare decât căile convenționale • Introducerea și îndepărtarea ușoară cu ajutorul unei acțiuni hidrofile Cuprins • Transmisie transradială • Dilator • Sârmă de ghidare • Seringă • I.V.Cannula / Introducer • Scapel Dimensiune Fr - 4, 5, 6, 7 lungime cm - 7, 9, 11, 16, 23 Nitinol Guidewire - 0.025 " * 45cm unghiular, 0.025 " * 80cm unghiular, IV.Cannula - 20G x 3,2 cm, termenul de garanție pentru echipament 12 luni din momentul livrării <b>vezi ANEXA LOTUL 2</b>	CE
		<b>Total lot 2</b>					
33111710-1		42.08.11042 42.08.11043 42.08.11044 42.08.11045 42.08.11046 42.08.11047 42.08.11048 42.08.11049 42.08.11050 42.08.11051 42.08.11052 42.08.11053 42.08.11054 42.08.11055 42.08.11056 42.08.11057 42.08.11058 42.08.11059 42.08.11060 42.08.11061 42.08.11062 42.08.11063 42.08.11064 42.08.11065 42.08.11066 42.08.11067 42.08.11068	China	SCW MEDICATH LTD	Lungimea cateterelor va fi de: 100-110 cm, cu diametre de 4, 5, 6 F. Structura cateterului: fire împletite, pentru cuplu, stabilitate și control, învelite într-un material antitrombotic. Fabricat din poliuretan. Varf atraumatic radioopac. Diametre diferențiate și prin culoare. Lumen ce asigura un flux crescut de substanta de contrast la injectare. Diametrele interioare vor fi dupa cum urmeaza: la cateterul de 4 F =1.03 mm, la cel de 5 F = 1.2 mm și la cel de 6 F = 1.3 mm. Limita de presiune pentru un catetere de 4 F – la 750 PSI și la 5-6 F la 1000 PSI. Compatibile cu ghid de 0.038". Se ofera generic cateterele, oferta subintelegand toate varietatile de forme folosite. Forme: AL, AR, JL, JR, MP, ST, IM, Bypass, Pigtail drept, 145°, 155°, Tiger, BLK. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și stampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Declarație de la Ofertant - confirmată prin semnătura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 12 luni din momentul livrării. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura/ Instrucțiuni/ Informații privind studiile clinice de la producător pentru produsele oferite.	1. Diametru interior mare pentru debitul ridicat al mediilor de contrast. 2. Materialul flexibil are un suport excelent și o formă de memorie. 3. Construcția cateterului împletit permite o cuplabilitate bună și o capacitate excelentă de rezistență la kink. 4. Vârful moale va proteja vasul de daune. <b>Fr - 4, 5, 6</b> <b>Lungime (cm) - 100, 110</b> <b>configurație - JL3.5, JL4.0, JL4.5, JL5.0, JL5.5, JR3.5, JR4.0, JR4.5, JR5.0, JR5.5, 180 Unghiular, 145 Drept, TIG.</b> termenul de garanție pentru echipament 12 luni din momentul livrării <b>vezi ANEXA LOTUL 7</b>	CE
		<b>Total lot 7</b>					

33111710-1	Lotul 8						
	Hydrophilic Guide Wires	42.01.20000 42.01.20001 42.01.20002 42.01.20003 42.01.20004 42.01.20005 42.01.20006 42.01.20007 42.01.20008 42.01.20009 42.01.20010 42.01.20011 42.01.20012	China	SCW MEDICATH LTD	Ghid din nitinol, acoperire hidrofiliă. Vârf conic, atraumatic. Control de torsiune 1:1 datorit construcției dintr-o singură piesă. Radiopacitate: jachetă din poliuretan îmbogățit cu Wolfram. Lungimi: 50-300cm. Diametre: 0.018", 0.020", 0.025", 0.032", 0.035", 0.038". Configurații vârf: straight, angled, J (1,50 mm sau 3.00 mm). Lungimea vârfului flexibil: 10 mm, 30 mm, 50 mm, 80 mm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de Stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Declarație de la Ofertant - confirmată prin semnătura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 12 luni din momentul livrării. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura/ Instrucțiuni/ Informații privind studiile clinice de la producător pentru produsele oferite.	Hidrofil-Coated Nitinol Nucleu Caracteristici: Acoperirea hidrofiliă oferă o lubrifiere excelentă; Superelastici Nitinol Nucleu de sârmă pentru rezistența la prindere împiedică zdrobirea firului de ghidare; Design de miez conic cu lungime completă pentru o transmisie excelentă a cuplului și flexibilitate; Polimerul special acoperă performanțele bune la radiopaque; Interval OD 0,025 " - 0,038 ' Lungime Interval 80cm-300cm termenul de garanție pentru echipament 12 luni din momentul livrării <b>vezi ANEXA LOTUL 8</b>	CE
	Total lot 8						
33111710-1	Lotul 28						
	PTCA Balloon Catheter non-compliant	42.13.02001 42.13.02002 42.13.02012 42.13.02032 42.13.02055 42.13.02056 42.13.12014 42.13.12015 42.13.12016 42.13.12017 42.13.12018 42.13.12019 42.13.03001 42.13.03002 42.13.03011 42.13.03032 42.13.03055 42.13.03056 42.13.04001 42.13.04002 42.13.04013 42.13.04011 42.13.04055 42.13.04056 42.13.05001 42.13.05002 42.13.05012 42.13.05031 42.13.05055 42.13.05056 42.13.13015 42.13.13016 42.13.13017 42.13.13018 42.13.13019 42.13.13020 42.13.06001 42.13.06002 42.13.06011 42.13.06031 42.13.06055 42.13.06056 42.13.14008 42.13.14009 42.13.07001 42.13.07002 42.13.07011 42.13.07031 42.13.07051 42.13.07056	China	SCW MEDICATH LTD	Baloane PTCA RX noncompliant. Compatibilitate ghid: 0,014". Lungime shaft: 145 cm. Diametre balon: 2.0-4.0 mm. Lungimi balon: 6-25 mm. Markerii radiopaci: 2. Diametrul shaft-ului: Proximal: 2.0 Fr (0.67 mm). Distal: 2.5 Fr (0.83 mm) pentru Ø 2.25-3.00 mm; 2.6 Fr (0.87 mm) pentru Ø 3.25-5.00 mm. Diametrul de intrare în leziune: 0,42 mm. Presiune nominală: 10 atm. Presiune RPB: 18-20 atm, în funcție de diametrul balonului. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de Stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Declarație de la Ofertant - confirmată prin semnătura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 12 luni din momentul livrării. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura/ Instrucțiuni/ Informații privind studiile clinice de la producător pentru produsele oferite.	1 \ RX Design de Hypotube acoperit cu PTFE 2 \ Acoperire hidrofiliă excelentă 3 \ presiune îmbunătățită a puterii și presiunii leziunii 4 \ Presiunea medie de explozie îmbunătățită 5 \ 0.016 "Profil tip 6 \ Sfat moale conic atracțional Balon cu diametru (mm) - 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00 Lungimi (mm) - 6, 9, 12, 15, 20, 25 ATM NP: 12 RBP: 20 Lungime shaft: 145 cm termenul de garanție pentru echipament 12 luni din momentul livrării <b>vezi ANEXA LOTUL 28</b>	CE
	Total lot 28						

33111710-1	Lotul 29						
	PTCA Balloon Catheter non-compliant	42.13.07001 42.13.07002 42.13.07011 42.13.07031 42.13.07051 42.13.10015 42.13.10001 42.13.10017 42.13.10018 42.13.10019 42.13.15004 42.13.15005 42.13.15006 42.13.15007 42.13.15008	China	SCW MEDICATH LTD	<p>Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofiliacă. Compatibilitate ghid: 0,014". Shaft cu lungime utilizabila 145 cm. Diametre balon: 4.0-5.0mm. Lungime: 6-20 mm. Marker radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Presiune nominală: 12 atm. Presiune RPB: 20-22 atm, în funcție de diametrul balonului. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Declarație de la Ofertant - confirmată prin semnătura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 12 luni din momentul livrării. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura/ Instrucțiuni/ Informații privind studiile clinice de la producător pentru produsele oferite.</p>	<p>1 \ RX Design de Hypotube acoperit cu PTFE 2 \ Acoperire hidrofiliacă excelentă 3 \ presiune îmbunătățită a puterii și presiunii leziunii 4 \ Presiunea medie de explozie îmbunătățită 5 \ 0.016 "Profil tip 6 \ Sfat moale conic atracțional Balon cu diametru (mm) - 4.00, 4.50, 5.00 Lungimi (mm) - 6, 9, 12, 15, 20 ATM NP: 12 RBP: 20 Lungime shaft: 145 cm termenul de garanție pentru echipament 12 luni din momentul livrării <b>vezi ANEXA LOTUL 29</b></p>	CE
	Total lot 29						
33111710-1	Lotul 34						
	BALLOON INFLATION DEVICES	42.04.40004	China	SCW MEDICATH LTD	<p>Set pompa cu manometru pentru umflat baloane (indeflator) Continut: indeflator, valva hemostatică, tub de extenzie, torque, introducător fir ghid 0,014 inch Indeflator: seringă 20 cc, manometru până la 25atm Valva hemostatică cu închidere axială, tip push-push. Torque fir ghid 0,014 inch Introducător fir ghid 0,014 inch. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Declarație de la Ofertant - confirmată prin semnătura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 12 luni din momentul livrării. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura/ Instrucțiuni/ Informații privind studiile clinice de la producător pentru produsele oferite.</p>	<p>1. citire corectă, inflație fiabilă și deflație. 2. Manerul de design umanizat modernizat facilitează funcționarea medicului. 3. Proiectarea blocării permite o operație cu o singură mână în deflație. Volumul (ml) 20 Dispozitiv de umflare a balonului, Stopcock ("RIGHT ON") + set de valve de hemostază (Push Pull cu linie de extensie 25cm și stopcock) manometru până la 30atm Valva hemostatică cu închidere axială, tip push-push Torque fir ghid 0,014 inch torque termenul de garanție pentru echipament 12 luni din momentul livrării <b>vezi ANEXA LOTUL 34</b></p>	CE
	Total lot 34						

33111710-1	<b>Lotul 35</b>						
	<b>BALLOON INFLATION DEVICES - GUN TYPE</b>	42.04.40052	China	SCW MEDICATH LTD	<p>Contine: - seringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor tip "piston", - valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-push. Indeflator cu presiune de pana la 30 atm. Diametrul interior de 0,096 inch/2,44 mm . Setul sa contina si torquerul si introducerea. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Declarație de la Ofertant - confirmată prin semnătura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 12 luni din momentul livrării. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura/ Instrucțiuni/ Informații privind studiile clinice de la producător pentru produsele oferite.</p>	<p>Ușor de umflat chiar și la temperaturi ridicate Presiunea este eliberată rapid Designul umanizat modificat se potrivește confortabil atunci când funcționează. Volumul (ml) 20 Dispozitiv de umflare a balonului, Stopcock ("RIGHT ON") + set de valve de hemostază (Push Pull cu linie de extensie 25cm și stopcock) manometru până la 30atm Setul sa contina si torquerul si introducerea Diametrul interior de 0,096 inch/2,44 mm . termenul de garanție pentru echipament 12 luni din momentul livrării <b>vezi ANEXA LOTUL 35</b></p>	CE
	<b>Total lot 35</b>						
33111710-1	<b>Lotul 36</b>						
	<b>BALLOON INFLATION DEVICES</b>	42.04.20007	China	SCW MEDICATH LTD	<p>Contine: - seringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, pana la 30 atm. Valva hemostatica cu inchidere axiala, tip push-push,torque system, introductory fir ghid compatibil cu 0,014 inch. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Declarație de la Ofertant - confirmată prin semnătura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 12 luni din momentul livrării. *Documente confirmative: Catalog/ Broșura/ Instrucțiuni/ Informații privind studiile clinice de la producător pentru produsele oferite.</p>	<p>Presiune maximă: 40 Bar exacte; Performanță stabilă Funcționare simplă Dispozitivul de inflație a baloanelor SCW oferă o inflație sigură și precisă pentru cazurile dvs. cele mai solicitante. Proiectate ergonomic cu precizie și calitate în minte, ușor de controlat și de terminat procedurile de inflație și deflație, dispozitivele de umflare a baloanelor SCW sunt de asemenea disponibile în configurarea setului personalizat. Volumul (ml) 20 Dispozitiv de umflare a balonului, Stopcock ("RIGHT ON") + set de valve de hemostază (Push Pull cu linie de extensie 25cm și stopcock) . termenul de garanție pentru echipament 12 luni din momentul livrării <b>vezi ANEXA LOTUL 36</b></p>	CE
	<b>Total lot 36</b>						
	<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23