

## CERERE DE PARTICIPARE

**Către: IMSP Spitalul Clinic Republican, „Timofei Moșneaga”**

**adresa: MD-2025, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. N. Testemiteanu 29**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1731504239776 din 22.11.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Reagenți și consumabile de laborator necesar suplimentar pentru anul 2024

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 21.11.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld

\_\_\_\_\_

*(semnătura autorizată)*

## **DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei**

**Către: IMSP Spitalul Clinic Republican, Timofei Moșneaga**

**adresa: MD-2025, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. N. Testemiteanu 29**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Reagenți și consumabile de laborator necesar suplimentar pentru anul 2024"

prin procedura de achiziție - Cererea ofertelor de prețuri (bunuri) Nr. ocds-b3wdp1-MD-1731504239776 din 22.11.2024

pentru o durată de 60 ( șaizeci ) zile, respectiv până la data de 21.01.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 21.11.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld \_\_\_\_\_

*(semnătura autorizată)*

**Specificații tehnice**

		Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1731504239776 din 22.11.2024</b>						
		Obiectul achiziției: <b>Reagenți și consumabile de laborator necesar suplimentar pentru anul 2024</b>						
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Lot 7 M-68 Probe Cleanser	Lot 7 M-68 Probe Cleanser	105-002225-00 M-68 Probe Cleanser	China/Turcia	Mindray/Archem	M-68 Probe Cleanser I set-1 fl-50 ml, compatibil cu Analizatorul Hematologic Automat BC-5150	M-68 Probe Cleanser I set-1 fl-50 ml, compatibil cu Analizatorul Hematologic Automat BC-5150	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429548
8	Lot 8 Hemoglobina glicozilata	Lot 8 Hemoglobina glicozilata	105-002167-00 Haemoglobin A1c	China	Mindray	Hemoglobina glicozilata Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China Set R(Hb):2×40 mL+R1(HbA1c):2×40 mL+R2(HbA1c):2×15 mL+Pretreatment Solution:2×150 mL	Hemoglobina glicozilata Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China Set R(Hb):2×40 mL+R1(HbA1c):2×40 mL+R2(HbA1c):2×15 mL+Pretreatment Solution:2×150 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429600
9	Lot 9 Fosfor	Lot 9 Fosfor	105-001608-00 Phosphorus	China	Mindray	Fosfor Compatibil cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China Set R:4×45 mL	Fosfor Compatibil cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China Set R:4×45 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429600
10	Lot 10 Amoniac	Lot 10 Amoniac	23532 AMMONIA BA	China	Mindray	Amoniac Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China Set 27 ml	Amoniac Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China Set 27 ml	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000700024
11	Lot 11 CD80 Detergent	Lot 11 CD80 Detergent	105-000107-00 CD80 Detergent	China/Turcia	Mindray/Archem	CD80 Detergent Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China	CD80 Detergent Compatibile cu analizatorul biochimic BS-2000M Mindray China	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000661217/DM000387895
12	Lot 12 Glucoza	Lot 12 Glucoza	105-001624-00 Glucose	China	Mindray	1 set- R1:6*60ml + R2:3*32ml ml compatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China	1 set- R1:6*60ml + R2:3*32ml ml compatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429609
13	Lot 13 Detergent	Lot 13 Detergent	105-000107-00 CD80 Detergent	China/Turcia	Mindray/Archem	1 set- 2L*6 buc mlcompatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China	1 set- 2L*6 buc mlcompatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray BS 620 M, China	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000661217/DM000387895

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Poata Vitalie** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL Biosistem mld** Adresa: **str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău**

### Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1731504239776 din 22.11.2024										
Obiectul achiziției:		Reagenți și consumabile de laborator necesar suplimentar pentru anul 2024										
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificatie bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Lot 7 M-68 Probe Cleanser	Lot 7 M-68 Probe Cleanser	set	4	181.91	218.29	727.64	873.16	la solicitare, în termen de 15 zile	33696500-0	-	-
8	Lot 8 Hemoglobina glicozilata	Lot 8 Hemoglobina glicozilata	set	3	13 887.60	14 998.61	41 662.80	44 995.83		33696500-0	-	-
9	Lot 9 Fosfor	Lot 9 Fosfor	set	1	267.07	288.43	267.07	288.43		33696500-0	-	-
10	Lot 10 Amoniac	Lot 10 Amoniac	set	5	676.57	730.70	3 382.85	3 653.50		33696500-0	-	-
11	Lot 11 CD80 Detergent	Lot 11 CD80 Detergent	set	2	3 455.71	4 146.86	6 911.42	8 293.72		33696500-0	-	-
12	Lot 12 Glucoza	Lot 12 Glucoza	set	1	604.00	652.32	604.00	652.32		33696500-0	-	-
13	Lot 13 Detergent	Lot 13 Detergent	set	4	3 685.00	4 422.00	14 740.00	17 688.00		33696500-0	-	-
						<b>TOTAL Oferta</b>	<b>68 295.78</b>	<b>76 444.96</b>				

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

IDNO: 1010600028048;  
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău  
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519  
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea  
Procedurii de achiziție Nr:  
ocds-b3wdp1-MD-1731504239776 din 22.11.2024  
din cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”**

## **DECLARAȚIE**

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

- Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat si etichetat de producator, fara preambalare; Datele de identitate ( denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj vor coincide in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Instructiunile de utilizare a truselor vor contine caracteristicile de performanta si calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea si interferenta (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instructiunile privind modul de utilizare vor fi prezentate in limba de stat sau limba rusa. Reagentii, solutiile din set vor fi lichizi si gata de lucru, in cazul cind nu sint liofilizati. Solutiile de lucru vor fi stabile mai mult de 30 zile. In instructiunea de folosire va fi indicata specificitatea si sensibilitatea testelor. Cerinte conform ordinului MS nr.701 din 18.10.2010
- Produsele sunt inregistrate la AMDM conform codului din tabelul " Specificatii tehnice", coloana " Standarde de referinta"
- Va prezenta mostrele in decurs de 5 zile calendaristice de la solicitare

Data completării: 21.11.2024

Cu stimă,  
Poiana Vitalie  
Administrator  
SRL Biosistem mld \_\_\_\_\_  
(semnătura)