

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1711122628093	Data: „ 14 ” aprilie 2024	Alternativa nr.: Nu se oferă
Denumirea licitației:	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru DM de Tip Deschis și Accesorii conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 (repetat)	Lot: 18, 19, 20, 22, 109	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Nr de înregistrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33100000-1	18	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu BTL-08 Spiro	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu BTL-08 Spiro	TS8263 Muștuc pentru spirometrie compatibil cu BTL-08 Spiro	Italia	Lumed S.R.L.	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 25.5mm ±0,5mm Diametru exterior – 28 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu BTL-08 Spiro, BTL-08 Spiro Pro 5. De unică folosință 6. Material: carton <i>Se vor prezenta mostre pentru verificare.</i>	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 25,3mm ±0,2mm Diametru exterior – 27,7mm +0,4mm Lungime – 70mm ±2mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu BTL-08 Spiro, BTL-08 Spiro Pro 5. De unică folosință 6. Material: carton <i>Se vor prezenta mostre pentru verificare.</i>	Numărul de înregistrare AMDM DM000209735
33100000-1	19	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX	TS5218 Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX	Italia	Lumed S.R.L.	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30,5mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pony FX 5. De unică folosință 6. Material: carton <i>Se vor prezenta mostre pentru verificare.</i>	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28,0mm ±0,2mm Diametru exterior – 30,5mm ±0,2mm Lungime – 70mm ±2mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pony FX 5. De unică folosință 6. Material: carton <i>Se vor prezenta mostre pentru verificare.</i>	Numărul de înregistrare AMDM DM000209734
33100000-1	20	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR	TS5218 Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR	Italia	Lumed S.R.L.	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință <i>Se vor prezenta mostre pentru verificare.</i>	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28,0mm ±0,2mm Diametru exterior – 30,5mm ±0,2mm Lungime – 70mm ±2mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință <i>Se vor prezenta mostre pentru verificare.</i>	Numărul de înregistrare AMDM DM000209734
33100000-1	22	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500	TS5218 Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500	Italia	Lumed S.R.L.	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 5. De unică folosință 6. Material: carton <i>Se vor prezenta mostre pentru verificare.</i>	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28,0mm ±0,2mm Diametru exterior – 30,5mm ±0,2mm Lungime – 70mm ±2mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 5. De unică folosință 6. Material: carton <i>Se vor prezenta mostre pentru verificare.</i>	Numărul de înregistrare AMDM DM000209734
33100000-1	109	Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR	Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR	910004 Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR	Italia	MIR S.R.L.	1. Muștuc cu turbina pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 80mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință <i>Se vor prezenta mostre pentru verificare.</i>	1. Muștuc cu turbina pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 80mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință <i>Se vor prezenta mostre pentru verificare.</i>	Numărul de înregistrare AMDM DM000677535

Semnat: Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Director vânzări și marketing**

Ofertantul: „**LifeMed Group**” SRL Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**