

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. _____
din „__” _____ 20__

Specificații tehnice

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1771938558793 din 24.02.2026
	Obiectul de achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 6)

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3	4	5	6	7	8	9
Bunuri/Servicii:						
Lotul 17						
Lampă cu fantă	Lampă cu fantă SL 5A	China	Shanghai Link Instruments Co., Ltd.	Lampă cu fantă oftalmologică, cu masa electrică și scaun medical rotativ. Set oftalmologic de bază pentru examinarea stereoscopică a segmentului anterior ocular, destinat utilizării în cabinete de oftalmologie. Specificații tehnice minime: Lampă cu fantă (entry -level) Iluminare: Tip: LED alb rece, durată de viață ≥ 20.000 ore Intensitate reglabilă continuu Fantă reglabilă: lățime 0 –9 mm, lungime 0	Lampă cu fantă SL 5A Parametrul Specificația Tip: LED alb rece, durată de viață ≥ 20.000 ore -vezi Descrierea Lampa cu fantă SL – 5A atasat pe p.2 Lățimea fantei, mm 0-14 minimum, ajustabilă vezi Descrierea Lampa cu fantă SL – 5A atasat pe p.2 Lungimea fantei, mm 1-14 minimum, ajustabilă vezi Descrierea Lampa cu fantă SL – 5A atasat pe p.2 Rotirea, grade 0-180 vezi Descrierea Lampa cu fantă SL – 5A atasat pe p.2	Certificate CE, ISO 13485, Declaration of Conformity Nr. de înregistrare AMDM: DM000640861

				–9 mm Rotire fascicul: 0 –90° Filtre: albastru, verde, absorbție de căldură Microscop binocular: Tip: stereoscopic binocular Trepțe de mărire: minim 3 (10x, 16x, 25x) Reglare dioptrii: -7 până la +7 dioptrii Pupila inter -pupilară reglabilă: 55 –75 mm Mobilitate și reglaje: Deplasare laterală ≥ 100 mm Deplasare în adâncime ≥ 100 mm Reglare fină prin joystick ±1 mm Deplasare verticală ≥ 30 mm Masă electrică pentru lampă cu fantă Masă dedicată pentru montarea și utilizarea lămpii cu fantă. Masa trebuie să fie proiectată sau certificată pentru instalarea modelului de lampă cu fantă oferat. Furnizorul are obligația de a livra masa împreună cu lampa cu fantă, instalată și fixată corespunzător pe masa respectivă. Reglaj înălțime: electric, interval minim 650–850 mm. Capacitate de încărcare: ≥ 50 kg. Suprafață: anti zgâriere, rezistentă la dezinfectanți. Siguranță: sistem de blocare pentru stabilitate în timpul examinării. Alimentare: 220 –240 V, conform standardelor CE. Scaun medical rotativ pentru medic Tip: scaun rotativ ergonomic, cu bază pe roți Reglaj înălțime: pneumatic, interval 450–600 mm Spătar: mediu, ergonomic, pentru susținerea spatelui Material: tapiserie rezistentă la dezinfectanți	Filtre : albastru, verde, absorbție de căldură vezi Descrierea Lampa cu fantă SL – 5A atasat pe p.2 Tipul Binocular vezi Descrierea Lampa cu fantă SL – 5A atasat pe p.2 Trepțe de mărire: 10x, 16x, 25x vezi Descrierea Lampa cu fantă SL – 5A atasat pe p.2 Metoda de schimbare a măririi Să se indice Gama de reglare a dioptriei, dioptrii de la -7 la +7 vezi Descrierea Lampa cu fantă SL – 5A atasat pe p.2 Pupila inter-pupilară reglabilă: 52–85 mm vezi Descrierea Lampa cu fantă SL – 5A atasat pe p.2 Deplasare laterală, mm 100 vezi User manual SL – 5A atasat pe p.19 Deplasare în adâncime, mm 105 vezi User manual SL – 5A atasat pe p.19 Deplasare în înălțime, mm 30 vezi User manual SL – 5A atasat pe p.19 Masă electrică pentru lampă cu fantă Reglaj înălțime: electric, interval minim 650–850 mm. Capacitate de încărcare: ≥ 50 kg. Suprafață: anti-zgâriere, rezistentă la dezinfectanți. Siguranță: sistem de blocare pentru stabilitate în timpul examinării. Alimentare: 220–240 V, conform standardelor CE. Scaun medical rotativ pentru medic Tip: scaun rotativ ergonomic, cu bază pe roți Reglaj înălțime: pneumatic, interval 450–600 mm Spătar: mediu, ergonomic, pentru susținerea spatelui Material: tapiserie rezistentă la dezinfectanți Mobilitate: rotire 360°, deplasare ușoară în jurul mesei	
--	--	--	--	---	--	--

				Mobilitate: rotire 360°, deplasare ușoară în jurul mesei Cerințe de calitate și conformitate Conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745– MDR și standardele ISO	Cerințe de calitate și conformitate Conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745– MDR și standardele ISO	
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____
Ofertantul: SRL OPTIC LUX

Numele, Prenumele: Filimonenco Elena
Adresa: or.Chisinau str.31 August , 101

În calitate de: Director