

Specificații tehnice									
Numărul licitației:			LP nr. 21470617 / ocds-b3wdp1-MD-1756210519307 din data de 26.08.2025				Data: „ ” 20		Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea dispozitivelor medicale (Turn laparoscopic) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului						Pagina: _din _
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
33100000-1	1	Turn laparoscopic	Turn laparoscopic	85525812+5525301+5165002+32116015+2235031+ LMD-XH550MT	Germania/ Japonia	Richard Wolf/ Sony	Nume Turn laparoscopic Descriere Set pentru pentru endoscopia rigidă pentru efectuarea operațiilor chirurgicale minim invazive. Video procesor Semnale video de ieșire Compatibil cu monitorul ofertat, indiferent de tehnologia de transmitere utilizată, să nu afecteze calitatea imaginii Port USB pentru stocarea imaginilor înregistrate Da Posibilitate de înregistrare a imaginilor video Da Rezoluția imaginii stocate Minim FullHD Efectuarea White Balance Da, cu buton pe unitatea de procesare și pe cameră Accentuarea culorilor structurilor pe suprafața organelor Da Ajustarea contrastului pentru diferențierea structurilor anatomice Da Vizualizare a imaginii fluorescente NIR/ICG Da Rezoluția imaginii procesată de sistem Minim UltraHD Tehnologie de vizualizare a imaginilor 2D Camera 2D Surse de lumină compatibile Lumină albă și NIR/ICG Rezoluția imaginii vizualizate Ultra HD Foculare manuală sau automată a camerei Da Zoom optic sau digital Da Butoane pe camera Funcționalități minime: Înregistrare video/foto, balans alb Lungime cablu Minim 3 m Camera imersibilă în substanțe de curățare și dezinfectare Da Sursa de lumină Tehnologia sursei de lumină LED Durata de viață a sursei de lumină Minim 30000 h., în caz că sursa de lumină are o durată de viață mai mică, să se livreze surse de lumină de schimb, care în sumă să garanteze durata de lucru a dispozitivului de minim 30000 h Reglaj al intensității luminoase Da Reglaj automat a intensității luminoase Da Monitor Diagonala Minim 55 ± 1 inch Rezoluție Minim UltraHD, compatibil cu procesorul video Unghi de vedere Minim 178 grade Canale de intrare pentru semnale video Compatibil cu monitorul ofertat, indiferent de tehnologia de transmitere utilizată, să nu afecteze calitatea imaginii Insuflator electronic Debit de insuflare 2 - 45 L/min Presiune de insuflare 3 - 25 mmHg Ajustare a debitului de insuflare Da Evacuare automată a fumului Da Afișarea parametrilor presetati (debit, presiune, gaz consumat) Da Încalzirea gazului insuflat Da Troleu Număr de polițe Minim 3 Mâner pentru transportare Da Suport pentru fixarea buteliei cu CO2 Da Roți cu frâne Da Sistem centralizat de alimentare cu stabilizator de tensiune Da Suport pentru fixarea camerei Da În caz că producătorul prevede ca monitorul să fie montat pe troleu aparte pentru o stabilitate mai bună, atunci acesta să fie livrat Da Sursa de alimentare Tensiune de alimentare 220V, 50 Hz Conector ale cablurilor de alimentare Schuko Consumabile și accesorii	Turn laparoscopic Set pentru pentru endoscopia rigidă pentru efectuarea operațiilor chirurgicale minim invazive. Video procesor 5525301 : Semnale video de ieșire - 2x HDMI 4K, 2x HDMI HD. Compatibil cu monitorul ofertat, indiferent de tehnologia de transmitere utilizată, să nu afecteze calitatea imaginii (broșura tehnica pag. 2). CU port USB pentru stocarea imaginilor, înregistrate (broșura tehnica pag. 1,6). Înregistrare a imaginilor video, Rezoluția imaginii stocate 1920 x 1080 FullHD (broșura tehnica pag. 1,2). Efectuarea White Balance , cu buton pe unitatea de procesare și pe cameră (broșura tehnica pag. 1,2,5). Accentuarea culorilor structurilor pe suprafața organelor (broșura tehnica pag. 1). Ajustarea contrastului pentru diferențierea structurilor anatomice (broșura tehnica pag. 1). Vizualizare a imaginii fluorescente NIR/ICG (broșura tehnica pag. 1,4,6). Rezoluția imaginii procesată de sistem 4k (broșura tehnica pag.1,2,6). Tehnologie de vizualizare a imaginilor 2D(broșura tehnica pag. 1,2). Camera 2D Surse de lumină compatibile Lumină albă și NIR/ICG- 85525812 (broșura tehnica pag. 4,7). Rezoluția imaginii vizualizate 4k (broșura tehnica pag. 3,4). Foculare manuală (broșura tehnica pag. 4,5). Zoom digital 1.5x (broșura tehnica pag. 2). 2 butoane pe camera cu 4 funcționalități: Înregistrare video/foto, balans alb, freeze,control sursa de lumina si altele (broșura tehnica pag. 25-28). Lungime cablu 3 m (broșura tehnica pag. 4). Camera imersibilă în substanțe de curățare și dezinfectare (broșura tehnica pag. 29-30). Sursa de lumină LED -5165002 Durata de viață a sursei de 15.000 h. Adaugator vor fi livrate 2 module LED(LED WH CFT-90/LED IR CBM-90) (cu lumina alba si verde pentru a garanta 30.000 h. (broșura tehnica pag. 8). Reglaj al intensității luminoase (broșura tehnica pag. 8). Reglaj automat a intensității luminoase (broșura tehnica pag. 8). Monitor Diagonala 55 - LMD-XH550MT Rezoluție Minim 4K , compatibil cu procesorul video (broșura tehnica pag. 22). Unghi de vedere 178 grade (89 +89) Canale de intrare pentru semnale video sunt Compatibil cu monitorul ofertat, care nu afecteaza calitatea imaginii (broșura tehnica pag. 22-23). Insuflator electronic - 2235031 Debit de insuflare 2 - 45 L/min (broșura tehnica pag. 16). Presiune de insuflare 3 - 25 mmHg (broșura tehnica pag. 16). Ajustare a debitului de insuflare +1 (broșura tehnica pag. 16). Evacuare automată a fumului (broșura tehnica pag. 17,19). Afișarea parametrilor presetati (debit, presiune, gaz consumat) (broșura tehnica pag. 20). Încalzirea gazului insuflat (broșura tehnica pag. 17,19). Troleu - 32116015 Număr de polițe 3 (broșura tehnica pag. 9). Mâner pentru transportare (broșura tehnica pag. 9). Suport pentru fixarea buteliei cu CO2 (broșura tehnica pag. 12). Roți cu frâne (broșura tehnica pag. 9). Sistem centralizat de alimentare cu stabilizator de tensiune (broșura tehnica pag. 10). Suport pentru fixarea camerei (broșura tehnica pag. 11). Fixarea monitorului va fi pe troleu (broșura tehnica pag.11). Sursa de alimentare Tensiune de alimentare 220V, 50 Hz (broșura tehnica pag. 10). Conector ale cablurilor de alimentare Schuko (broșura tehnica pag. 10). Consumabile și accesorii	CE/ISO DM000567201 / DM000567189/ DM000567210/ DM000567215/ DM000640552/ DM000836849

						Telescop, diametru 10 mm, lungime 300 - 400 mm, unghi de vizualizare 0 grade, compatibil cu sursa de lumină NIR, cu protecție antiaburire, compatibil cu camera 2D Da Set trocar cu teacă de multiplă utilizare, vârf piramidal, cu port de insuflare și evacuare compatibil cu telescopul, lungime de lucru minim 150 mm, cu capace de etanșare de rezervă minim 10 buc. Da Fibră optică, Lungime minim 3 m, compatibil cu sursa de lumină și telescop Da Filtru pentru portul de insuflare a insuflatorului Minim 5 buc Filtru pentru port evacuare a fumului dacă e aplicabil Minim 5 buc Furtun pentru insuflare CO2, cu încălzire cu conexiune la portul de insuflare a tecii trocarului Minim 5 buc Furtun pentru evacuarea fumului Minim 5 buc Furtun medical pentru alimentare cu CO2 a insuflatorului, lungime minim 6 m Da Reductor pentru butelie cu CO2, conector standard sovietic Da Cerință față de furnizori În caz că nu s-au solicitat careva consumabile și accesorii, dar acestea sunt necesare pentru funcționarea propriu zisă a dispozitivului, atunci acestea trebuie să fie incluse în preț Da Înstruire Training pentru utilizatori Prezentare generală, pregătire de lucru, operarea cu dispozitivul, întreținere Da Training pentru personal tehnic Modul de efectuare a mentenanței periodice, modul de testare a funcționalității Da Documentație Manualul de utilizare română sau engleză, tipărit și în format electronic Da Manualul De service Engleză Da Minim 3 ani, cu efectuarea lucrărilor de mentenanță conform recomandărilor producătorului, Da	Telescop- 8934461, diametru 10 mm, lungime 305mm, unghi de vizualizare 0 grade, compatibil cu sursa de lumină NIR(brosura tehnica pag. 13). Protecție antiaburire(brosura tehnica pag. 21). compatibil cu camera 2D (brosura tehnica pag. 3). Set trocar cu teacă 8923.016 + 8923.125 de multiplă utilizare, vârf piramidal, cu port de insuflare (ca port de aspirare a fumului se va livra un trocar aditional de 5 mm) compatibil cu telescopul, lungime de lucru minim 150 mm, cu capace de etanșare de rezervă minim 10 buc - 8908 . (brosură tehnica pag. 14). Fibră optică - 806550301, Lungime 3 m(brosura tehnica pag. 7). compatibil cu sursa de lumină și telescop (brosura tehnica pag. 7). Filtru pentru portul de insuflare a Insuflatorului - 6421/04BAU/A0010001- 5 buc (brosură tehnica pag. 15). Filtru pentru port evacuare a fumului este inclus în furtunul de evacuare a fumului. Furtun pentru insuflare CO2 - 4170502, cu încălzire cu conexiune la portul de insuflare a tecii trocarului - 5 buc (brosură tehnica pag. 15). Furtun pentru evacuarea fumului - 2200/72BTU/A1230001- 5 buc (brosură tehnica pag. 15). Furtun medical pentru alimentare cu CO2 a insuflatorului, lungime 6 m (brosura tehnica pag. 24). Reductor pentru butelie cu CO2, conector standard sovietic (brosura tehnica pag. 24). Pentru funcționarea corectă a sistemului solicitat va fi livrat un trocar adaugator de 5mm pentru evacuarea fumului . Training pentru utilizatori ; Prezentare generală, pregătire de lucru, operarea cu dispozitivul, întreținere . Training pentru personal tehnic Modul de efectuare a mentenanței periodice, modul de testare a funcționalității . Documentație Manualul de utilizare engleză, tipărit și în format electronic. Manualul de service Engleză Efectuarea lucrărilor de mentenanță conform recomandărilor producătorului- 3 ani.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Semnat: _____	Numele, Prenumele: Ghereg Victor În calitate de: Director
	Ofertantul: Endo-Chirurgie SRL	Adresa: Chisinau, Mesterul Manole 9

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: LP nr. 21470617 / ocds-b3wdp1-MD-1756210519307 din data de 26.08.2025

Data: „ ” Alternativa nr.:

Denumirea licitației:		Achiziționarea dispozitivelor medicale (Turn laparoscopic) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului								Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1		2		3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	1	Turn laparoscopic	Turn laparoscopic	bucată	1	1,970,000.00	2,364,000.00	1,970,000.00	2,364,000.00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS

Suma total: 1,970,000.0000 2,364,000.0000

Semnăt: Numele, Prenumele: Ghereg Victor În calitate de: Director

Ofertantul: Endo-Chirurgie SRL Adresa: Chisinau, Mesterul Manole 9

ORDIN DE PLATA		Nr.	437	DATA EMITERII	18 SEPTEMBRIE 2025	TIP.DOC.1
PLATITI:	39,400.00	MDL	treizeci si noua mii patru sute lei 00 bani			
PLATITOR:		CODUL IBAN	MD53M02224ASV56624407100			
(R)ENDO-CHIRURGIE S.R.L.		CODUL FISCAL	1009600033242			
PRESTATORUL PLATITOR: OTP Bank S.A.						
BENEFICIAR:		CODUL IBAN	MD23TRPCCC518430B01859AA			
(R)CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE		CODUL FISCAL	1016601000212			
PRESTATORUL BENEFICIAR: Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat						
DESTINATIA PLATII:			TIPUL TRANSFERULUI			
/P102/39400,00/M102//A102/ Garantia pu oferta in cuantum de 2 prc la procedura de achizitie publica nr. 21470617 26.08.2025 ocds-b3wdp1-MD-1756210519307			NORMAL / URGENT			
			N			
			L.s.			
			GHEREG VICTOR			
CODUL TRANZACTIEI			SEMNAURILE EMITENTULUI			
DATA PRIMIRII			GHEREG VICTOR			
DATA EXECUTARII			SEMNAURILE EMITENTULUI			
101			L.s.			
18 SEPTEMBRIE 2025 11:45:48						
18 SEPTEMBRIE 2025						
Document transmis prin serviciul OTP Internet / Mobile Banking						
			SEMNAURILE EMITENTULUI			
MOTIVUL REFUZULUI						
Nota: Responsabilitatea privind veridicitatea si corectitudinea informatiei indicate in ordinul de plata ii revine persoanei care emite un ordin de plata *						

*Campuri optionale