

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21282445 din 01.10.2024**Obiectul de achiziție: Consumabile medicale – 2024**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 3						
Sonda Blackmore maturi	№18 №23	RUSIA	ООО «Объединение Альфапластик»	Sonda Blackmore maturi; Nr.18-23	<p>Conceput pentru a preveni aruncarea conținutului gastric în esofag și cavitatea bucală, pentru a aspira conținutul stomacului, precum și pentru a opri sângerarea stomacului și a esofagului.</p> <p>Numărul probei - 18, 23</p> <p>Lungime, mm - (18) 880 + -10 (23) 880 + -10</p> <p>Diametru exterior, mm - (18) 6,0 + -0,3 (23) 7,7 + -0,3</p> <p>Grosimea peretelui, mm - (18) 1,0 + -0,2 (23) 1,3 + -0,2</p>	Declaratie de conformitate
Total lot 3						
Lotul 5						
Trocar 6mm	EP103-230 + TR300-055	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Trocar (port toroscopic) flexibile, capăt distal oval oblic, cu trocar cu vârf conic, reutilizabil, material flexibil medical, nesteril. Diametrul 6mm; Lungime de lucru 100mm.	Trocare EASYPORT, pentru instrumente cu Ø 5 mm Trocar, manșon simplu, cu robinet Lungime de lucru 100 mm + Spit de trocar, vârf conic	CE
Total lot 5						
Lotul 6						
Trocar 11mm	EP101-210 + TR300-110	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Trocar (port toroscopic) flexibile, capăt distal oval oblic, cu trocar cu vârf conic, reutilizabil, material flexibil medical, nesteril. Diametrul 11mm; Lungime de lucru 100mm.	Trocare EASYPORT, pentru instrumente cu Ø 10 mm Trocar, manșon simplu, cu robinet Lungime de lucru 100 mm + Spit de trocar, vârf conic	CE
Total lot 6						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23