

Specificații tehnice

Nr. Licităției	21349219 / ocds-b3wdp1-MD-1737126905597						Data: 03.02.2025	Alternativa Nr.:	
Denumirea Licităției	"Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2025 (repetat)"						Lot. 31. 63	Pagina: 1 din 2	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1		2	3	4	5	6	7	8	
33100000-1	31	Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set pediatrie, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml	Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set pediatrie, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml	M03401	Italia	MEDICA	<p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă la magistrale pediatrie 6,4 mm. Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. Volumul de umplere la magistrale pediatrie ≤ 117 ml Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.</p>	<p>Vezi desenul tehnic MEDICA - M03401 - Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set pediatrie, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere 117 - Termen garanție minim 2 ani. Livrate în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic. Cameră de captare activă a aerului arterial. Cameră de captare activă a aerului venos. Clame montate integral în segment arterial/venos. Segment conectare / monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare. Linie pentru heparinizare automată. Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare. Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă la magistrale pediatrie 6,4 mm. Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. Volumul de umplere la magistrale pediatrie 117 ml Lungimea totală a magistralei arteriale 3500 mm. Lungimea totală a magistralei venoase 2700 mm.</p>	CE / ISO / Inregistrat la AMDM si introdus in Registrul de Stat al RM / DM000639542

33100000-1	63	Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0-2,2 m-2. Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg pentru aparatele Fresenius 5008S	Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0-2,2 m-2. Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg pentru aparatele Fresenius 5008S	SMARTFLUX HFP210	Italia	MEDICA	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 55 ml/oră Volumul de umplere ≤ 120 ml Cerințele specifice № Clearance (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 270 2 creatinina ≥ 260 3 fosfați ≥ 200 4 vitamina B-12 ≥ 200 5 inulina ≥ 150	Vezi prospectul / catalogul MEDICA - SMARTFLUX HFP210 - Dializator suprafața 2.1 m ² . Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF 81 ml/oră Volumul de umplere 123 ml Cerințele specifice № Clearance (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min 1 ureea 286. 2 creatinina 272. 3 fosfați 254. 4 vitamina B-12 201. 5 inulina ≥ 158	CE / ISO / Inregistrat la AMDM si introdus in Registrul de Stat al RM / DM000377070
------------	----	---	---	-------------------------	--------	--------	--	---	---

Semnat:

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B

Specificații de preț

Numărul licitației: 21349219 / ocds-b3wdp1-MD-1737126905597					Data: 03.02.2025			Alternativa nr.			
Denumirea licitației: "Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2025 (repetat)"					Lot. 31. 63				Pagina 1 din 1		
Codul CPV	Nr. Lot.	Deumire Lot	Denumirea pozitiei	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare / prestare	Valoarea estimativa
1		2		3	4	5	6	7	8	9	
33100000-1	31	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml	bucată	300	194.5800	233.4960	58,374.0000	70,048.8000	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.	48 666,80
33100000-1	63	Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2.Coeff. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg pentru aparatele Fresenius 5008S	Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2.Coeff. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg pentru aparatele Fresenius 5008S	bucată	108	260.1760	312.2110	28,099.0100	33,718.7900	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.	63 000,00
Total ofertă								86,473.01	103,767.59		

Semnat:

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B